Polkowice, dnia 11 marca 2016 r.

L. Dz. 711/2016

Do wszystkich Wykonawców

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 50736 – 2016 w dniu 07.03.2016 r., w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Zakup oraz dostawę sprzętu do fizykoterapii i kinezyterapii na potrzeby Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych - ZOZ S.A.",

w ramach realizacji projektu:

„Poprawa zdrowia i komfortu życia osób starszych i niesamodzielnych przez rozszerzenie zakresu opieki domowej, ambulatoryjnej i środowiskowej w Polsce",

współfinansowanego ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG

WYJAŚNIENIE I ZMIANA
Treści SIWZ

Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S. A. w Polkowicach, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami), **wyjaśnia i zmienia treść** Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, sporządzonej w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie:

1. **Laser biostymulacyjny ze skanerem:**

Pytanie 1:

Prosimy Zamawiającego o przedłużenie terminu dostawy do 4 tygodni. Po rozmowie z producentem otrzymaliśmy odpowiedź, że nie ma możliwości w tak krótkim czasie wyprodukować lasera ze skanerem.

Rok produkcji byłby 2016 a nie 2015. Jeżeli zamawiający nie wyrazi Zgody prosimy o dopuszczenie aparatu do laseroterapii firmy ASTAR. Moc sondy pozostaje taka sama czyli R- 50mW/IR - 400 mW

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu dostawy do 4 tygodni. Termin dostawy obowiązuje tak jak w SWIZ z dnia 07.03.2016 r.

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści laser do laseroterapii z skanerem o następujących parametrach ?

- *Bez programów do stomatologii ?*
- *O kształcie pola zabiegowego przemiatanie/linię, prostokąt całkowicie wypełniony, elipsę ?*
- *Bez funkcji offset ?*
- *Z ilościami programów zabiegowych w ilości: 30 programów dla sondy IR, 20 programów dla sondy R, 50 programów użytkownika, 8 programów z częstotliwością Nogiera, 30 programów z częstotliwością Volla*

Odpowiedź na pytanie 2:

NIE, Zamawiający nie dopuszcza lasera do laseroterapii z skanerem o ww. parametrach. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SIWZ w ww. zakresie.

2. **Lampa Sollux:**

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści lampę o wymiarach maksymalnych (maksymalne uniesienie tubusa): 74x48x174 cm? Wymiar lampy nie jest parametrem wpływającym na funkcjonalność lampy.

Odpowiedź na pytanie 2:

TAK, Zamawiający dopuści lampę o wymiarach maksymalnych (maksymalne uniesienie tubusa): 74x48x174 cm

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuści lampę o wadze ok. 30 kg? Lampa jest na podstawie jezdnej, a dzięki większej masie jest dużo stabilniejsza, co zmniejsza ryzyko jej przewrócenia się na pacjenta.

Odpowiedź na pytanie 3:

TAK, Zamawiający dopuści lampę o wadze ok. 30 kg.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający wymaga lampy z regulacją wysokości tubusa za pomocą sprężyny gazowej? Regulacja taka jest bezpieczniejsza dla pacjenta i wygodniejsza dla terapeuty ponieważ nie musi on dźwigać całego tubusa podczas zmiany jego pozycji.

Odpowiedź na pytanie 4:

TAK, Zamawiający wymaga lampy z regulacją wysokości tubusa za pomocą sprężyny gazowej.

W związku z powyższym **zmienia się pkt 4.2. SIWZ ppkt 3 w tabeli (szczegółowy opis produktu)**, który otrzymuje brzmienie:

Lampa do naświetlań światłem podczerwonym. Wyposażona jest

w elektroniczny sterownik czasowy z regulacją jasności.

Istnieje również możliwość ustawiania sekwencji jasność/czas w obrębie jednego zabiegu.

Promieniowanie

- światło podczerwone IR-A

Funkcjonalność

- regulacja jasności świecenia
- wyświetlacz czas/jasność
- programowanie sekwencji czas/jasność
- zegar zabiegowy
- filtry: niebieski i czerwony

Konstrukcja

- stabilna konstrukcja mechaniczna
- mikroprocesorowe sterowanie pracą lampy
- wymuszone chłodzenie tubusa
- siatka zabezpieczająca przed skutkami pęknięcia promiennika i filtra
- trwała i niezawodna klawiatura
- regulacja wysokości tubusa za pomocą sprężyny gazowej

Dane techniczne

- Promiennik IR-1 375 W,
- Zasilanie 230 V, 50 Hz, 450W,
- Zegar zabiegowy: 1 - 30min.,
- Regulacja jasności: 10-100%, krok 10%,
- Waga: od 12kg do 30 kg
- wymiary maksymalne (maksymalne uniesienie tubusa): 74x48x174 cm

W skład zestawu wchodzą:

- Lampa ,
- Filtr czerwony,
- Filtr niebieski,
- Okulary dla terapeuty,

- Okulary dla pacjenta,
- Komplet przewodów,
- Sterownik elektroniczny,
- Instrukcja obsługi w języku polskim
- Karta gwarancyjna: min. 24 miesiące
- Rok produkcji 2015
- Certyfikat CE

3. **Dysk sensomotoryczny:**

Pytanie 5:

Czy Zamawiający dopuści dysk o średnicy 33 cm?

Odpowiedź na pytanie 5:

NIE, Zamawiający nie dopuści dysku o średnicy 33 cm. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający wymaga dysku gładkiego z obu stron?

Odpowiedź na pytanie 6:

NIE, dysk może posiadać wypustki z jednej strony.

W pozostałym zakresie SIWZ pozostaje niezmieniona.

Zamawiający potwierdza terminy złożenia i otwarcia ofert:

Termin składania ofert: **17.03.2016 r., godz. 10:00**

Termin otwarcia ofert: **17.03.2016 r., godz. 10:30.**

PREZES ZARZĄDU
B. Michalewska
Beata Michalewska