

Projekt współfinansowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG

Polkowice, 05.06.2015 r.

L. Dz. 1412/2015

Do wszystkich Wykonawców

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 124738-2015 w dniu 26.05.2015 r., w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Zakup oraz dostawę sprzętu dla Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A.:

Część 1: zakup i dostawa sprzętu do fizykoterapii;

Część 2: zakup i dostawa sprzętu do Kinezyterapii”

na potrzeby realizacji projektu:

„Poprawa zdrowia i komfortu życia osób starszych i niesamodzielných przez rozszerzenie zakresu opieki domowej, ambulatoryjnej i środowiskowej w Polsce”

realizowanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Ministerstwa Zdrowia „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno - epidemiologicznych” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

WYJAŚNIENIE I ZMIANA

Treści SIWZ

Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S. A. w Polkowicach, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2, 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami/, **wyjaśnia i zmienia treść** Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, sporządzonej w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

Pytanie 1:

Część 1, pozycja 1 – fala uderzeniowa

Urządzenie wskazane przez Zamawiającego jest jedynym takim sprzętem na rynku, co wyklucza konkurencję. Czy Zamawiający dopuści zamiast sprzętu opisanego w specyfikacji sprzęt o parametrach?

- *Balistyczna, radialna fala uderzeniowa z wykorzystaniem impulsów wytworzonych przez generator elektromagnetyczny*
 - *Możliwość jednoczesnego podłączenia dwóch aplikatorów o różnych głowicach powoduje zwiększony komfort zabiegu i oszczędność czasu*
 - *bez użycia kompresora*
 - *dawkowanie od 60 do 185 mJ w odstępach co 10mJ*
 - *płynna regulacja częstotliwości od 1 do 22 Hz (co 1Hz)*
 - *3 wiązki impulsów: 4, 8 i 12 impulsów z częstotliwością 22 Hz*
- „Poprawa zdrowia i komfortu życia osób starszych i niesamodzielných przez rozszerzenie zakresu opieki domowej, ambulatoryjnej i środowiskowej w Polsce”**



Projekt współfinansowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG

- 7 programów terapii z możliwością indywidualnej regulacji parametrów
- ponad 25 zobrazowanych programów terapii według wskazań
- wbudowany atlas anatomiczny
- nowoczesny 8 calowy kolorowy ekran dotykowy
- 2 ergonomiczne pokrętki do regulacji mocy i częstotliwości
- aplikator uruchamiany za pomocą wielokierunkowego włącznika nożnego
- port SD z kartą pamięci SD
- możliwość indywidualnej modyfikacji wybranych parametrów zabiegu i zapisanie na karcie SD
- 120 wolnych miejsc do zapisania programów
- żywotność aplikatora – minimum 2 000 000 uderzeń
- wymienne głowice do aplikatora: 6mm, 15mm (2szt.), 25mm
- 10 silikonowych nakładek ochronnych
- Środek poślizgowy „Lotion”
- ergonomiczny aplikator w anodyzowanej obudowie aluminiowej, chłodzony wentylatorem
- możliwość rozbudowy o funkcję zabiegów kosmetycznych-antycelulitowych, wyposażając go w głowicę antycelulitową
- stół pod aparat

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunków zawartych w SIWZ

Pytanie 2:

Część 1, pozycja 2 – aparat do elektroterapii

Urządzenie wskazane przez Zamawiającego jest jedynym takim sprzętem na rynku, co wyklucza konkurencję. Czy Zamawiający dopuści zamiast sprzętu opisanego w specyfikacji sprzęt o parametrach?

- nowoczesny 8 calowy kolorowy ekran dotykowy
 - wyposażony w 2 niezależne kanały, kanały z możliwością ustalenia przebiegu pracy prądów: zsynchronizowana, alternatywna, oddzielna
 - pełen przekrój prądów, ponad 100 zdefiniowanych programów z możliwością indywidualnej modyfikacji wybranych parametrów zabiegu i zapisanie na karcie SD 1GB
 - 120 miejsc wolnych + 120 na programy ulubione
 - Aparat Vaco
 - parametry ustawiane indywidualnie
 - możliwość stosowania obwodu CC i CV, podstawa prądu galwanicznego 0%, 20%, 50%, zmiana polaryzacji manualna / automatyczna w zaprogramowanym cyklu
 - trening pulsacyjny możliwość regulacji wszystkich parametrów
- „Poprawa zdrowia i komfortu życia osób starszych i niesamodzielnych przez rozszerzenie zakresu opieki domowej, ambulatoryjnej i środowiskowej w Polsce”**



Projekt współfinansowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG

- szeroka baza programów specjalnych, diagnostyka i terapia porażień, rehabilitacja mięśni, rehabilitacja sportowa, programy do stymulacji mięśni, poprawy ich funkcjonowania oraz wydolności
- programy do diagnostyki i leczenia schorzeń mięśniowych, rehabilitacja sportowa kolejność programów z automatyczną kontrolą fazy rozgrzewki, fazy treningu i fazy relaksu
- wybór rodzaju zabiegu według wskazań podanych alfabetycznie lub według atlasu anatomicznego ciała (ponad 120 wskazań terapeutycznych)
- zestaw niezbędnego wyposażenia: min. elektrody 2 pary, podkłady 2 pary, 2 pasy do mocowań, tester, 2 kable do elektroterapii kabel zasilania...
- 2 opakowanie elektrod jednorazowych w trzech rozmiarach min. 150 par

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunków zawartych w SIWZ

Pytanie 3:

Część 1, pozycja 3 – wanna do masażu podwodnego

Urządzenie wskazane przez Zamawiającego jest jedynym takim sprzętem na rynku, co wyklucza konkurencję. Czy Zamawiający dopuści zamiast sprzętu opisanego w specyfikacji sprzęt o parametrach?

- wanna do wykonywania hydromasażu całkowitego lub masażu hydropowietrznego (woda z dodatkiem powietrza)
 - kształt niecki wanny umożliwia wygodne ułożenie pacjenta w wannie, jej długość wewnętrzna dostosowana jest do zastosowań medycznych
 - korpus wanny ukształtowany anatomicznie z wysokojakościowego tworzywa akrylowego, bez szwów
 - wanna wzmocniona specjalnym laminatem z włókien szklanych
 - obudowa wykonana z białego poliestru
 - podstawa ze stali chromoniklowej
 - pneumatyczna przestawna podpórka pod stopy
 - uchwyty do rąk
 - poduszka pod głowę
 - przyłącza montażowe
 - automatyczne płukanie całego systemu kanałów, stosowany po każdym opróżnieniu wanny
 - półautomatyczne urządzenie do dezynfekcji systemu kanałów (małe zużycie wody)
 - armatura w kolorze białym – armatura nalewania $\frac{3}{4}$ ", kompletny prysznic, przelew
 - agregat pompowy z tworzywa sztucznego, z rozdzielaniem elektrycznym wałka silnika od pompy
 - zabezpieczenie przed pracą na sucho
 - dysze wodne inżektorowe – płaskie (nie wystają poza płaszczyznę niecki wanny)
- „Poprawa zdrowia i komfortu życia osób starszych i niesamodzielnych przez rozszerzenie zakresu opieki domowej, ambulatoryjnej i środowiskowej w Polsce”**



Projekt współfinansowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG

- ergonomiczna głębokość – 46 cm
- ergonomiczna wysokość wanny – 62 cm
- system napowietrzania (kąpiel perłkowa) – do zasilania powietrzem dysz wirowych
- tablica sterownicza – moduł sterowniczy, w systemie digital oparty o pracę mikroprocesorów, z klawiaturą foliową funkcją programowania czasów terapii, wł./wył.

Dane techniczne:

- zasilanie sieciowe 230V
- pobór mocy 2,0 kW
- częstotliwość sieciowa 50Hz
- napięcie sterowania 12V

Agregat pompowy:

- silnik 230V, 1,6kW
- wydajność ok. 400l/min

Przyłącze wodne:

- ciepła woda 3/4"
- zimna woda 3/4"

Wymiary:

Zewnętrzne 2000x825x620 mm (dł x szer x wys)

Pojemność wanny ok. 200 l

Odpowiedź na pytanie 3:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunków zawartych w SIWZ

Pytanie 4:

Część 1, pozycja 3 i 7 – wanna do masażu podwodnego i wanna do masażu kończyn górnych

Czy Zamawiający wymaga aby wanny były wykonane z akrylu?

Szkło akrylowe to wysokojakościowe tworzywo w przeciwieństwie do poliestru – tworzywa sztucznego, które stosują inni producenci.

Szkło akrylowe to materiał, który jest obecnie najlepszym tworzywem, z którego wytwarza się urządzenia do hydroterapii. Szkło akrylowe wyróżnia twarda, z pełnym połyskiem, jednorodna i gładka powierzchnia, dzięki czemu unika się nawet drobnych zanieczyszczeń. Jednorodny materiał daje gwarancję równej powierzchni (bez użycia lakieru) i jednakowej trwałości w każdym punkcie. Szkło akrylowe posiada także bardzo wysoką odporność na chemikalia.

Odpowiedź na pytanie 4:

pozycja 3 Zamawiający dopuszcza wannę wykonaną z akrylu

pozycja 7 Zamawiający zawarł informację w opisie SIWZ o wannie wykonanej z akrylu

„Poprawa zdrowia i komfortu życia osób starszych i niesamodzielnych przez rozszerzenie zakresu opieki domowej, ambulatoryjnej i środowiskowej w Polsce”



Projekt współfinansowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG

Pytanie 5:

Dot. Część 1 – pozycja 7 - wanna do masażu kończyn górnych

1. Czy Zamawiający dopuści wannę wykonaną z tworzywa sztucznego (GFK) wzmocnianego włóknem szklanym o parametrach wyższych niż akryl?

AKRYL jest materiałem ulegającym przebarwieniom, bardzo twardym i prawie nieelastycznym - pod wpływem nacisku łatwo powstają w nim pęknięcia naprężeniowe. Powstałe w nim uszkodzenia mogą być usunięte tylko poprzez ich zeszlifowanie.

Jest również materiałem niejednorodnym pod względem grubości powierzchni (w miejscach zagięć materiał jest znacznie cieńszy).

GFK jest żywicą poliestrową wzmocnioną (zbrojoną) włóknami szklanymi. Jest materiałem jednorodnym nakładanym warstwowo w związku z tym na całej swej powierzchni jest jednakowej grubości, co zapewnia dużo większą trwałość i wytrzymałość, a co za tym idzie posiada znacznie większe zastosowanie (sprzęt pływający, szybowce, zderzaki samochodów, pojemniki na śmieci i wiele innych).

GFK jest nad wyraz elastyczny i odporny na naprężenia, zarysowania i odpryski. Ewentualne uszkodzenia w tym tworzywie mogą zostać naprawione w sposób nie pozostawiający śladów, przy zastosowaniu farby i żywicy, bez zbytniego nakładu kosztów.

Parametry techniczne:

- 4 dysze do masażu podwodnego
- Pojemność zabiegowa 20 litrów

Odpowiedź na pytanie 5:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunków zawartych w SIWZ

Pytanie 6:

Dot. Część 2 – pozycja 8 – stół do terapii

Czy Zamawiający dopuści stół bez dwustronnej tapicerki z system elektrycznej regulacji wysokości w zakresie 52-95 cm?

Odpowiedź na pytanie 6:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w zakresie zapisu dotyczącego wykonania dwustronnej tapicerki na jednostronną

Pytanie 7:

Dot. Część 2 – pozycja 9 – stół do terapii

Czy Zamawiający dopuści stół bez dwustronnej tapicerki?

„Poprawa zdrowia i komfortu życia osób starszych i niesamodzielnych przez rozszerzenie zakresu opieki domowej, ambulatoryjnej i środowiskowej w Polsce”



Projekt współfinansowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG

Odpowiedź na pytanie 7:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w zakresie zapisu dotyczącego wykonania dwustronnej tapicerki na jednostronną

Pytanie 8:

Dot. Część 2 – pozycja 10 – stół do masażu i rehabilitacji

Czy Zamawiający dopuści stół o wymiarach (dł. x szer.) 190 x 66cm, z regulacją zagłówka w zakresie -85 do +35 stopni na stabilnej ramie bez konstrukcji krzyżakowej z elektryczną regulacją wysokości sterowaną z ramy w zakresie 44-101 cm?

Odpowiedź na pytanie 8:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunków zawartych w SIWZ

Pytanie 9:

Dot. Część 2 – pozycja 11 – stół do masażu i rehabilitacji

Czy Zamawiający dopuści stół o wymiarach (dł. x szer.) 190 x 66cm, z regulacją zagłówka w zakresie -85 do +35 stopni na stabilnej ramie bez konstrukcji krzyżakowej z elektryczną regulacją wysokości sterowaną z ramy w zakresie 44-101 cm?

Odpowiedź na pytanie 9:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunków zawartych w SIWZ

Pytanie 10:

Dot. Część 2 – pozycja 12 – kozetka drewniana

Czy Zamawiający dopuści kozetkę bez dwustronnej tapicerki?

Odpowiedź na pytanie 10:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w zakresie zapisu dotyczącego wykonania dwustronnej tapicerki na jednostronną

Pytanie 11:

Dot. Część 2 – pozycja 13 – kozetka metalowa

Czy Zamawiający dopuści kozetkę bez dwustronnej tapicerki?

Odpowiedź na pytanie 11:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w zakresie zapisu dotyczącego wykonania dwustronnej tapicerki na jednostronną

„Poprawa zdrowia i komfortu życia osób starszych i niesamodzielných przez rozszerzenie zakresu opieki domowej, ambulatoryjnej i środowiskowej w Polsce”




Projekt współfinansowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG

Jednocześnie Zamawiający **PRZEDŁUŻA terminy złożenia i otwarcia ofert na:**

Termin składania ofert: 10.06.2015 r., godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 10.06.2015 r., godz. 11:30.

DYREKTOR



Mariola Kosmider

05.06.2015 r.