

Polkowice, 17.09.2014 r.

L. Dz. 3382/2014

Do wszystkich Wykonawców
Nr postępowania:
BZP nr 299792-2014
z dnia 09.09.2014 r.

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 na: **„Zakup i dostawę przewoźnego aparatu ultrasonograficznego na potrzeby Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych - ZOZ S.A w Polkowicach”**

WYJAŚNIENIE

Treści SIWZ

Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S. A. w Polkowicach, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień Publicznych /t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami/, **wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**, sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: **„Zakup i dostawę przewoźnego aparatu ultrasonograficznego na potrzeby Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych - ZOZ S.A w Polkowicach”**

1. I. Wymagania ogólne – pkt. 1

Czy zamawiający wymaga ściśle określonej wagi aparatu ultrasonograficznego wynoszącej dokładnie 90 kg? Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat, którego waga jest powyżej 90 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w tym zakresie określone SIWZ.

2. I. Wymagania ogólne – pkt. 3

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat z monitorem LCD o wielkości matrycy roboczej 17 cali z maksymalizacją pola przeznaczonego na obrazy diagnostyczne?

Dla diagnostyki ważna jest wielkość obrazu diagnostycznego na ekranie a w mniejszym stopniu wielkość samego ekranu.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w tym zakresie określone SIWZ.

3. I. Wymagania ogólne – pkt. 4

Uwzględniając fakt że Zamawiający dokonuje zakupu aparatu USG wyposażonego w trzy głowice ultrasonograficzne, czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat posiadający trzy aktywne porty na sondy oraz gniazdo parkingowe?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w tym zakresie określone SIWZ.

4. I. Wymagania ogólne – pkt. 4

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat nie posiadający zintegrowanego z aparatem podgrzewacza żelu?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w tym zakresie określone SIWZ.

5. I. Wymagania ogólne – pkt. 5

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat nie posiadający kolorowego, dotykowego ekranu?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w tym zakresie określone SIWZ.

6. IV. Obrazowanie i prezentacja obrazów – pkt. 1

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat, którego zakres regulacji głębokość penetracji od 0,5 do 30 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w tym zakresie określone SIWZ.

7. IV. Obrazowanie i prezentacja obrazów – pkt. 1

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat, którego częstotliwość odświeżania w trybie B-MODE wynosi 1200 obrazów na sekundę?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w tym zakresie określone SIWZ.

8. IV. Obrazowanie i prezentacja obrazów – pkt. 1

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat, którego szerokość regulacja wielości bramki PW-dopplera wynosi od 05 do 15 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści takie rozwiązanie.

9. IV. Obrazowanie i prezentacja obrazów – pkt. 2

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat, którego zakres regulacji głębokość penetracji od 0,5 do 30 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił już odpowiedzi odpowiadając na pytanie nr 6.

10. IV. Obrazowanie i prezentacja obrazów – pkt. 5

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat nie posiadający możliwości podziału ekranu na minimum 4 obrazy? Oprogramowanie to jest obecnie przyjętym standardem w położnictwie - Zamawiający nie zamierza zakupić ultrasonografu do badań ginekologiczno-położniczych w których ww. opcja jest przydatna.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w tym zakresie określone SIWZ.

11. I Wymagania ogólne

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta w wielu przypadkach przewyższający wymagane parametry z wagą aparatu 105kg? System ma zwartą i kompaktową budowę o niewielkich rozmiarach, a koła wykonane w nowoczesnej technologii umożliwiają bez wysiłku transport aparatu niemal po każdej powierzchni.

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił już odpowiedzi odpowiadając na pytanie nr 1.

12. I Wymagania ogólne

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta w wielu przypadkach przewyższający wymagane parametry z monitorem o wielkości 18,5", ale za to wykonanym w technologii LED? Różnica jest znikoma (0,5"), ale za to technologia LED jest nowocześniejsza, daje lepszy kontrast i czerni co jest bardzo ważnym czynnikiem dla operatora, a dodatkowo jest energooszczędna.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w tym zakresie określone SIWZ.

13. I Wymagania ogólne

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta w wielu przypadkach przewyższający wymagane parametry z częstotliwością pracy 1-13MHz? Oferowany zakres częstotliwości jest w zupełności wystarczająca do rodzajów badań jakich wymienia Zamawiający a pozwoli na przystąpienie do przetargu innym znaczącym oferentom, co jest zgodne z zasadą uczciwej konkurencji. Poza tym oferowany aparat jest „świeżym” produktem opartym na najnowszych technologiach i w najbliższej przyszłości zakres częstotliwości ulegnie poszerzeniu.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w tym zakresie określone SIWZ.

14. II Głowice ultradźwiękowe

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta w wielu przypadkach przewyższający wymagane parametry z głowicą convex o szerszym zakresie częstotliwości (2-8MHz), liczbie elementów 128 i kącie widzenia 68°. Pozwoli to na lepszą adaptację obrazu do warunków ekspozycji. Wyższa częstotliwość to lepsza rozdzielczość.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w tym zakresie określone SIWZ.

15. IV Obrazowanie i prezentacja

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta w wielu przypadkach przewyższający wymagane parametry z wielkością bramki Dopplerowskiej 0,5-15? Oferowana przez nas wartość umożliwi swobodną pracę i jest ona powszechna w większości urządzeniach wysokiej klasy. Poza tym różnica 1 mm jest znikoma, nie ma większego wpływu na detekcję przepływów a pozwoli to na przystąpienie do przetargu innym znaczącym oferentom, co jest zgodne z zasadą uczciwej konkurencji.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści takie rozwiązanie.

Jednocześnie Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych – ZOZ S.A. informuje, że pozostałe warunki SIWZ, w tym termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

Polkowice, dn. 17 IX 2014 r.

PREZES ZARZĄDU
B. Michalewska
Beata Michalewska

POLKOWICKIE CENTRUM
USŁUG ZDROWOTNYCH-ZOZ S.A.
59-101 Polkowice, woj. dolnośląskie
ul. K.B. Kominka 7, tel. 746-08-00
NIP 692-22-46-830 Regon 390760852