

Polkowice, 13.10.2014 r.

L. Dz. 2703/2014

Do wszystkich Wykonawców
Nr postępowania:
BZP nr 330342-2014
z dnia 06.10.2014 r.

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 na: **„Zakup i dostawę przewoźnego aparatu ultrasonograficznego na potrzeby Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych - ZOZ S.A w Polkowicach”**

WYJAŚNIENIE

Treści SIWZ

Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S. A. w Polkowicach, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień Publicznych /t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami/, **wyjaśnia** treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: **„Zakup i dostawę przewoźnego aparatu ultrasonograficznego na potrzeby Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych - ZOZ S.A w Polkowicach”**

Pyt. 1

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta w wielu przypadkach przewyższający wymagane parametry z monitorem o wielkości 18,5", ale za to wykonanym w technologii LED o rozdzielczości 1366x768? Oferowany monitor jest wyprodukowany przez producenta najbardziej cenionego na świecie w dziedzinie monitorów, wyświetlaczy oraz elektroniki co gwarantuje wysoką jakość oferowanego produktu.

Odpowiedź:

Zaproponowane parametry spełniają wymagania SIWZ.

Pyt. 2

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta w wielu przypadkach przewyższający wymagane parametry z częstotliwością pracy 1-13MHz? Oferowany zakres częstotliwości jest w zupełności wystarczająca do rodzajów badań jakich wymienia Zamawiający a pozwoli na przystąpienie do przetargu innym znaczącym oferentom,

str. 1/2

B. Michalewski

co jest zgodne z zasadą uczciwej konkurencji. Poza tym oferowany aparat jest „świeżym” produktem opartym na najnowszych technologiach i w najbliższej przyszłości zakres częstotliwości ulegnie poszerzeniu.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w tym zakresie określone SIWZ.

Pyt. 3

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta w wielu przypadkach przewyższający wymagane parametry z głowicą convex o szerszym zakresie częstotliwości (2-8MHz), liczbie elementów 192 i kącie widzenia 58°. Pozwoli to na lepszą adaptację obrazu do warunków ekspozycji. Wyższa częstotliwość to lepsza rozdzielczość.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w tym zakresie określone SIWZ.

Pyt. 4

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta w wielu przypadkach przewyższający wymagane parametry z głowicą liniową o zakresie częstotliwości 3-12MHz, szerokości 50mm i liczbie elementów 256? Te wartości częstotliwości powszechnie są stosowane do badania małych narządów, stawów i piersi.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w tym zakresie określone SIWZ.

Pyt. 5

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta w wielu przypadkach przewyższający wymagane parametry z pamięcią obrazów 45000? W praktyce nawet taka wartość jest rzadko używana.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w tym zakresie określone SIWZ.

Jednocześnie Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych – ZOZ S.A. informuje, że pozostałe warunki SIWZ, w tym termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.