

Polkowice, 13.03.2024 r.

DZP – 11/2024

Do wszystkich Wykonawców

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2024/BZP 00236420/01 w dniu 07.03.2024 r. na:

„Sprzedaż i dostawę materiałów medycznych na potrzeby Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych – ZOZ S.A. w Polkowicach”

WYJAŚNIENIE SWZ

Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S. A. w Polkowicach, działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zmianami), **wyjaśnia treść SWZ w zakresie:**

Cześć 1:

Pytanie nr 1:

Pozycja 1-15 – czy Zamawiający ma na myśli standardowe igły iniekcyjne?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Tak, Zamawiający miał na myśli standardowe igły iniekcyjne.

Pytanie nr 2:

Pozycja 10 – czy Zamawiający dopuści igłę 0,5x25mm?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Tak, Zamawiający dopuści igłę 0,5x25mm

Pytanie nr 3:

Pozycja 15 – czy Zamawiający dopuści igłę 0,3x12mm?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Nie Zamawiający nie dopuści igłę 0,3x12mm

Pytanie nr 4:

Pozycja 16-18 – czy Zamawiający dopuści igły motylek o długości 19mm?

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Tak, Zamawiający dopuści igły motylek o długości 19mm.

Pytanie nr 5:

Pozycja 22 – czy Zamawiający dopuści kaniulę 24G żółtą o długości 0,7x19 z korpusem cewnika wykonanym z PP z 3 liniami rtg z koreczkiem jak na zdj



Odpowiedź na pytanie nr 5:

Tak, Zamawiający dopuści kaniulę 24G żółtą o długości 0,7x19 z korpusem cewnika wykonanym z PP z 3 liniami rtg z koreczkiem

Pytanie nr 6:

Pozycja 23-26 – czy Zamawiający dopuści kaniulę z korpusem cewnika wykonanym z PP z 3 liniami rtg z koreczkiem jak na zdj



Odpowiedź na pytanie nr 6:

Zamawiający dopuści kaniulę z korpusem cewnika wykonanym z PP z 3 liniami rtg z koreczkiem.

Pytanie nr 7:

Pozycja 27 – czy Zamawiający dopuści strzykawkę 0,45x12mm?

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Nie, Zamawiający dopuści strzykawki 0,45x12mm.

Pytanie nr 8:

Pozycja 28-31 – czy Zamawiający dopuści strzykawkę 2częściową z podwójną kryzą zabezpieczającą przed wypadnięciem?

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Nie, Zamawiający nie dopuści strzykawki 2częściowej z podwójną kryzą zabezpieczającą przed wypadnięciem.

Pytanie nr 9:

Pozycja 31 – czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawki za opak a100 wraz z przeliczaniem zamawianej ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 9:

Tak, Zamawiający dopuści wycenę strzykawki za opak a100 wraz z przeliczaniem zamawianej ilości.

Pytanie nr 10:

Pozycja 32 – czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawki za opak a45 wraz z przeliczaniem zamawianej ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 10:

Tak, Zamawiający dopuści wycenę strzykawki za opak a45 wraz z przeliczaniem zamawianej ilości.

Pytanie nr 11:

Pozycja 32-33 – czy Zamawiający dopuści strzykawkę z mlecznym tłokiem?

Odpowiedź na pytanie nr 11:

Zamawiający dopuści strzykawkę z mlecznym tłokiem.

Pytanie nr 12:

Pozycja 33-34 – czy Zamawiający określi czy oczekuje strzykawek luer czy luer-lock?

Odpowiedź na pytanie nr 12:

Zamawiający oczekuje strzykawek typu luer.

Pytanie nr 13:

Pozycja 34 – czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawki za opak a100 wraz z przeliczaniem zamawianej ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 13:

Tak, Zamawiający dopuści wycenę strzykawki za opak a100 wraz z przeliczaniem zamawianej ilości.

Pytanie nr 14:

Pozycja 35– czy Zamawiający dopuści strzykawki bez dodatkowych 2 reduktorów?

Odpowiedź na pytanie nr 14:

Nie, Zamawiający nie dopuści strzykawki bez dodatkowych 2 reduktorów

Pytanie nr 15:

Pozycja 35 – czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawki za opak a100 wraz z przeliczaniem zamawianej ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 15:

Tak, Zamawiający dopuści wycenę strzykawki za opak a100 wraz z przeliczaniem zamawianej ilości.

Pytanie nr 16:

Pozycja 345-48 – czy Zamawiający dopuści opaskę o rozciągliwości 120%?

Odpowiedź na pytanie nr 16:

Tak, Zamawiający dopuści opaskę o rozciągliwości 120%.

Pytanie nr 17:

Pozycja 55 – czy Zamawiający dopuści Kompres na oko jałowy 56 x 70 mm wykonany z wysokogatunkowej waty opatrunkowej z otuliną gazową z czystej bawełny?

Odpowiedź na pytanie nr 17:

Tak, Zamawiający dopuści Kompres na oko jałowy 56 x 70 mm wykonany z wysokogatunkowej waty opatrunkowej z otuliną gazową z czystej bawełny.

Pytanie nr 18:

Pozycja 55 – czy Zamawiający dopuści wycenę za opak a25 wraz z przeliczaniem zamawianej ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 18:

Tak, Zamawiający dopuści wycenę za opak a25 wraz z przeliczaniem zamawianej ilości.

Pytanie nr 19:

Pozycja 64 – czy Zamawiający dopuści przyrząd do infuzji o opisie:

- Jałowy, jednorazowego użytku i bez pirogenów
- Kołec wykonany z ABS, w kolorze białym
- Kropłomierz komory 20 kropli = 1ml +/- 0.1ml
- Pojemność kropłomierza 7 ml
- Wlot powietrza: Z bakteryjnym filtrem o wielkości porów 0,45 µm
- Komora kropłowa wykonana z materiałów wolnych od DEHP
- Filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami o wielkości oczek 15µm
- Uniwersalne zakończenie drenu luer-lock
- Precyzyjny, w pełni bezpieczny zacisk rolkowy
- Miękki elastyczny dren
- Łącznik do dodatkowych iniekcji typu Y
- Pozbawiony w całości PCV, DEHP oraz lateksu
- Dren o średnicy 3.0/4.1 i długości 150 cm
- Pakowane pojedynczo w opakowanie papierowo-foliowe, po 25 sztuk w worek foliowy i 350 sztuk w kartonie
- Sterylizowany tlenkiem etylenu, ważny przez 5 lat od sterylizacji

Odpowiedź na pytanie nr 19:

Tak, Zamawiający dopuści przyrząd do infuzji o opisie jak powyżej.

Pytanie nr 20:

Pozycja 64 – czy Zamawiający dopuści przyrząd do infuzji bez skrzydełek dociskowych?

Odpowiedź na pytanie nr 20:

Tak, Zamawiający dopuści przyrząd do infuzji bez skrzydełek dociskowych.

Pytanie nr 21:

Pozycja 64 – czy Zamawiający dopuści przyrząd do infuzji z mleczną klapką?

Odpowiedź na pytanie nr 21:

Tak, Zamawiający dopuści przyrząd do infuzji z mleczną klapką.

Pytanie nr 22:

Pozycja 74 – czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a100 wraz z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 22:

Tak, Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a100 wraz z przeliczeniem zamawianej ilości.

Pytanie nr 23:

Pozycja 98-99 – czy Zamawiający dopuści nakłuwacz sterylizowany radiacyjnie?

Odpowiedź na pytanie nr 23:

Tak, Zamawiający dopuści nakłuwacz sterylizowany radiacyjnie.

Pytanie nr 24:

Pozycja 98-99 – czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a100 wraz z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 24:

Tak. Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a100 wraz z przeliczeniem zamawianej ilości.

Pytanie nr 25:

Pozycja 100-101 – czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a250 wraz z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 25:

Tak, Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a250 wraz z przeliczeniem zamawianej ilości.

Pytanie nr 26:

Pozycja 105 – czy Zamawiający dopuści elektrody o rozmiarze 36x50?

Odpowiedź na pytanie nr 26:

Nie, Zamawiający nie dopuści elektrod o rozmiarze 36x50.

Pytanie nr 27:

Pozycja 105-106 – czy Zamawiający odstąpi od zapisu „styk pokryty chlorkiem srebra”?

Odpowiedź na pytanie nr 28:

Nie, Zamawiający nie odstąpi od zapisu „styk pokryty chlorkiem srebra”.

Pytanie nr 29:

Pozycja 106 – czy Zamawiający dopuści elektrody o średnicy 50mm?

Odpowiedź na pytanie nr 29:

Tak, Zamawiający dopuści elektrody o średnicy 50mm

Pytanie nr 30:

Pozycja 107 – czy Zamawiający dopuści papier o rozmiarze 110x10?

Odpowiedź na pytanie nr 30:

Nie, Zamawiający nie dopuści papieru o rozmiarze 110x10.

Pytanie nr 31:

Pozycja 124-127 – czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania w 2 otworami naprzeciwległymi?

Odpowiedź na pytanie nr 31:

Tak, Zamawiający dopuści cewniki do odsysania w 2 otworami naprzeciwległymi.

Pytanie nr 32:

Pozycja 170 – czy Zamawiający dopuści zestaw do zakładania szwów o składzie:

1x kleszczyki plastikowe typu Kocher 14 cm;

1 x pęseta metalowa chirurgiczna typu Adson 12 cm;

6 x tampony z gazy bawełnianej wielkości śliwki (Pagasling Nr 3);

1 x igłotrzymacz 12 cm;

1 x nożyczki metalowe ostre/ostre 11 cm;

1 x strzykawka typu Luer-Lock 10 ml, (zapakowana);

1 x igła 1,2 mm x 40 mm, 18 G x 11/2, różowa (zapakowana);

1 x igła 0,8 mm x 40 mm, 21 G x 11/2, zielona (zapakowana)

1 x serweta włókninowa 50 cm x 50 cm;

z przylepnym otworem 5 cm x 10cm;

1 x serweta włókninowa nieprzylepna 60 cm x 60 cm.

Odpowiedź na pytanie nr 32:

Tak, Zamawiający dopuści zestaw do zakładania szwów o wyżej wymienionym składzie.

Pytanie nr 33:

Pozycja 192, 198 – czy Zamawiający odstąpi od zapisu „ 4 podłużne paski wzmacniające”?

Odpowiedź na pytanie nr 33:

Tak, Zamawiający może odstąpić od zapisu „ 4 podłużne paski wzmacniające”

Pytanie nr 34:

Pozycja 198 – czy Zamawiający dopuści dren 200cm?

Odpowiedź na pytanie nr 34:

Nie, Zamawiający nie dopuści drenu 200cm.

Pytanie nr 35:

Pozycja 203 – czy Zamawiający dopuści maskę z nebulizatorem o pojemności 6ml?

Odpowiedź na pytanie nr 35:

Tak, Zamawiający dopuści maskę z nebulizatorem o pojemności 6ml.

Pytanie nr 36:

Pozycja 204-206 – czy Zamawiający dopuści rurkę skalowana co 1cm?

Odpowiedź na pytanie nr 36:

Tak, Zamawiający dopuści rurkę skalowana co 1cm.

Pytanie nr 37:

Pozycja 219 – czy Zamawiający dopuści wycenę za opak a80 wraz z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 37:

Tak, Zamawiający dopuści wycenę za opak a80 wraz z przeliczeniem zamawianej ilości.

Pytanie nr 38:

Pozycja 232 – czy Zamawiający dopuści worek do zbiórki moczu o pojemności 2000ml?

Odpowiedź na pytanie nr 38:

Tak, Zamawiający dopuści worek do zbiórki moczu o pojemności 2000ml.

Pytanie nr 39:

Pozycja 233 – czy Zamawiający dopuści rurki guedel w wymaganych rozmiarach, ale nie zapakowane razem w jedno opakowanie? Każda rurka dostarczona osobno, ale produkt wyceniony jako zestaw.

Odpowiedź na pytanie nr 39:

Tak, Zamawiający dopuści takie rozwiązanie.

Pytanie nr 40:

Pozycja 234-244 – czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie powyższych pozycji, co pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty?

Odpowiedź na pytanie nr 40:

Nie, Zamawiający nie zgodzi się na wydzielenie powyższych pozycji.

Pytanie nr 41:

Pozycja 247 - Czy Zamawiający dopuści worek na wymiociny o pojemności 1500 ml, podziałka co 100 ml od 100-1500 ml, mleczny w pełni przejrzysty, pozwalający na wizualną obserwację zawartości, w tym krwi, wyposażony w plastikowy okrągły uchwyt posiadający specjalne otwory, dzięki którym możliwe jest zamknięcie worka umożliwiając tym samym wydostanie się treści i przykrego zapachu?

Odpowiedź na pytanie nr 41:

Tak, Zamawiający dopuści worek zgodny z powyższym opisem.

Pytanie nr 42: część 1 pakiet 1 pozycja 131:

1) Czy Zamawiający w pozycji 131 pakiet 1 część 1 dopuści do postępowania opatrunek hemostatyczny **Woundclot™** o wymiarach 5 cm x 5 cm wykonany z nieoksydowanej celulozy, wzmocniony na poziomie molekularnym, przeznaczony do tamowania krwawień, nie wymagający mocnego ucisku, zdolność do absorpcji płynów w kontakcie z krwią wynosi 2500% jego własnej wagi?

2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na produkt pakowany po 2 szt. w saszetce z przeliczeniem zamawianej ilości?

3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 131 z pakietu 1 części 1 i stworzy osobny

pakiet dla tej pozycji?

Odpowiedź na pytanie nr 42:

- 1) Nie , zamawiający nie dopuści opatrunku hemostatycznego Woundclot 5 cm x 5 cm.
- 2) Tak, zamawiający wyrazi zgodę na produkt pakowany po 2 szt. W saszetce z przeliczeniem zamawianej ilości dla produktu według opisu w OPZ.
- 3) Zamawiający nie wyraża zgody na stworzenie osobnego pakietu dla tej pozycji.

Pytanie nr 43: część 1 pakiet 1 pozycja 132:

- 1) Czy Zamawiający w pozycji 132 pakiet 1 część 1 dopuści do postępowania opatrunkiem hemostatycznym **Woundclot™** o wymiarach 5 cm x 5 cm wykonany z nieoksydowanej celulozy, wzmocniony na poziomie molekularnym, przeznaczony do tamowania krwawień, nie wymagający mocnego ucisku, zdolność do absorpcji płynów w kontakcie z krwią wynosi 2500% jego własnej wagi?
- 2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na produkt pakowany po 2 szt. w saszetce z przeliczeniem zamawianej ilości?
- 3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 132 z pakietu 1 części 1 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

Odpowiedź na pytanie nr 43:

- 1) Nie , zamawiający nie dopuści opatrunku hemostatycznego Woundclot 5 cm x 5 cm.
- 2) Tak, zamawiający wyrazi zgodę na produkt pakowany po 2 szt. W saszetce z przeliczeniem zamawianej ilości dla produktu według OPZ.
- 3) Zamawiający nie wyraża zgody na stworzenie osobnego pakietu dla tej pozycji.

Część 1, Pakiet I

Pytanie nr 44:

Pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści igły o wymiarach 0,8x25mm?

Odpowiedź na pytanie nr 44:

Nie, Zamawiający nie dopuści igieł o wymiarach 0,8x25mm

Pytanie nr 45:

Pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści igły o wymiarach 0,5x25mm?

Odpowiedź na pytanie nr 45:

Tak, Zamawiający dopuści igły o wymiarach 0,5x25mm.

Pytanie nr 46:

Pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści igły o wymiarach 0,5x25mm lub 0,5x40mm?

Odpowiedź na pytanie nr 46:

Zamawiający dopuści igły o wymiarach 0,5x40 mm.

Pytanie nr 47:

Pozycja 16-18

Czy Zamawiający dopuści igły motylka o długości igły 19mm?


Odpowiedź na pytanie nr 47:

Tak, dopuści igły motylka o długości igły 19mm.

Pytanie nr 48:

Pozycja 20

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacz 21G jak na zdj poniżej o głębokości nakłucia 2,4mm w kolorze różowym?



Odpowiedź na pytanie nr 48:

Zamawiający dopuści nakłuwacz 21 jak na zdj poniżej o głębokości nakłucia 1,8mm

Pytanie nr 49:

Pozycja 21

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacz w kolorze żółtym?

Odpowiedź na pytanie nr 49:

TAK Zamawiający dopuści nakłuwacz w kolorze żółtym o parametrach zgodnych z OPZ.

Pytanie nr 50

Pozycja 19-21

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacz w opak a'100 wraz z wycena o przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 50:

Tak, Zamawiający dopuści nakłuwacz w opak a'100 wraz z wycena o przeliczeniem zamawianej ilości.

Pytanie nr 51:

Pozycja 22

Czy Zamawiający dopuści kaniulę o następujących właściwościach:

- igła (mandryn) wykonana ze stali nierdzewnej z ostrzem typu back-cut
- Cewnik kaniuli wykonany z poliuretanu (PUR), wyposażony w 6 pasków kontrastujących w RTG
- Kaniula wyposażona w kolorystycznie barwione skrzydełka z możliwością przyszycia do skóry oraz w samodomykający się koreczek portu górnego barwiony kolorystycznie zależnie od rozmiaru
- Uchwyt umożliwiający wykonanie wkłucia jedną ręką
- Filtr hydrofobowy zabezpieczający przed wypływem krwi po wprowadzeniu kaniuli do naczynia
- Komora wypływu zwrotnego zabezpieczona koreczkiem luer-lock
- Dostępna w różnych rozmiarach od 14 g do 24 g
- Jednorazowego użytku
- Nie zawiera lateksu
- Nie zawiera ftalanów
- Sterylna, sterylizowana tlenkiem etylenu
- Pakowanie: 1 sztuka – twardy blister (PVC + TYVEC) z kolorowym zadrukiem zgodnym z identyfikacją kolorystyczną rozmiaru

?

Odpowiedź na pytanie nr 51:

Tak, zamawiający dopuści kaniulę według proponowanego opisu.

Pytanie nr 52:

Pozycja 22

Czy Zamawiający dopuści kaniulę 24G 0,7x19mm?

Odpowiedź na pytanie nr 52:

Tak, Zamawiający dopuści kaniulę 24G 0,7x19mm.

Pytanie nr 53:

Pozycja 23

Czy Zamawiający dopuści kaniulę 18G 1,3x45?

Odpowiedź na pytanie nr 53:

Zamawiający dopuści kaniulę 18G 1,3x45.

Pytanie nr 54:

Pozycja 27

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z dopakowaną igłą?

Odpowiedź na pytanie nr 54:

Tak, dopuści strzykawkę z dopakowaną igłą.

Pytanie nr 55:

Pozycja 33-34

Czy Zamawiający wymaga strzykawki z zakończeniem luer czy luer-lock?

Odpowiedź na pytanie nr 55:

Zamawiający oczekuje strzykawkę typu luer.

Pytanie nr 56:

Pozycja 35

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę cewnikową ze skala co 1ml?

Odpowiedź na pytanie nr 56:

Tak, Zamawiający dopuści strzykawkę cewnikową ze skala co 1ml.

Pytanie nr 57:

Pozycja 55

Czy Zamawiający dopuści kompres jałowy na okowy wykonany z włókninowej części zewnętrznej oraz wewnętrznej wykonanej z pulpy celulozowej?

Odpowiedź na pytanie nr 57:

Nie, Zamawiający nie dopuści kompresu o opisie jak powyżej.

Pytanie nr 58:

Pozycja 57

Czy Zamawiający dopuści kompres pakowane indywidualnie 12 warstwowe?

Odpowiedź na pytanie nr 58:

Tak, Zamawiający dopuści kompres pakowany indywidualnie 12 warstwowe

Pytanie nr 59:

Pozycja 57

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a'3szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 59:

Tak, Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a'3szt z przeliczeniem zamawianej ilości.

Pytanie nr 60:

Pozycja 58-63

Czy Zamawiający ma myśli siatki opatrunkowe o długości 1m czy 10m w stanie nierozciągniętym?

Odpowiedź na pytanie nr 60:

Zamawiający ma myśli siatki opatrunkowe o długości 1m w stanie nierozciągniętym.

Pytanie nr 61:

Pozycja 64

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu z zaciskiem rolkowym wyposażonym w pochewkę na igłę biorcza, która umożliwia prawidłowe zabezpieczenie kolca biorczego po wyciągnięciu z opakowania z płynem, chroniąc personel przed ryzykiem zakłucia?

Odpowiedź na pytanie nr 61:

Tak, zamawiający dopuszcza wyżej opisany przyrząd

Pytanie nr 62:

Pozycja 64

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu wyposażonego w zacisk rolkowy z uchwytem, umożliwiającym bezpieczne podwieszenie drenu, bez zamknięcia jego światła, zapobiegając kontaminacji łącznika Luer Lock przyrządu, minimalizując ryzyko wprowadzenia zakażenia?

Odpowiedź na pytanie nr 62:

Tak, zamawiający dopuszcza wyżej opisany przyrząd

Pytanie nr 63:

Pozycja 64

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu posiadającego na zacisku rolkowym wytłoczoną nazwę producenta, w celu pełnej identyfikacji wyrobu?

Odpowiedź na pytanie nr 63:

Tak, zamawiający dopuszcza wyżej opisany przyrząd.

Pytanie nr 64:

Pozycja 74

Czy Zamawiający dopuści opatrunek wodoodporny z wkładem chłonnym w rozmiarze 72x25mm, pakowany a'100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 64:

Tak, *Zamawiający dopuści opatrunek wodoodporny z wkładem chłonnym w rozmiarze 72x25mm, pakowany a'100szt z przeliczeniem zamawianej ilości.*

Pytanie nr 65:

Pozycja 94

Czy Zamawiający dopuści seton z nitką RTG?

Odpowiedź na pytanie nr 65:

Tak, *Zamawiający dopuści seton z nitką RTG.*

Pytanie nr 66:

Pozycja 94

Czy Zamawiający dopuści setony w opakowaniu a'25szt?

Odpowiedź na pytanie nr 66:

Tak, *Zamawiający dopuści setony w opakowaniu a'25szt.*

Pytanie nr 67:

Pozycja 98

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacz w kolorze zielonym?

Odpowiedź na pytanie nr 67:

Tak, *Zamawiający dopuści nakłuwacz w kolorze zielonym.*

Pytanie nr 68:

Pozycja 99

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacz w kolorze różowym?

Odpowiedź na pytanie nr 68:

Tak, Zamawiający dopuści nakłuwacz w kolorze różowym.

Pytanie nr 69:

Pozycja 98-99

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacz w opak a100 wraz z wyceną i przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 69:

Tak, Zamawiający dopuści nakłuwacz w opak a100 wraz z wyceną i przeliczeniem zamawianej ilości

Pytanie nr 70:

Pozycja 101

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania opakowania zawierającego 100 szt?

Odpowiedź na pytanie nr 70:

Tak, Zamawiający dopuści zaoferowanie innego opakowania niż 100 szt pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia.

Pytanie nr 71:

Pozycja 105

Czy Zamawiający dopuści elektrodę o średnicy 30mm?

Odpowiedź na pytanie nr 71:

Tak, Zamawiający dopuści elektrodę 30mm.

Pytanie nr 72:

Pozycja 106

Czy Zamawiający dopuści elektrodę 42x56mm?

Odpowiedź na pytanie nr 72:

Tak zamawiający dopuści elektrody 42x56 mm

Pytanie nr 73:

Pozycja 107

Czy nie nastąpiła pomyłka i Zamawiającemu chodziło o papier w rozmiarze 110x7?

Odpowiedź na pytanie nr 73:

Tak, Zamawiającemu chodziło o papier w rozmiarze 110x7.

Pytanie nr 74:

Pozycja 109

Czy Zamawiający dopuści papier o wymiarach 110x7?

Odpowiedź na pytanie nr 74:

Odpowiedź udzielona w pytaniu nr 73

Pytanie nr 75:

Pozycja 113

Czy Zamawiający dopuści papier 110x18m?

Odpowiedź na pytanie nr 75:

TAK, Zamawiający dopuści papier 110x18m

Pytanie nr 76:

Pozycja 113

Czy Zamawiający dopuści papier o wymiarach 215x25 lub 214x20?

Odpowiedź na pytanie nr 76:

Zamawiający dopuści papier o wymiarach 215x25.

Pytanie nr 77:

Pozycja 121

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50 szt wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 77:

Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50 szt wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Pytanie nr 78:

Pozycja 124-127

Czy Zamawiający dopuści cewnik z otworami bocznymi położonymi naprzeciwlegle?

Odpowiedź na pytanie nr 78:

Tak, zamawiający dopuszcza cewnik z otworami bocznymi położonymi naprzeciwlegle/

Pytanie nr 79:

Pozycja 128

Czy Zamawiający dopuści lusterko o średnicy lusterka 19mm?

Odpowiedź na pytanie nr 79:

Tak, Zamawiający dopuści lusterko o średnicy lusterka 19mm.

Pytanie nr 80:

Pozycja 138

Czy Zamawiający dopuści szynę kramera 600x80 lub 500x70?

Odpowiedź na pytanie nr 80:

Zamawiający dopuści szynę kramera 600x80.

Pytanie nr 81:

Pozycja 139

Czy Zamawiający dopuści szynę kramera 800x80 lub 1000x100?

Odpowiedź na pytanie nr 81:

Zamawiający dopuści szynę kramera 800x80.

Pytanie nr 82:

Pozycja 140

Czy Zamawiający dopuści szynę kramera 1000x100?

Odpowiedź na pytanie nr 82:

Zamawiający dopuści szynę kramera 1000x100

Pytanie nr 83:

Pozycja 155-156

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „pakowany na mokro w celu ograniczenia chłonności i dla zmniejszenia pamięci skrętu po wyjęciu z opakowania”?

Odpowiedź na pytanie nr 83:

Tak, zamawiający może odstąpić od wymogu „pakowany na mokro w celu ograniczenia chłonności i dla zmniejszenia pamięci skrętu po wyjęciu z opakowania ”

Pytanie nr 84:

Pozycja 155-156

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici chirurgicznych pakowanych a'10 saszetek z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 84:

Tak, Zamawiający dopuści zaoferowanie nici chirurgicznych pakowanych a'10 saszetek z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości.

Pytanie nr 85:

Pozycja 155-156

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici chirurgicznych pakowanych a'12 saszetek z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 85:

Tak, Zamawiający dopuści zaoferowanie nici chirurgicznych pakowanych a'12 saszetek z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości.

Pytanie nr 86:

Pozycja 157-169 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici chirurgicznych pakowanych a'12 saszetek z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 86:

Tak, Zamawiający dopuści zaoferowanie nici chirurgicznych pakowanych a'12 saszetek z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości.

Pytanie nr 87:

Pozycja 164 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici chirurgicznych o długości 70cm?

Odpowiedź na pytanie nr 87:

Tak, Zamawiający dopuści zaoferowanie nici chirurgicznych o długości 70cm.

Pytanie nr 88:

Pozycja 164

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 26mm?

Odpowiedź na pytanie nr 88:

Nie, Zamawiający nie dopuści zaoferowania igły o długości 26mm.

Pytanie nr 89:

Pozycja 166-167

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici chirurgicznej o grubości 3/0?

Odpowiedź na pytanie nr 89:

Tak, Zamawiający dopuści zaoferowanie nici chirurgicznej o grubości 3/0.

Pytanie nr 90:

Pozycja 166-167

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 70cm?

Odpowiedź na pytanie nr 90:

Tak, Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 70cm.

Pytanie nr 91:

Pozycja 166-167

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły 26mm?

Odpowiedź na pytanie nr 91:

Nie, Zamawiający nie dopuści zaoferowania igły 26mm

Pytanie nr 92

Pozycja 166-167

Czy Zamawiający dopuści nici chirurgiczne wchłaniające, syntetyczne, plecione, wykonane z kwasu poliglikolowego, pokrytego polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o czasie podtrzymywania tkankowego 70% po 2 tyg, 50% po 3 tyg, 20% po 4 tyg., o okresie wchłaniania 60-90 dni?

Odpowiedź na pytanie nr 92:

Tak, Zamawiający dopuści nici chirurgiczne wchłaniające, syntetyczne, plecione, wykonane z kwasu poliglikolowego, pokrytego polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o czasie podtrzymywania tkankowego 70% po 2 tyg, 50% po 3 tyg, 20% po 4 tyg., o okresie wchłaniania 60-90 dni.

Pytanie nr 93:

Pozycja 166-167

Czy Zamawiający dopuści nić chirurgiczną o długości 75cm?

Odpowiedź na pytanie nr 93:

Tak, Zamawiający dopuści nić chirurgiczną o długości 75cm.

Pytanie nr 94:

Pozycja 169

Czy Zamawiający dopuści zaofiarowanie nici chirurgicznej o grubości 4/0?

Odpowiedź na pytanie nr 94:

Tak, Zamawiający dopuści zaofiarowanie nici chirurgicznej o grubości 4/0.

Pytanie nr 95:

Pozycja 169

Czy Zamawiający dopuści zaofiarowanie igły o długości 19mm?

Odpowiedź na pytanie nr 95:

Tak, Zamawiający dopuści zaofiarowanie igły o długości 19mm.

Pytanie nr 96:

Pozycja 180-187

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley'a z gumową zastawką?

Odpowiedź na pytanie nr 96:

Tak, zamawiający dopuszcza cewnik Foley'a z gumową zastawką

Pytanie nr 97:

Pozycja 188-191

Czy Zamawiający dopuści wycenę za sztukę wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 97:

Tak, Zamawiający dopuści wycenę za sztukę wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości

Pytanie nr 98:

Pozycja 192,198

Czy Zamawiający dopuści cewniki do podawania tlenu bez pasków podłużnych wzmacniających?

Odpowiedź na pytanie nr 98:

Tak, Zamawiający dopuści cewniki do podawania tlenu bez pasków podłużnych wzmacniających

Pytanie nr 99:

Pozycja 193-195

Czy Zamawiający dopuści cewniki Tiemana o gładkiej powierzchni?

Odpowiedź na pytanie nr 99:

Tak zamawiający dopuszcza cewnik Tiemana o gładkiej powierzchni

Pytanie nr 100:

Pozycja 202-203

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania masek sterylnych?

Odpowiedź na pytanie nr 100:

Nie, zamawiający nie wymaga masek sterylnych.

Pytanie nr 101:

Pozycja 204-206

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną ze skalowaniem co 1cm?

Odpowiedź na pytanie nr 101:

Tak, *Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną ze skalowaniem co 1cm.*

Pytanie nr 102:

Pozycja 204-206

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną w oznaczeniu rozmiaru w 4 miejscach?

Odpowiedź na pytanie nr 102:

Tak, *Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną w oznaczeniu rozmiaru w 4 miejscach.*

Pytanie nr 103:

Pozycja 207

Czy Zamawiający dopuści kleszczyki jednorazowe?

Odpowiedź na pytanie nr 103:

Tak, zamawiający dopuszcza kleszczyki jednorazowe

Pytanie nr 104:

Pozycja 226-230

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy z wyłącznie zamkniętym końcem?

Odpowiedź na pytanie nr 104:

Tak, zamawiający dopuszcza zgłębnik żołądkowy z zamkniętym końcem.

Pytanie nr 105:

Pozycja 232

Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy z workiem o pojemności 1500ml?

Odpowiedź na pytanie nr 105:

Tak, zamawiający dopuszcza zestaw do lewatywy o pojemności 1500 ml

Pytanie nr 106:

Pozycja 234-236

Czy Zamawiający dopuści rękawice odporne na przenikanie cytostatyków zgodnie z ASTM D6978 - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej?

Odpowiedź na pytanie nr 106:

TAK, Zamawiający dopuści rękawice odporne na przenikanie cytostatyków zgodnie z ASTM D6978 - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej

Pytanie nr 107:

Pozycja 234-236

Czy Zamawiający dopuści rękawice zgodne z normą EN ISO 374-1,2, EN 16523?

Odpowiedź na pytanie nr 107:

TAK, Zamawiający dopuści rękawice zgodne z normą EN ISO 374-1,2, EN 16523

Pytanie nr 108:

Pozycja 234-236

Czy Zamawiający dopuści rękawice z AQL 0,65 - potwierdzone raportem z badań wg EN 455 z jednostki niezależnej?

Odpowiedź na pytanie nr 108:

TAK, Zamawiający dopuści rękawice z AQL 0,65 - potwierdzone raportem z badań wg EN 455 z jednostki niezależnej

Pytanie nr 109:

Pozycja 237-240

Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane po 200 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 109:

Tak, Zamawiający dopuści rękawice pakowane po 200 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości.

Pytanie nr 110:

Pozycja 242-243

Czy Zamawiający dopuści rękawice z powierzchnią wewnętrzną chlorowaną?

Odpowiedź na pytanie nr 110:

Tak, zamawiający dopuszcza rękawice z powierzchnią wewnętrzną chlorowaną.

Pytanie nr 111:

Pozycja 245

Czy Zamawiający dopuści tampony z celulozy pakowane po 2 rolki a'500 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 111:

Tak, Zamawiający dopuści tampony z celulozy pakowane po 2 rolki a'500 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości

Pytanie nr 112:

Pozycja 248

Czy Zamawiający dopuści wycenę za sztukę wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 112:

Tak Zamawiający dopuści wycenę za sztukę wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.)

Jednocześnie Zamawiający **przesuwa termin składania i otwarcia ofert:**

Jednocześnie Zamawiający **przesuwa terminu składania i otwarcia ofert do dnia 18 marca 2024 r.**, w związku z czym w SWZ zmienia się:

1. W pkt XVII SWZ zmienia się ust. 1, który otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres nie dłuższy niż **30 dni**, tj. do dnia **16.04.2024. r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”.

2. W pkt XVIII SWZ zmienia się ust. 1, który otrzymuje brzmienie:

„1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę e-zamówienia: <https://ezamowienia.gov.pl/pl/> do dnia **18.03.2024 r. do godziny 12:00.**”.

3. W pkt. XVIII SWZ zmienia się ust. 3, który otrzymuje brzmienie:

„**3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.03.2024 r. o godzinie 12:30.**”.

W pozostałym zakresie treść SWZ zostaje niezmieniona.

Z up. Prezesa
Adam Mianowski

