

Polkowice, 14.03.2024 r.

DZP – 11/2024

Do wszystkich Wykonawców

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2024/BZP 00236420/01 w dniu 07.03.2024 r. zmienionego ogłoszeniem nr 2024/BZP 00243638/01 w dniu 13.03.2024 r.

„Sprzedaż i dostawę materiałów medycznych na potrzeby Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych – ZOZ S.A. w Polkowicach”

WYJAŚNIENIE OMYŁKI PISARSKIEJ


Zamawiający wyjaśnia, iż Wyjaśnieniach SWZ z dnia 13.03.2024 r. nastąpiła omyłka pisarska polegająca na zamieszczeniu w odpowiedzi na pytanie nr 48 **błędnej głębokości nakłucia**.

BYŁO:

Pytanie 48:

Pozycja 20

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacz 21G jak na zdj poniżej o głębokości nakłucia 2,4mm w kolorze różowym?



Odpowiedź na pytanie nr 48:

Zamawiający dopuści nakłuwacz 21 jak na zdj poniżej o głębokości nakłucia 1,8mm

W związku z powyższym zmienia się odpowiedź na pytanie nr 48, która otrzymuje brzmienie:

Odpowiedź na pytanie nr 48:

Zamawiający dopuści nakłuwacz 21G jak na zdj poniżej o głębokości nakłucia 2,4mm w kolorze różowym

Jednocześnie Zamawiający **potwierdza termin składania i otwarcia ofert:**

1. Ofertę należy złożyć **poprzez Platformę e-zamówienia:** <https://ezamowienia.gov.pl/pl/> do dnia **18.03.2024 r. do godziny 12:00.**
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **18.03.2024 r. o godzinie 12:20.**

W pozostałym zakresie treść SWZ zostaje niezmieniona.


Katarzyna Czwojdzńska
Z-ca Naczelnej Pielęgniarki
4309193P