

**SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(FAKULTATYWNE NEGOCJACJE)
ZMIANA**

ZAMAWIAJĄCY:

**Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych - ZOZ S.A.
ul. K. B. Kominka 7, 59-101 Polkowice**

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego **w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami** o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) – dalej „Pzp” na realizację zamówienia pn.:
„Dzierżawa aparatów do laboratorium i dostawa odczynników na potrzeby Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A. w Polkowicach”

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy e-zamówienia dostępnej pod adresem internetowym:

<https://ezamowienia.gov.pl/pl/>

Nr postępowania: **DZP-19/2024**

Polkowice, 28 MAJ 2024 r.

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych - ZOZ S.A.

ul. K. B. Kominka 7, 59-100 Polkowice

Tel.: 76 746 08 00

NIP: 6922246830

REGON: 390760852

KRS: 0000081911

Adres e-mail: zamowieniapubliczne@pcuz.eu

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: <https://ezamowienia.gov.pl/pl/> oraz <http://pcuz.sisco.info>

Godziny pracy: 7:00 – 14:35 od poniedziałku do piątku.

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że:
 - 1) administratorem danych osobowych jest Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych –ZOZ S.A. z siedzibą w Polkowicach ul. Kard. B. Kominka 7;
 - 2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@pcuz.eu;
 - 3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami;
 - 4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp;
 - 5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 - 6) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
 - 7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany stosownie do art. 22 RODO;
 - 8) Wykonawca posiada na podstawie:

- a) art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może Wykonawca może zostać zobowiązany do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
 - b) art. 16 RODO *skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;*
 - c) art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (*prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego*);
 - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
- 9) nie przysługuje Wykonawcy:
- a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
- 10) Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 ust. 2 Pzp oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej "SWZ".
2. Zamawiający **przewiduje** wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.
3. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa w art. 3 ustawy Pzp.
4. Zamawiający **nie przewiduje** możliwości unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
5. Zamawiający **nie przewiduje** aukcji elektronicznej.

6. Zamawiający **nie przewiduje** złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.
7. Zamawiający **nie prowadzi** postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.
8. Zamawiający **nie zastrzega** możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp.
9. Zamawiający **nie stawia wymagań** związanych z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465).
10. Zamawiający **nie określa** dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 Pzp:

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa aparatów do laboratorium i dostawa odczynników na potrzeby Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A. w Polkowicach.

2. Wspólny Słownik Zamówień CPV:

- 33696500-0 odczynniki
- 33100000-1 urządzenia medyczne
- 30200000-1 urządzenia komputerowe

3. Zamawiający **dopuszcza** składanie ofert częściowych:

1) **CZĘŚĆ I: Aparat do analizy moczu;**

2) **CZĘŚĆ II: Aparat do badań koagulologicznych;**

3) **CZĘŚĆ III: Aparat do morfologii;**

Wykonawca może złożyć ofertę na 1, 2 lub na 3 części.

4. Zamawiający **nie dopuszcza** składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.

5. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 Pzp.

Wartość zamówienia o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 Pzp przewiduje się w wysokości 20% zamówienia podstawowego.

6. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący **Załącznik nr 7 do SWZ**.

V. WIZJA LOKALNA

Zamawiający **nie przewiduje** przeprowadzenia wizji lokalnej.

VI. PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).

2. Zamawiający **nie zastrzega** obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał nazwy (firmy) tych podwykonawców.

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Umowa na okres **36 miesięcy od dnia podpisania umowy**.
2. Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we wzorze umowy, stanowiącym **załącznik nr 6 do SWZ**.

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym (warunek dla wszystkich części):

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą wpisani do właściwego rejestru przedsiębiorców.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:

a) w zakresie doświadczenia:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie – **na część I: co najmniej 2 usługi dzierżawy aparatu do analizy moczu i dostawy odczynników, podobne do tych, stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. o wartości nie mniejszej niż 200.000 zł każda.**

– **na część II: co najmniej 2 usługi dzierżawy aparatu do badań koagulologicznych i dostawy odczynników, podobne do tych, stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. o wartości nie mniejszej niż 40.000,00 zł. każda.**

– **na część III: co najmniej 2 usługi dzierżawy aparatu do morfologii i dostawy odczynników, podobne do tych, stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. o wartości nie mniejszej niż 80.000 zł każda.**

Wykaz ww. usług zostanie sporządzony przez Wykonawcę *na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 5 do SWZ* oraz złożony oświadczenie sporządzone *na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 2 do SWZ*. Warunek będzie oceniany w oparciu o wykaz i oświadczenie, złożone przez Wykonawcę w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu.

Ocena spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie ww. dokumentów złożonych przez wykonawcę.

3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.

IX. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:

1) w art. 108 ust. 1 Pzp.;

2) w art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 Pzp., tj.:

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;

c) który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;

3) w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 507), tj.:

a) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006, rozporządzeniu Rady (EU) nr 269/2014, rozporządzeniu Rady (EU) 833/2014, albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w ust. 4;

b) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1124, 1285, 1723 i 1843) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006, rozporządzeniu 269/2014 i rozporządzeniu Rady (EU) 833/2014 albo wpisana na

listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w ust. 4;

c) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014, rozporządzeniu Rady (EU) 833/2014, albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w ust. 4.

2. Wykluczenie Wykonawcy jak w ust. 1 pkt 1 – 2 następuje zgodnie z art. 111 Pzp.
3. Wykluczenie jak w ust. 1 pkt 3 lit. a – c następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 1 pkt 3.
4. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie ust. 1 pkt 3, zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy, nie zaprasza go do złożenia oferty podlegającej negocjacom, oferty dodatkowej, nie zaprasza go do negocjacji, a także nie prowadzi z takim wykonawcą negocjacji, odpowiednio do trybu stosowanego do udzielenia zamówienia publicznego oraz etapu prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
5. Kontrola udzielania zamówień publicznych w zakresie zgodności z ust. 1 pkt 3 jest wykonywana zgodnie z art. 596 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.
6. Przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego rozumie się odpowiednio złożenie oferty, oraz przystąpienie do negocjacji.
7. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 3, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej.
8. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 7, nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł.
9. Wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w ust. 7, stanowią dochód budżetu państwa.

X. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA (PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE)

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z **Załącznikiem nr 2A do SWZ** oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z **Załącznikiem nr 2B do SWZ**;
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
 - 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 594), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - **załącznik nr 4 do SWZ**;
 - 2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
 - 3) Wykaz dostaw porównywalnych z dostawami stanowiącymi przedmiot zamówienia, wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy - **załącznik nr 5 do SWZ**;
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 4 pkt 2 powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 2 powyżej, zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

7. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
 - 1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków;
 - 2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp.
8. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
9. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452).

XI. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonują świadczenie do realizacji którego te zdolności są wymagane.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi **załącznik nr 3 do SWZ**.
4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym

przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

6. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w Rozdziale X SWZ.

XII. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA)

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

XIII. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się,

pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują przy użyciu:

1) poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@pcuz.eu;

2) poprzez Platformę, dostępną pod adresem: <https://ezamowienia.gov.pl/pl/>

4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej <https://ezamowienia.gov.pl> oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

5. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.

6. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań, zawiadomień i zadawanie pytań. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą pzp lub Rozporządzeniem w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).

7. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.

8. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.

9. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).

10. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.

11. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22 458 77 99) lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej <https://ezamowienia.gov.pl> w zakładce „Zgłoś problem”.

12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowieniapubliczne@pcuz.eu (nie dotyczy składania ofert).
13. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
14. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań na platformie e-zamówienia z zakładki „Przełóżaj postępowania/konkursy”.
15. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
- 1) w zakresie proceduralnym:
Pani Agnieszka Mietlińska, tel. 535 974 842;
 - 2) w zakresie merytorycznym:
Pani Elżbieta Minko, tel. (76) 746 08 39, e-mail: zamowieniapubliczne@pcuz.eu
16. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania.
17. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
18. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania odpowiedzi ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiedzi ofert.
19. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 18, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 18, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
20. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 19, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
3. Ofertę składa się na interaktywnym Formularzu Ofertowym - zgodnie z **Załącznikiem nr 1 do SWZ + załącznik nr 1 do Formularza Oferty – opis przedmiotu zamówienia + załącznik nr 2 do Formularza Oferty – formularz cenowy**. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
 - 1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;

- 2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy);
- 3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).
4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
5. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
6. **Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.**
7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.
8. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233), Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
9. **W celu złożenia oferty należy zarejestrować (zalogować) się na Platformie e-Zamówienia i postępować zgodnie z instrukcją dostępną na stronie internetowej <https://ezamowienia.gov.pl> oraz z informacjami zamieszczonymi w zakładce „Centrum Pomocy”.**
10. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. W tym celu należy w systemie Platformy kliknąć przycisk "Wycofaj ofertę". Zmiana oferty następuje poprzez wycofanie oferty oraz jej ponownym złożeniu.
11. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
12. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XV. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, na które składać się będą koszty:

1) czynszu dzierżawnego, w tym m. in.: dzierżawa aparatu, koszty związane z przeglądami technicznymi, bieżącą konserwacją oraz naprawami nie wynikającymi z winy Zamawiającego (w trakcie trwania umowy – w ramach czynszu dzierżawnego) oraz koszty transportu do siedziby Zamawiającego, koszty ubezpieczenia, szkolenia, odpraw celnych, koszty materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych, koszty wykonania sieci teleinformatycznej i elektrycznej, itp.

2) dostawy odczynników, w tym m. in. koszty dostawy.

2. Cenę oferty należy określić z należytą starannością, na podstawie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zadania wynikających z zakresu dostawy, niezbędnych do wykonania zadania i doliczyć do powstałej kwoty inne składniki wpływające na ostateczną cenę.

3. Wykonawca poda cenę czynszu dzierżawnego (netto i brutto) za okres objęty umową, cenę za dostawę odczynników (netto i brutto), która będzie przeliczona wg szacunkowych ilości badań podanych w okresie obowiązywania umowy (ilość szacunkowa za okres 36 miesięcy została określona w załączniku nr 7 do SWZ) razy cena (netto i brutto) za 1 badanie.

4. Walutami w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą są PLN.

5. Ceny określone przez Wykonawcę nie będą zmieniane w toku realizacji zamówienia przez cały okres obowiązywania umowy i nie będą podlegały waloryzacji, z zastrzeżeniem jak w ust. 6.

6. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie z wykonawcą negocjacji w przedmiocie podwyższenia lub obniżenia cen jednostkowych ze względu na zmianę wysokości:

1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 427),

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

7. Negocjacje o których mowa w ust. 6 będą przeprowadzone:

1) w przypadku zmiany o której mowa w ust. 6 pkt 1), 3) i 4), zarówno z inicjatywy Zamawiającego jak i na wniosek Wykonawcy;

2) w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 pkt 2) wyłącznie na pisemny wniosek Wykonawcy.

8. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 pkt 1) podwyższenie lub obniżenie cen jednostkowych następuje jedynie w zakresie wartości należnego podatku od towaru i usług. Negocjacje nie będą obejmować zmiany ceny stanowiącej podstawę ustalenia wymiaru podatku od towaru i usług, czyli tzw. ceny netto.

9. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 6 pkt 2), 3) i 4) Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do wniosku, o którym mowa w ust. 7 następujących dokumentów:

1) analizy wpływu zmian na koszty realizowanego zamówienia wraz z strukturą ponoszonych kosztów wynagrodzeń jednostkowych.

2) struktury zatrudnienia z podaniem stanowisk pracy oraz wysokości zarobków z wyłączeniem danych osobowych pracowników.

10. W przypadku, uwzględnienia wniosku Wykonawcy w zakresie zwiększenia cen jednostkowych wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przeliczone proporcjonalnie do wzrostu tych kosztów.

11. Cenę należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

12. Cena podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ) musi być całkowitą ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

13. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

14. Cena podana na Formularzu Ofertowym (po przeprowadzonych negocjacjach, jeżeli Zamawiający przewidział przeprowadzenie negocjacji), jest ceną ostateczną i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

15. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w trakcie realizacji zamówienia.

16. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 361), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

W ofercie, o której mowa w ust. 1, wykonawca ma obowiązek:

- 1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;
- 2) wskazania nazwy (rodzaju) usługi, których świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
- 3) wskazania wartości usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;
- 4) wskazania stawki podatku od usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

17. Wzór Formularza Ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikować treść formularza.

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres nie dłuższy niż **30 dni**, tj. do dnia **02.07.2024 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

XVIII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę e-zamówienia: <https://ezamowienia.gov.pl/pl/> do dnia **03.06.2024 r. do godziny 12:00.**
2. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **03.06.2024 r. o godzinie 12:30.**
4. Najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
 - 1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
 - 2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

XIX. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty na poszczególne części Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

I.p.	Opis kryterium oceny	Znaczenie (Waga)	Opis metody przyznawania punktów
1	2	3	4
1	Cena (C)	80 %	<p>Proporcje matematyczne wg wzoru:</p> $C = (C_{\min} / C_{\text{bad}}) \times K_p \times W_c$ <p>gdzie:</p> <p>C - ilość punktów przyznana danemu kryterium</p> <p>C_{\min} - najniższa cena spośród cen wszystkich ofert</p> <p>C_{bad} - cena badanej oferty</p> <p>K_p - współczynnik proporcjonalności = 100</p> <p>W_c - waga kryterium cena = 80%</p> <p>Przy ocenie wysokości proponowanej ceny najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą cenę brutto wykonania przedmiotu zamówienia. Oferta o najniższej cenie brutto - 80 punktów, pozostałe oferty - liczba punktów wyliczona według wzoru.</p>

2	Dostawa odczynników (D)	20 %	$D=(D_{min}/D_{bad}) \times K_p \times W_g$ gdzie: D - ilość punktów przyznana danemu kryterium D _{min} – najkrótszy termin dostawy odczynników D _{bad} – oferowany termin dostawy odczynników K _p - współczynnik proporcjonalności = 100 W _g – waga kryterium dostawa = 20% Przy ocenie proponowanego terminu dostawy najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najkrótszy termin dostawy odczynników. Oferta o najkrótszym terminie dostawy odczynników - 20 punktów, pozostałe oferty – liczba punktów wyliczona według wzoru. <i>Uwaga: Zamawiający zastrzega, że proponowany przez Wykonawcę termin dostawy odczynników nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych od otrzymania zamówienia</i>
---	-------------------------	------	--

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą ilość punktów w danej części (zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku), w oparciu o ustalone kryteria wg wzoru:

$$LP = C + D$$

gdzie:

LP – liczba wszystkich punktów uzyskanych przez ofertę badaną

C – liczba punktów uzyskanych w kryterium **cena**;

D – liczba punktów uzyskanych w kryterium **dostawa odczynników**;

2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Jeżeli zamawiający nie będzie prowadził negocjacji, dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert.

XX. PROWADZENIE PROCEDURY WRAZ Z NEGOCJACJAMI

1. W przypadku podjęcia decyzji o prowadzeniu negocjacji, Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcami, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu tj. w pierwszym kroku Zamawiający poinformuje równocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty, o wykonawcach:
 - 1) których oferty nie zostały odrzucone, oraz punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji,
 - 2) których oferty zostały odrzucone,
 - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. Zamawiający w zaproszeniu do negocjacji wskaże miejsce, termin i sposób prowadzenia negocjacji oraz kryteria oceny ofert, w ramach których będą prowadzone negocjacje w celu ulepszenia treści ofert. Ofertę wykonawcy niezaproszonego do negocjacji uznaje się za odrzuconą.

4. Prowadzone negocjacje mają poufny charakter. Żadna ze stron nie może, bez zgody drugiej strony, ujawniać informacji technicznych i handlowych związanych z negocjacjami. Zgoda jest udzielana w odniesieniu do konkretnych informacji i przed ich ujawnieniem.
5. Zamawiający informuje Wykonawców, których oferty nie zostały odrzucone o zakończeniu negocjacji oraz zaprasza ich do składania ofert dodatkowych.
6. Po zakończeniu negocjacji Wykonawcy mogą złożyć ofertę dodatkową w terminie 5 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego zaproszenia do składania ofert.
7. Zaproszenie do złożenia ofert dodatkowych będzie zawierać co najmniej:
 - 1) nazwę oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postępowania;
 - 2) sposób i termin składania ofert dodatkowych oraz język lub języki, w jakich muszą one być sporządzone, oraz termin otwarcia tych ofert.
8. Wykonawca może złożyć ofertę dodatkową, która zawiera nowe propozycje w zakresie treści oferty podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych przez zamawiającego w zaproszeniu do negocjacji.
9. Oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.
10. Oferta przestaje wiązać wykonawcę w zakresie, w jakim złoży on ofertę dodatkową zawierającą korzystniejsze propozycje w ramach każdego z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji.
11. Oferta dodatkowa, która jest mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, podlega odrzuceniu.

XXI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę.
3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
4. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

XXII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający **nie wymaga** wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XXIII. INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na daną część na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym **Załącznik nr 6 do SWZ**.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym **Załącznik nr 6 do SWZ**.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

XXIV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYŚLUGUJĄCYCH WYKONAWCY

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
 - 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
 - 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej.
6. Odwołanie wnosi się:

- 1) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne - w terminie:
 - a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
 - b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).
- 2) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:
 - a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
 - b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, a w przypadku w którym wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne termin ten wynosi 10 dni
8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 579 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1640 z późn. zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

XV. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ

Załącznik nr 1	Interaktywny Formularz Ofertowy + załącznik nr 1 do Formularza Oferty – opis przedmiotu zamówienia + załącznik nr 2 do Formularza Oferty – formularz cenowy
Załącznik nr 2A	Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 2B	Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 3	Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy

Załącznik nr 4	Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Załącznik nr 5	Wykaz dostaw
Załącznik nr 6	Wzór umowy (dla części 1, 2, 3 i 4)
Załącznik nr 7	Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Niniejszą SWZ przedkłada do akceptacji Komisja Przetargowa w następującym składzie:

Funkcja w Komisji Przetargowej:	Imię i Nazwisko:
Przewodnicząca Komisji	Elżbieta Minko
Wiceprzewodnicząca	Grażyna Czaja
Członek	Anna Marszałek
Członek	Jolanta Cichorek-Kałmuczak
Członek	Magdalena Witkowska
Sekretarz Komisji	Agnieszka Mietlińska

Akceptuję:

E. Minko
.....

Zatwierdzam:

[Signature]
PREZESZARZĄDU

.....
(Kierownik Zamawiającego)
Paweł Gambał

ZAŁĄCZNIK NR 1
Do Formularza Oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
--------------------------------	-----------------------------------

Składając ofertę w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami na:

„Dzierżawę aparatów do laboratorium i dostawę odczynników na potrzeby Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A. w Polkowicach”, część/części nr

nr sprawy: DZP-19/2024

Podstawowe dane techniczne:

1) CZĘŚĆ I: Aparat do analizy moczu:

	Wymagania dotyczące sprzętu	Oferowany sprzęt..... NAZWA, PRODUCENT, MODEL ITP.
1.	Rok produkcji nie starszy niż 2022	
	Wymogi graniczne systemu oceny parametrów fizykochemicznych i oceny osadu moczu oraz wyposażenia dodatkowego	
2.	W pełni zautomatyzowany, zintegrowany system do oznaczeń parametrów fizykochemicznych moczu oraz analizy ilościowej elementów upostaciowanych, wraz z sukcesywną dostawą odczynników, materiałów zużywalnych i kontrolnych potrzebnych do wykonania 72 tys. oznaczeń pełnego badania ogólnego moczu (w okresie 36 miesięcy) oraz z oprogramowaniem zarządzającym pracą systemu oraz UPS podtrzymującym pracę analizatora na czas wykonania oznaczenia. Analizator wraz z dodatkowym wyposażeniem fabrycznie nowy - rok produkcji - nie starszy niż 2022	
3.	Pełna modułowość aparatów wchodzących w skład systemu - jeden wspólny podajnik (stosowanie tych samych statywów na próbki moczu).	
4.	Analizator wyposażony w zewnętrzny oraz wbudowany czytnik kodów kreskowych.	
5.	Pojemność podajnika dla każdego modułu/ aparatu - nie mniej niż 8 statywów.	
6.	Oprogramowanie spinające moduły/ aparaty pozwalające na zarządzanie pracą przy wykonywaniu badania ogólnego moczu.	
7.	Możliwość wpisywania własnych reguł zarządzających pracą połączonych modułów/ analizatorów i decydujących o konieczności wykonania dodatkowych oznaczeń.	
8.	Możliwość zarządzania odczynnikami i czynnościami konserwacyjnymi niezbędnymi dla wszystkich modułów/ analizatorów.	
9.	Integracja programów kontroli jakości z wszystkich modułów/ analizatorów.	
10.	Możliwość ostatecznej walidacji wyników badania ogólnego moczu przed wysłaniem do LIS	
11.	Podłączenie zintegrowanego systemu do analizy moczu, złożonego z dwóch modułów/ analizatorów wraz z oprogramowaniem do sieci komputerowej szpitala (dwustronna komunikacja LIS) i skonfigurowanie ich z systemem informatycznym, na koszt Wykonawcy.	
12.	Instrukcja obsługi, ulotki odczynników, karty charakterystyk odczynników oraz materiały edukacyjne niezbędne do interpretacji wyników badań - w wersji papierowej w języku polskim, dostarczone wraz z analizatorem.	

Wymagania graniczne dla modułu do analizy parametrów fizykochemicznych moczu	
13.	W pełni automatyczny analizator do ilościowych badań fizykochemicznych w moczu przy użyciu testów paskowych (mocz aspirowany bezpośrednio z próbówki).
14.	Wymagane parametry pomiarowe: pH, glukoza, białko, krew, leukocyty, urobilinogen, bilirubina, ciała ketonowe, azotyny, barwa i przejrzystość moczu, ciężar właściwy.
15.	Pomiar parametrów fizykochemicznych w oparciu o metodę fotometrii odbiciowej.
16.	Ocena barwy i przejrzystości moczu metodą kolorymetryczną.
17.	Ciężar właściwy mierzony metodą refraktometrii.
18.	Automatyczny podajnik próbek z możliwością dostawienia statywów w trakcie pracy, bez konieczności wstrzymywania pracy analizatora.
19.	Wymagana analiza próbki o objętości nie większej niż 1ml.
20.	Aspiracja próbek z funkcją wykrywania powierzchni płynu.
21.	Różnicowanie krwinek czerwonych i wolnej hemoglobiny.
22.	Analizator posiadający łączną pamięć pozwalającą na przechowywanie minimum 10 000 wyników.
Wymagania graniczne dla modułu do analizy elementów upostaciowanych moczu	
23.	W pełni zautomatyzowany analizator przeznaczony do dokładnego ilościowego zliczania elementów upostaciowanych w moczu.
24.	Metody pomiaru – fluorescencyjna cytometria przepływowa, wykorzystująca jako źródło światła błękitny laser półprzewodnikowy, konduktometria z ogniskowaniem hydrodynamicznym.
25.	Wyniki podawane w ilościach elementów upostaciowanych w mikrolitrze (µl) moczu, prezentowane na skategramach i histogramach.
26.	Wymagane parametry raportowane na wyniku: erytrocyty, leukocyty, nabłonki, wałeczki, kryształki, bakterie, drożdże, pasma śluzu, plemniki, bakterie
27.	Różnicowanie nablonków na płaskie, przejściowe i pochodzenia nerkowego z ich dokładnym ilościowym pomiarem.
28.	Różnicowanie wałeczków na szkliste i patologiczne z ich dokładnym ilościowym pomiarem.
29.	Liniiowość min. dla leukocytów i erytrocytów do 10 000/µl moczu
30.	Ilościowe zliczanie bakterii (oflagowanie rodzaju bakterii Gram + i Gram - na podstawie wyglądu skategramów).
31.	Kontrola jakości w oparciu o materiał kontrolny na co najmniej dwóch różnych poziomach.
32.	Automatyczny podajnik próbek z możliwością dostawienia statywów w trakcie pracy, bez konieczności wstrzymywania pracy analizatora.
33.	Wydajność do 80 oznaczeń na godzinę dla moczu.
34.	Minimalna wymagana objętość moczu - 2 ml (tryb podajnikowy).
35.	Możliwość analizy próbek pediatrycznych z objętości nie większej niż 0,7 ml w trybie manualnym.
36.	Ilościowy pomiar agregatów leukocytarnych/zlepów leukocytarnych w jednostce objętości (na µl)
INNE WYMAGANIA + WARUNKI GWARANCJI	
37.	Dostawa wraz z rozładunkiem, montażem oraz uruchomieniem i przeszkoleniem personelu.
38.	Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i/lub elektronicznej - dostarczona przy dostawie.

39.	Certyfikaty dopuszczające aparat do użytkowania na terenie UE i Polski, tj.: - Certyfikat CE/ Deklaracja Zgodności - Potwierdzenie / Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych	
40.	Paszport techniczny uzupełniony o dane aparatu/sprzętu oraz zawierający wpis o pierwszym uruchomieniu oraz terminie następnego przeglądu technicznego wraz z pieczęcią firmy i czytelnym podpisem serwisanta. Wraz z paszportem Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć kartę gwarancyjną i podpisany protokół zdawczo-odbiorczy (dostarczony przy dostawie sprzętu)	
41.	Oferent dokona instalacji oferowanego sprzętu medycznego i przeprowadzi szkolenie bez dodatkowych opłat w zakresie obsługi tego sprzętu w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Zamawiający ma prawo do wezwania na dodatkowe szkolenie bez dodatkowych opłat w trakcie trwania gwarancji.	
42.	Maksymalny czas reakcji serwisu na zgłoszenie w dni robocze do 24 godzin. (przyjazd na wezwanie zgodnie z ustaleniami lub zdalna diagnostyka i naprawa (możliwość połączenia zdalnego).	
43.	Doświadczenie inżyniera w pracy z takimi modelami analizatorów - min 2 lata.	
DODATKOWE INFORMACJE:		
44.	<u>Wydierżawiający dostarczy aparat do siedziby Dzierżawcy w terminie do 8 tygodni od podpisania umowy.</u>	
45.	<u>Wydierżawiający zapewni meble pod aparat ,na swój koszt</u>	

Wymagane parametry techniczne komputera niezbędnego do współpracy analizatora z posiadany przez laboratorium system Kamssoft,

46.	Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.	
47.	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna.	
48.	Procesor dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych. Procesor osiągający w teście Passmark CPU Mark, w kategorii Average CPU Mark wynik co najmniej 32350 pkt. według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php	
49.	16 GB DDR4 3200MHz. Możliwość rozbudowy do min 64 GB. Jeden slot DIMM wolny.	
48.	Dysk M.2 SSD 256 GB PCIe NVMe	
50.	Obudowa musi umożliwiać montaż dodatkowego dysku 2.5" lub 3.5"	
51.	Zintegrowana karta graficzna	
52.	Karta dźwiękowa min. dwukanałowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition. Port słuchawek i mikrofonu na przednim panelu, dopuszcza się rozwiązanie port combo.	
53.	Typu Small Form Factor z obsługą kart wyłącznie o niskim profilu. Umożliwiająca montaż 1 x dysku 3.5" lub 2 x dysków 2.5" wewnątrz obudowy. Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji poziomej i pionowej. Otwory wentylacyjne usytuowane wyłącznie na przednim oraz tylnym panelu obudowy. Suma wymiarów obudowy nieprzekraczająca 700 mm.	
54.	Zasilacz o mocy min. 180W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego.	

55.	<p>Zasilacz w oferowanym komputerze musi się znajdować na stronie http://www.plugloadsolutions.com/80pluspowersupplies.aspx, do oferty należy dołączyć wydruk potwierdzający spełnienie wymogu 80plus, w przypadku, kiedy u producenta występuje kilka zasilaczy które są montowane na etapie produkcji w fabryce załączyć wydruki dla wszystkich zasilaczy. Wydruki 80plus muszą być potwierdzone przez producenta lub dołączone oświadczenie producenta komputera, iż wskazane zasilacze przez wykonawcę spełniają 80plus.</p>	
56.	<p>Wbudowany wizualny system diagnostyczny oparty o sygnalizację LED np. włącznik POWER, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, sygnalizacja oparta na zmianie statusów diody LED (zmiana barw oraz miganie). System usytuowany na przednim panelu. System diagnostyczny musi sygnalizować: uszkodzenie lub brak pamięci RAM, uszkodzenie płyty głównej, awarię BIOS'u, awarię procesora. Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów na płycie głównej, wymaganych wnek zewnętrznych w specyfikacji i dodatkowych oferowanych przez wykonawcę, oraz nie może być uzyskany przez konwertowanie, przerabianie innych złączy na płycie głównej nie wymienionych w specyfikacji a które nie są dedykowane dla systemu diagnostycznego. Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszczonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS.</p>	
57.	<p>Ukryty w laminacie płyty głównej układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Próba usunięcia dedykowanego układu doprowadzi do uszkodzenia całej płyty głównej. System diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika zaszyty w tej samej pamięci flash co BIOS, dostępny z poziomu szybkiego menu boot lub BIOS, umożliwiający przetestowanie komputera a w szczególności jego składowych. System zapewniający pełną funkcjonalność, a także zachowujący interfejs graficzny nawet w przypadku braku dysku twardego oraz jego uszkodzenia, nie wymagający stosowania zewnętrznych nośników pamięci masowej oraz dostępu do internetu i sieci lokalnej.</p>	
58.	<p>Procedura POST traktowana jest jako oddzielna funkcjonalność.</p>	
59.	<p>BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierający logo producenta komputera lub nazwę producenta komputera lub nazwę modelu oferowanego komputera. Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy oraz samej myszy. BIOS wyposażony w automatyczną detekcję zmiany konfiguracji, automatycznie nanoszący zmiany w konfiguracji w szczególności: procesor, wielkość pamięci, pojemność dysku. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, bez dodatkowego oprogramowania (w tym również systemu diagnostycznego) i podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, nr seryjnym komputera, ilości zainstalowanej pamięci RAM, prędkości zainstalowanych pamięci RAM, technologii wykonania pamięci, sposobie obsadzeniu slotów pamięci z rozbićciem na wielkości pamięci i banki, typie zainstalowanego</p>	

	<p>procesora, ilości rdzeni zainstalowanego procesora, typowej prędkości zainstalowanego procesora, minimalnej i maksymalnej osiągniętej prędkości zainstalowanego procesora, pojemności zainstalowanego lub zainstalowanych dysków twardej,</p> <p>wszystkich urządzeniach podpiętych do dostępnych na płycie głównej portów SATA, MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej, zintegrowanym układzie graficznym, kontrolerze audio.</p>	
	<p>Do odczytu wskazanych informacji nie mogą być stosowane rozwiązania oparte o pamięć masową (wewnętrzna lub zewnętrzna), zaimplementowane poza systemem BIOS narzędzia, np. system diagnostyczny, dodatkowe oprogramowanie.</p>	
	<p>Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznymi urządzeniami, Możliwość ustawienia z poziomu BIOS hasła użytkownika umożliwiającego uruchomienie komputera (zabezpieczenie przed nieautoryzowanym uruchomieniem) przy jednoczesnym zdefiniowanym hasle administratora (hasła oddzielne). Użytkownik po wpisaniu swojego hasła jest w stanie zidentyfikować ustawienia BIOS. Możliwość ustawienia hasel użytkownika i administratora składających się z cyfr małych liter, dużych liter oraz znaków specjalnych. Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera SATA (w tym w szczególności pojedynczo), Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT” (podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB). Możliwość wyłączenia portów USB pojedynczo.</p>	
	<p>Do odczytu wskazanych informacji nie mogą być stosowane rozwiązania oparte o pamięć masową (wewnętrzna lub zewnętrzna), zaimplementowane poza systemem BIOS narzędzia, np. system diagnostyczny, dodatkowe oprogramowanie</p>	
	<p>Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznymi urządzeniami, Możliwość ustawienia z poziomu BIOS hasła użytkownika umożliwiającego uruchomienie komputera (zabezpieczenie przed nieautoryzowanym uruchomieniem) przy jednoczesnym zdefiniowanym hasle administratora (hasła oddzielne). Użytkownik po wpisaniu swojego hasła jest w stanie zidentyfikować ustawienia BIOS. Możliwość ustawienia hasel użytkownika i administratora składających się z cyfr małych liter, dużych liter oraz znaków specjalnych. Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera SATA (w tym w szczególności pojedynczo), Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT” (podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB). Możliwość wyłączenia portów USB pojedynczo.</p>	
	<p>Dedykowane w BIOS pole Asset Tag/numeru inwentarzowego umożliwiające wpisanie oznaczenia sprzętu bezpośrednio z poziomu BIOS bez konieczności wykorzystywania dodatkowego oprogramowania. Pole Asset Tag/numeru inwentarzowego po nadaniu numeru nie może być edytowalne w BIOS i nie może ulegać skasowaniu np. po aktualizacji BIOS</p>	
	<p>Możliwość dokonywania backup'u BIOS wraz z ustawieniami na dysku wewnętrznym.</p>	
	<p>Oferowany BIOS musi posiadać poza swoją wewnętrzną strukturą menu szybkiego boot'owania które umożliwia m.in.: uruchamianie systemu zainstalowanego na dysku twardej, uruchamianie systemu z urządzeń</p>	

	zewnętrznych, uruchamianie systemu z serwera za pośrednictwem zintegrowanej karty sieciowej, uruchomienie graficznego systemu diagnostycznego, wejście do BIOS, upgrade BIOS.	
	Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu).	
	Zainstalowany system operacyjny Windows 11 Professional , musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać reinstalację systemu operacyjnego na podstawie dołączonego nośnika bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego.	
	Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu	
	Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)	
	Producent musi posiadać normę ISO 50001	
	Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych (załączyć do oferty)	
	Wbudowane porty: 1 x DisplayPort 1.4 1 x HDMI 1.4	
	8 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz obudowy, w układzie:	
	Panel przedni: 2 x USB 3.2 Gen 1 Typu A oraz 2 x USB 2.0	
	Panel tylny: 2x USB 3.2 gen 1 Typu A, 2 x USB 2.0	
	1 x port audio typu combo (słuchawka/mikrofon) na przednim panelu panelu	
	1 x RJ – 45	
	Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) wszystkich wyżej wymienionych portów nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek lub przewodów połączeniowych itp. Zainstalowane porty nie mogą blokować instalacji kart rozszerzeń w złączach wymaganych w opisie płyty głównej.	
	Karta sieciowa 10/100/1000 zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika).	
	Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, trwale oznaczona na etapie produkcji logiem producenta oferowanej jednostki, dedykowana dla danego urządzenia, wyposażona w: 1 x PCIe x16 Gen.3, 1 x PCIe x1, 2 x DIMM z obsługą do 64 GB DDR4 RAM, 2 x SATA w tym min. 2 szt SATA 3.0.	
	Jedno złącze M.2 dla dysków oraz jedno złącze M.2 bezprzewodowej karty sieciowej.	
	Niskoprofilowa klawiatura przewodowa	
	Mysz optyczna USB z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll)	
	Opakowanie musi być wykonane z materiałów podlegających powtórnemu przetworzeniu.	
	Dedykowany portal techniczny producenta, umożliwiający Zamawiającemu zgłaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentów. Możliwość sprawdzenia kompletnych danych o urządzeniu na jednej witrynie internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja komputera, konfiguracja	

	fabryczna, konfiguracja bieżąca, Rodzaj gwarancji, data wygaśnięcia gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka, dedykowane oprogramowanie, tworzenie dysku recovery systemu operacyjnego).	
	Firma serwisująca musi posiadać min. ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń – dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty.	
	Minimalny czas trwania wsparcia technicznego producenta wynosi 3 lata, z możliwością odpłatnego przedłużenia tego okresu do 4 lub 5 lat od daty dostawy	
	<p>Sposób realizacji usług wsparcia technicznego: Telefoniczne zgłaszanie usterek w dni robocze w godzinach 8-17.</p> <p>Dedykowany bezpłatny portal online producenta do zgłaszania usterek i zarządzania zgłoszeniami serwisowymi.</p> <p>Opcjonalna pomoc techniczna za pośrednictwem czat online.</p> <p>Wsparcie techniczne dla sprzętu będzie dostarczane zdalnie lub w miejscu instalacji urządzenia, w zależności od rodzaju zgłaszanej awarii.</p> <p>W przypadku awarii zakwalifikowanej jako naprawa w miejscu instalacji urządzenia, część zamienna wymagana do naprawy i/lub technik serwisowy przybędzie na miejsce wskazane przez klienta.</p>	
	Możliwość sprawdzenia aktualnego okresu i poziomu wsparcia technicznego dla urządzeń za pośrednictwem strony internetowej producenta.	
	Możliwość pobrania aktualnych wersji sterowników oraz firmware urządzenia za pośrednictwem strony internetowej producenta również dla urządzeń z nieaktywnym wsparciem technicznym.	
	Zamawiający wymaga dołączenia do oferty oświadczenia, że w przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wsparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego.	
	<p>1.2 Monitor</p> <p>Pochylenie (Tilt): -5° do 21° Obrotowa podstawa (Swivel): -45° do 45° Panel obrotowy (Pivot): -90° do 90° Certyfikaty: ENERGY STAR, TCO Certified Displays, RoHS Compliant, BFR/PVC free, EPEAT Gold Pobór mocy praca: 12 - 48 W Pobór mocy spoczynek: 0.3 W Montaż na ścianie: VESA 100 x 100 mm Wbudowane głośniki: Brak Obsługa Daisy Chain: Brak Kolor dominujący: Szary Wysokość: 36.4 - 49.61 cm Szerokość: 53.78 cm Głębokość: 17.95 cm Waga: 5.57 kg Akcesoria w zestawie: Przewód zasilający, Przewód DisplayPort - DisplayPort Gwarancja: 3 lata gwarancji producenta,</p> <p>1.3 Zestaw klawiatura i mysz</p> <p>Kolor: Czarny Łączność: Bezprzewodowa (Odbiornik bezprzewodowy USB) Interfejs: Wireless 2.4 GHz Klawiatura numeryczna: Tak Podświetlana klawiatura: Nie</p>	

<p>Mysz w zestawie: Tak</p> <ul style="list-style-type: none">• Sensor: Optyczny• Rozdzielczość: 1000 DPI• Liczba przycisków: 3 <p>Obsługiwane systemy: MacOS, Linux, Windows Wysokość: 3.89 cm Szerokość: 44.49 cm Długość: 14.12 cm Waga: 497 g</p> <p>Aksesoria w zestawie: Baterie Gwarancja: 3 lata gwarancji producenta Wszystkie elementy zestawu komputerowego (komputer stacjonarny, monitor, zestaw klawiatury i myszy) powinny pochodzić od tego samego producenta</p>	
---	--

2) CZĘŚĆ II: Aparat do badań koagulologicznych:

L.p.	Wymagania dotyczące sprzętu	Oferowany sprzęt..... NAZWA, PRODUCENT, MODEL ITP.
1.	Rodzaj analizatora: w pełni automatyczny analizator typu random-access do badań koagulologicznych	
2.	Możliwość swobodnego dostawiania próbek w trakcie pracy analizatora. 3 podajniki po 10 próbek	
3.	Obsługa poprzez kolorowy, dotykowy panel sterujący lub zewnętrzną klawiaturę i myszkę	
4.	Ilość ścieżek pomiarowych: 3 – chromometryczna, chromogenna, turbidymetryczna	
5.	Zakres badań: PT + Fibrynogen, APTT, Fibrynogen Clauss, TT, ATIII, D-Dimer, Białko C, czynniki od II do XII, czynnik VIII metodą chromogenną plazminogen, alfa-2-antypłazmina, antykoagulant teczna, białko S i inne	
6.	Możliwość oznaczenia każdej próbki jako pilne – CITO	
7.	Podgląd przebiegu reakcji	
8.	Wydajność: 75 ozn./godz dla PT, 45 ozn./godz dla APTT	
9.	Pomiar stężenia fibrynogenu podczas pomiaru PT	
10.	Pomiar stężenia fibrynogenu metodą Claussa	
11.	Podawanie automatycznie wartości INR wyliczane przez aparat z PT	
12.	Pobieranie materiału z próbki pierwotnej (próbówka wyjęta z wirówki bez przelewania i naczynek pośredniczących) bez potrzeby wstępnego przygotowania	
13.	Automatyczne pobieranie próbek, odczynników i rozcieńczalników potrzebnych do wykonania pomiaru	
14.	Podajniki na próbki przystosowane do różnego rodzaju próbek w tym pediatrycznych	
15.	Oddzielne igły dozujące do osoczy i odczynników	
16.	Automatyczne układy kompensacji zmętnienia pierwotnego (możliwość pomiaru osoczy lipemicznych, zhemolizowanych, żółtaczkowych)	
17.	Automatyczna kompensacja zanieczyszczenia toru pomiarowego i kuwety	
18.	Możliwość samodzielnego programowania pomiarów w tym wybór: oznaczenie pojedyncze lub dublet lub dowolna ilość powtórzeń	
19.	Możliwość automatycznego powtórzenia pomiaru przy wyniku poza zakresem referencyjnym lub będącym w zakresie wartości krytycznych	
20.	Indeksowanie wyników poza zakresem referencyjnym lub w zakresie wartości krytycznych	
21.	Automatyczne rozcieńczanie próbek po przekroczeniu zakresu pomiarowego	
22.	Automatyczna kalibracja z pamięcią krzywych - stabilna dla danej serii odczynników	
23.	Drukowanie graficzne krzywych kalibracyjnych	
24.	Program „Kontrola Jakości” z pamięcią wyników i możliwością wydrukowania (wykres Levey-Jenningsa)	
25.	Wbudowany czytnik kodów kreskowych dla próbek pacjentów	
26.	Możliwość podłączenia zewnętrznego czytnika kodów kreskowych	
27.	Możliwość podłączenia do sieci komputerowej LIS – komunikacja dwukierunkowa z zewnętrznym zlecaniem badań	
28.	Drukowanie lub przesyłanie wyników pomiarów - zbiorczych i zarchiwizowanych z podaną datą i godziną wykonania, zlecającym, wykonującym, peselem, zakresem wartości referencyjnych	
29.	Oprogramowania w j. polskim z możliwością podawania wyniku w dowolnej formie i dowolnych jednostkach	
30.	Aplikacje odczynnikowe na aparat w j. polskim	

31.	Warunki produkcji, przechowywania i transportu: nadzorowane przez posiadany system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 13485:2016
-----	---

Wymagane parametry techniczne komputera niezbędnego do współpracy analizatora z posiadanym przez laboratorium systemem Kamssoft.

32.	Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.	
33.	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna.	
34.	Procesor dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych. Procesor osiągający w teście Passmark CPU Mark, w kategorii Average CPU Mark wynik co najmniej 32350 pkt. według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php	
35.	16 GB DDR4 3200MHz. Możliwość rozbudowy do min 64 GB. Jeden slot DIMM wolny.	
36.	Dysk M.2 SSD 256 GB PCIe NVMe	
37.	Obudowa musi umożliwiać montaż dodatkowego dysku 2.5" lub 3.5"	
38.	Zintegrowana karta graficzna	
39.	Karta dźwiękowa min. dwukanałowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition. Port słuchawek i mikrofonu na przednim panelu, dopuszcza się rozwiązanie port combo.	
40.	Typu Small Form Factor z obsługą kart wyłącznie o niskim profilu. Umożliwiająca montaż 1 x dysku 3.5" lub 2 x dysków 2.5" wewnątrz obudowy. Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji poziomej i pionowej. Otwory wentylacyjne usytuowane wyłącznie na przednim oraz tylnym panelu obudowy. Suma wymiarów obudowy nieprzekraczająca 700 mm.	
41.	Zasilacz o mocy min. 180W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego.	
42.	<u>Zasilacz w oferowanym komputerze musi się znajdować na stronie http://www.plugloadsolutions.com/80pluspowersupplies.aspx, do oferty należy dołączyć wydruk potwierdzający spełnienie wymogu 80plus, w przypadku, kiedy u producenta występuje kilka zasilaczy które są montowane na etapie produkcji w fabryce załączyć wydruki dla wszystkich zasilaczy. Wydruki 80plus muszą być potwierdzone przez producenta lub dołączone oświadczenie producenta komputera, iż wskazane zasilacze przez wykonawcę spełniają 80plus.</u>	
43.	Wbudowany wizualny system diagnostyczny oparty o sygnalizację LED np. włącznik POWER, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, sygnalizacja oparta na zmianie statusów diody LED (zmiana barw oraz miganie). System usytuowany na przednim panelu. System diagnostyczny musi sygnalizować: uszkodzenie lub brak pamięci RAM, uszkodzenie płyty głównej, awarię BIOS'u, awarię procesora. Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów na płycie głównej, wymaganych wnek zewnętrznych w specyfikacji i dodatkowych oferowanych przez wykonawcę, oraz nie może być uzyskany przez konwertowanie, przerabianie innych złączy na płycie głównej nie wymienionych w specyfikacji a które nie są dedykowane dla systemu diagnostycznego. Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszczonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS.	
44.	Ukryty w laminacie płyty głównej układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Próba usunięcia dedykowanego układu doprowadzi do uszkodzenia całej płyty głównej. System diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika zaszyty w tej samej pamięci flash co BIOS, dostępny z poziomu szybkiego menu boot lub BIOS, umożliwiające przetestowanie komputera a w szczególności jego składowych. System zapewniający pełną funkcjonalność, a także zachowujący interfejs graficzny nawet w przypadku braku dysku twardego oraz jego uszkodzenia, nie wymagający stosowania zewnętrznych nośników pamięci masowej oraz dostępu do internetu i sieci lokalnej.	
45.	Procedura POST traktowana jest jako oddzielna funkcjonalność.	
46.	BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierający logo producenta komputera lub nazwę producenta komputera lub nazwę modelu oferowanego komputera. Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy oraz samej myszy. BIOS wyposażony w automatyczną detekcję zmiany konfiguracji, automatycznie nanoszący zmiany w konfiguracji w szczególności: procesor, wielkość pamięci, pojemność dysku. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, bez dodatkowego oprogramowania (w tym również systemu diagnostycznego) i podłączonych	

<p>do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, nr seryjnym komputera, ilości zainstalowanej pamięci RAM, prędkości zainstalowanych pamięci RAM, technologii wykonania pamięci, sposobie obsadzeniu slotów pamięci z rozbiciem na wielkości pamięci i banki, typie zainstalowanego procesora, ilości rdzeni zainstalowanego procesora, typowej prędkości zainstalowanego procesora, minimalnej i maksymalnej osiągniętej prędkości zainstalowanego procesora, pojemności zainstalowanego lub zainstalowanych dysków twardej, wszystkich urządzeniach podpiętych do dostępnych na płycie głównej portów SATA, MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej, zintegrowanym układzie graficznym, kontrolerze audio.</p>	
<p>Do odczytu wskazanych informacji nie mogą być stosowane rozwiązania oparte o pamięć masową (wewnętrzną lub zewnętrzną), zaimplementowane poza systemem BIOS narzędzia, np. system diagnostyczny, dodatkowe oprogramowanie.</p>	
<p>Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń, Możliwość ustawienia z poziomu BIOS hasła użytkownika umożliwiającego uruchomienie komputera (zabezpieczenie przed nieautoryzowanym uruchomieniem) przy jednoczesnym zdefiniowanym hasle administratora (hasła oddzielne). Użytkownik po wpisaniu swojego hasła jest w stanie zidentyfikować ustawienia BIOS. Możliwość ustawienia haseł użytkownika i administratora składających się z cyfr małych liter, dużych liter oraz znaków specjalnych. Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera SATA (w tym w szczególności pojedynczo), Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT” (podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB). Możliwość wyłączenia portów USB pojedynczo.</p>	
<p>Do odczytu wskazanych informacji nie mogą być stosowane rozwiązania oparte o pamięć masową (wewnętrzną lub zewnętrzną), zaimplementowane poza systemem BIOS narzędzia, np. system diagnostyczny, dodatkowe oprogramowanie</p>	
<p>Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń, Możliwość ustawienia z poziomu BIOS hasła użytkownika umożliwiającego uruchomienie komputera (zabezpieczenie przed nieautoryzowanym uruchomieniem) przy jednoczesnym zdefiniowanym hasle administratora (hasła oddzielne). Użytkownik po wpisaniu swojego hasła jest w stanie zidentyfikować ustawienia BIOS. Możliwość ustawienia haseł użytkownika i administratora składających się z cyfr małych liter, dużych liter oraz znaków specjalnych. Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera SATA (w tym w szczególności pojedynczo), Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT” (podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB). Możliwość wyłączenia portów USB pojedynczo.</p>	
<p>Dedykowane w BIOS pole Asset Tag/numeru inwentarzowego umożliwia wpisanie oznaczenia sprzętu bezpośrednio z poziomu BIOS bez konieczności wykorzystywania dodatkowego oprogramowania. Pole Asset Tag/numeru inwentarzowego po nadaniu numeru nie może być edytowalne w BIOS i nie może ulegać skasowaniu np. po aktualizacji BIOS</p>	
<p>Możliwość dokonywania backup'u BIOS wraz z ustawieniami na dysku wewnętrznym.</p>	
<p>Oferowany BIOS musi posiadać poza swoją wewnętrzną strukturą menu szybkiego boot'owania które umożliwia m.in.: uruchamianie systemu zainstalowanego na dysku twardej, uruchamianie systemu z urządzeń zewnętrznych, uruchamianie systemu z serwera za pośrednictwem zintegrowanej karty sieciowej, uruchomienie graficznego systemu diagnostycznego, wejście do BIOS, upgrade BIOS.</p>	
<p>Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego</p>	

	wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu).	
	Zainstalowany system operacyjny Windows 11 Professional , musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać reinstalację systemu operacyjnego na podstawie dołączonego nośnika bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego.	
	Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu)	
	Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)	
	Producent musi posiadać normę ISO 50001	
	Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych (załączyć do oferty)	
	Wbudowane porty: 1 x DisplayPort 1.4 1 x HDMI 1.4	
	8 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz obudowy, w układzie:	
	Panel przedni: 2 x USB 3.2 Gen 1 Typu A oraz 2 x USB 2.0	
	Panel tylny: 2x USB 3.2 gen 1 Typu A, 2 x USB 2.0	
	1 x port audio typu combo (słuchawka/mikrofon) na przednim panelu panelu	
	1 x RJ – 45	
	Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) wszystkich wyżej wymienionych portów nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek lub przewodów połączeniowych itp. Zainstalowane porty nie mogą blokować instalacji kart rozszerzeń w złączach wymaganych w opisie płyty głównej.	
	Karta sieciowa 10/100/1000 zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika).	
	Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, trwale oznaczona na etapie produkcji logiem producenta oferowanej jednostki, dedykowana dla danego urządzenia, wyposażona w: 1 x PCIe x16 Gen.3, 1 x PCIe x1, 2 x DIMM z obsługą do 64 GB DDR4 RAM, 2 x SATA w tym min. 2 szt SATA 3.0.	
	Jedno złącze M.2 dla dysków oraz jedno złącze M.2 bezprzewodowej karty sieciowej.	
	Niskoprofilowa klawiatura przewodowa	
	Mysz optyczna USB z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll)	
	Opakowanie musi być wykonane z materiałów podlegających powtórnemu przetworzeniu.	
	Dedykowany portal techniczny producenta, umożliwiający Zamawiającemu zgłaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentów. Możliwość sprawdzenia kompletnych danych o urządzeniu na jednej witrynie internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja bieżąca, Rodzaj gwarancji, data wygaśnięcia gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka, dedykowane oprogramowanie, tworzenie dysku recovery systemu operacyjnego).	
	Firma serwisująca musi posiadać min. ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń – dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty.	
	Minimalny czas trwania wsparcia technicznego producenta wynosi 3 lata, z możliwością odpłatnego przedłużenia tego okresu do 4 lub 5 lat od daty dostawy	
	Sposób realizacji usług wsparcia technicznego: Telefoniczne zgłaszanie usterek w dni robocze w godzinach 8-17.	
	Dedykowany bezpłatny portal online producenta do zgłaszania usterek i zarządzania	

<p>zgłoszeniami serwisowymi.</p> <p>Opcjonalna pomoc techniczna za pośrednictwem czat online.</p> <p>Wsparcie techniczne dla sprzętu będzie dostarczane zdalnie lub w miejscu instalacji urządzenia, w zależności od rodzaju zgłaszanej awarii.</p> <p>W przypadku awarii zakwalifikowanej jako naprawa w miejscu instalacji urządzenia, część zamienna wymagana do naprawy i/lub technik serwisowy przybędzie na miejsce wskazane przez klienta.</p>	
<p>Możliwość sprawdzenia aktualnego okresu i poziomu wsparcia technicznego dla urządzeń za pośrednictwem strony internetowej producenta.</p>	
<p>Możliwość pobrania aktualnych wersji sterowników oraz firmware urządzenia za pośrednictwem strony internetowej producenta również dla urządzeń z nieaktywnym wsparciem technicznym.</p>	
<p>Zamawiający wymaga dołączenia do oferty oświadczenia, że w przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wsparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego.</p>	
<p>1.2 Monitor</p> <p>Pochylenie (Tilt): -5° do 21° Obrotowa podstawa (Swivel): -45° do 45° Panel obrotowy (Pivot): -90° do 90° Certyfikaty: ENERGY STAR, TCO Certified Displays, RoHS Compliant, BFR/PVC free, EPEAT Gold Pobór mocy praca: 12 - 48 W Pobór mocy spoczynek: 0.3 W Montaż na ścianie: VESA 100 x 100 mm Wbudowane głośniki: Brak Obsługa Daisy Chain: Brak Kolor dominujący: Szary Wysokość: 36.4 - 49.61 cm Szerokość: 53.78 cm Głębokość: 17.95 cm Waga: 5.57 kg Akcesoria w zestawie: Przewód zasilający, Przewód DisplayPort - DisplayPort Gwarancja: 3 lata gwarancji producenta,</p> <p>1.3 Zestaw klawiatura i mysz</p> <p>Kolor: Czarny Łączność: Bezprzewodowa (Odbiornik bezprzewodowy USB) Interfejs: Wireless 2.4 GHz Klawiatura numeryczna: Tak Podświetlana klawiatura: Nie Mysz w zestawie: Tak</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sensor: Optyczny • Rozdzielczość: 1000 DPI • Liczba przycisków: 3 <p>Obsługiwane systemy: MacOS, Linux, Windows Wysokość: 3.89 cm Szerokość: 44.49 cm Długość: 14.12 cm Waga: 497 g Akcesoria w zestawie: Baterie Gwarancja: 3 lata gwarancji producenta Wszystkie elementy zestawu komputerowego (komputer stacjonarny, monitor, zestaw klawiatury i myszy) powinny pochodzić od tego samego producenta</p>	

SWITCH ZARZĄDZALNY:

	CECHY ZARZĄDZANIA	Oferowany sprzęt..... NAZWA, PRODUCENT, MODEL ITP.
47	Typ przełącznika: Zarządzany	
48	Przełącznik wielowarstwowy: L2/L3	
49	Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak	
50	Zarządzany w chmurze: Tak	
51	Zarządzanie przez stronę www: Tak	

52	Inspekcja ARP: Tak	
53	Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI): Tak	
54	Obsługa MIB: Y	
55	PORTY I INTERFEJSY	
56	Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 8	
57	Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)	
58	Liczba portów SFP Combo: 2	
59	Liczba portów USB 2.0: 1	
60	SIEĆ	
61	Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ad	
62	Obsługa 10G: Tak	
63	Dublowanie portów: Tak	
64	Protokół drzewa rozpinającego: Tak	
65	Blokowanie head-of-line (HOL): Tak	
66	Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s	
67	Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak	
68	Automatyczne MDI/MDI-X: Tak	
69	Podpora kontroli przepływu: Tak	
70	Agregator połączenia: Tak	
71	Obsługa sieci VLAN: Tak	
72	Liczba VLANs: 4094	
73	PRZESYŁANIE DANYCH	
74	Wielkość tabeli adresów: 16000 wejścia	
75	Zgodny z Jumbo Frames: Tak	
76	Rozszerzenie Jumbo Frames: 9000	
77	OCHRONA	
78	Funkcje DHCP: DHCP relay, DHCP server, DHCPv6 client	
79	Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak	
80	Zasady Listy Kontroli Dostępu (ACL): 1024	
81	IGMP snooping: Tak	
82	Ochrona hasłem: Tak	
83	obsługuje SSH/SSL: Tak	
84	Filtrowanie adresów MAC: Tak	
85	Szyfrowanie / bezpieczeństwo: HTTPS, SSH, SSL/TLS	
86	FUNKCJE MULTICAST	
87	Obsługa Multicast: Tak	
88	PROTOKOŁY	
89	Protokoły zarządzające: SNMP	
90	KONSTRUKCJA	
91	Przycisk reset: Tak	
92	WYDAJNOŚĆ	
93	Procesor wbudowany: Tak	
94	Taktowanie procesora: 800 MHz	
95	Pojemność pamięci wewnętrznej: 512 MB	
96	Wielkość pamięci flash: 256 MB	
97	Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Tak	

Urządzenie musi być kompatybilne z systemem centralnego zarządzania przełącznikami użytym w PCUZ

3) CZĘŚĆ III: Aparat do morfologii:

L.p.	Parametry techniczne:	Oferowany sprzęt NAZWA, PRODUCENT, MODEL ITP.
1.	Minimum 24 parametry raportowane na wyniku:	
2.	WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, NEUT(%,#), LYMPH(%,#), MONO(%,#), EO(%,#), BASO(%,#), RDW-SD, RDW-CV, MPV, P-LCR, PDW, PCT, IG (niedojrzałe granulocyty) (%,#), MicroR, MacroR	
3.	Wydajność około 60 oznaczeń na godzinę	
4.	Objętość aspirowanej próbki w trybie CBC oraz CBC+DIFF: max. 30µl	
5.	Aparat dostosowany do pracy z próbkami różnych systemów zamkniętych bez potrzeby ich otwierania jak i otwartego systemu pobierania krwi	
6.	Dowolność trybu oznaczania dla każdej próbki (CBC lub CBC+DIFF)	
7.	Flagowanie wyników patologicznych wraz z komunikatami opisującymi typowe patologie oraz informacja o stopniu zaawansowania patologii	
8.	Możliwość automatycznego przeszukiwania bazy danych w celu odnalezienia i porównania wyników wybranego pacjenta	
9.	Wewnętrzny czytnik kodów paskowych dla próbek krwi i krwi kontrolnej	
10.	Kontrola poziomu odczynników z graficzną informacją o poziomie zużycia, opakowania z kodami do automatycznego wczytywania na pokładzie	
11.	Przystosowanie analizatora do pracy w systemie całodobowym	
12.	Krew kontrolna dla parametrów krwi obwodowej na trzech poziomach (H, N, L), zgodnie z datą przydatności na opakowaniu i w ilości gwarantującej codzienne wykonywanie oznaczeń kontrolnych na analizatorze	
13.	Archiwizacja wyników w pamięci analizatora min. 10 000 wyników wraz z prezentacją graficzną i danymi pacjenta	
14.	Aparat wykorzystujący odczynniki nie zawierające cyjanków. Wszystkie odczynniki potrzebne do wykonania morfologii w trybie CBC+ DIFF w 100% bezcyjankowe	
15.	System kontroli jakości z zastosowaniem reguł Westgarda, wykresy Levey-Jennigsa, z graficzną i statystyczną oceną wyników kontroli.	
16.	Analizator wyposażony w automatyczny podajnik wraz z mieszalnikami mieszczący minimum 20 próbek (możliwość włożenia do automatycznego pojemnika nawet pojedynczej próbki z krwią)	
17.	Jeden materiał kontrolny do wszystkich oferowanych parametrów krwi obwodowej.	
18.	wpięcie do systemu LIS	
19.	szkolenie z obsługi i interpretacji wyników dla pracowników	
	PARAMETRY JAKOŚCIOWE	
20.	Liniiowość parametrów:	
21.	RBC od 0 do min 7 mln/µl,	
22.	WBC od 0 do min 400 tys./µl,	10%
23.	PLT od 0 do min 5 mln/µl,	
24.	HGB od 0 do min 25 g/dl	
25.	Możliwość wykorzystania krwi kontrolnej służącej do codziennej kontroli analizatorów jednocześnie jako kontroli międzynarodowej (potwierdzonej certyfikatem), z dostępem do jej wyników typu on-line, gdzie wyniki kontroli dostępne są w Internecie chwilę po ich wykonaniu, z natychmiastową informacją w przypadku błędów	10%
26.	Możliwość oceny frakcji niedojrzałych granulocytów (promielocyty, mielocyty, metamielocyty) jako odrębnej populacji wyrażonej w wartościach bezwzględnych i procentach (IG%, IG#)- parametr raportowany	10%
27.	Automatyczny pomiar oraz różnicowanie WBC dokonywane przy zastosowaniu technologii fluorescencyjnej cytometrii przepływowej z wykorzystaniem światła lasera półprzewodnikowego	10%

28.	Analizator posiadający osobny tryb dla próbek leukopenicznych, z wydłużonym czasem zliczania leukocytów	10%
-----	---	-----

29.	Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.	
30.	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna.	
31.	Procesor dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych. Procesor osiągający w teście Passmark CPU Mark, w kategorii Average CPU Mark wynik co najmniej 32350 pkt. według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php	
32.	16 GB DDR4 3200MHz. Możliwość rozbudowy do min 64 GB. Jeden slot DIMM wolny.	
33.	Dysk M.2 SSD 256 GB PCIe NVMe	
34.	Obudowa musi umożliwiać montaż dodatkowego dysku 2.5" lub 3.5"	
35.	Zintegrowana karta graficzna	
36.	Karta dźwiękowa min. dwukanałowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition. Port słuchawek i mikrofonu na przednim panelu, dopuszcza się rozwiązanie port combo.	
37.	Typu Small Form Factor z obsługą kart wyłącznie o niskim profilu. Umożliwiająca montaż 1 x dysku 3.5" lub 2 x dysków 2.5" wewnątrz obudowy. Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji poziomej i pionowej. Otwory wentylacyjne usytuowane wyłącznie na przednim oraz tylnym panelu obudowy. Suma wymiarów obudowy nieprzekraczająca 700 mm.	
38.	Zasilacz o mocy min. 180W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego.	
39.	<u>Zasilacz w oferowanym komputerze musi się znajdować na stronie http://www.plugloadolutions.com/80pluspowersupplies.aspx, do oferty należy dołączyć wydruk potwierdzający spełnienie wymogu 80plus, w przypadku, kiedy u producenta występuje kilka zasilaczy które są montowane na etapie produkcji w fabryce załączyć wydruki dla wszystkich zasilaczy. Wydruki 80plus muszą być potwierdzone przez producenta lub dołączone oświadczenie producenta komputera, iż wskazane zasilacze przez wykonawcę spełniają 80plus.</u>	
40.	Wbudowany wizualny system diagnostyczny oparty o sygnalizację LED np. włącznik POWER, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, sygnalizacja oparta na zmianie statusów diody LED (zmiana barw oraz miganie). System usytuowany na przednim panelu. System diagnostyczny musi sygnalizować: uszkodzenie lub brak pamięci RAM, uszkodzenie płyty głównej, awarię BIOS'u, awarię procesora. Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów na płycie głównej, wymaganych wnek zewnętrznych w specyfikacji i dodatkowych oferowanych przez wykonawcę, oraz nie może być uzyskany przez konwertowanie, przerabianie innych złączy na płycie głównej nie wymienionych w specyfikacji a które nie są dedykowane dla systemu diagnostycznego. Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszczonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS.	
41.	Ukryty w laminacie płyty głównej układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Próba usunięcia dedykowanego układu doprowadzi do uszkodzenia całej płyty głównej. System diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika zaszyty w tej samej pamięci flash co BIOS, dostępny z poziomu szybkiego menu boot lub BIOS, umożliwiający przetestowanie komputera a w szczególności jego składowych. System zapewniający pełną funkcjonalność, a także zachowujący interfejs graficzny nawet w przypadku braku dysku twardego oraz jego uszkodzenia, nie wymagający stosowania zewnętrznych nośników pamięci masowej oraz dostępu do internetu i sieci lokalnej.	
42.	Procedura POST traktowana jest jako oddzielna funkcjonalność.	

43.	<p>BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierający logo producenta komputera lub nazwę producenta komputera lub nazwę modelu oferowanego komputera. Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy oraz samej myszy. BIOS wyposażony w automatyczną detekcję zmiany konfiguracji, automatycznie nanoszący zmiany w konfiguracji w szczególności: procesor, wielkość pamięci, pojemność dysku. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, bez dodatkowego oprogramowania (w tym również systemu diagnostycznego) i podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, nr seryjnym komputera, ilości zainstalowanej pamięci RAM, prędkości zainstalowanych pamięci RAM, technologii wykonania pamięci, sposobie obsadzeniu slotów pamięci z rozbięciem na wielkości pamięci i banki, typie zainstalowanego procesora, ilości rdzeni zainstalowanego procesora, typowej prędkości zainstalowanego procesora, minimalnej i maksymalnej osiąganey prędkości zainstalowanego procesora, pojemności zainstalowanego lub zainstalowanych dysków twardech, wszystkich urządzeniach podpiętych do dostępnych na płycie głównej portów SATA, MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej, zintegrowanym układzie graficznym, kontrolerze audio.</p>	
	<p>Do odczytu wskazanych informacji nie mogą być stosowane rozwiązania oparte o pamięć masową (wewnętrzna lub zewnętrzna), zaimplementowane poza systemem BIOS narzędzia, np. system diagnostyczny, dodatkowe oprogramowanie.</p>	
	<p>Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń, Możliwość ustawienia z poziomu BIOS hasła użytkownika umożliwiającego uruchomienie komputera (zabezpieczenie przed nieautoryzowanym uruchomieniem) przy jednoczesnym zdefiniowanym hasle administratora (hasła oddzielne). Użytkownik po wpisaniu swojego hasła jest w stanie zidentyfikować ustawienia BIOS. Możliwość ustawienia haseł użytkownika i administratora składających się z cyfr małych liter, dużych liter oraz znaków specjalnych. Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera SATA (w tym w szczególności pojedynczo), Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT” (podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB). Możliwość wyłączenia portów USB pojedynczo.</p>	
	<p>Do odczytu wskazanych informacji nie mogą być stosowane rozwiązania oparte o pamięć masową (wewnętrzna lub zewnętrzna), zaimplementowane poza systemem BIOS narzędzia, np. system diagnostyczny, dodatkowe oprogramowanie</p>	
	<p>Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń, Możliwość ustawienia z poziomu BIOS hasła użytkownika umożliwiającego uruchomienie komputera (zabezpieczenie przed nieautoryzowanym uruchomieniem) przy jednoczesnym zdefiniowanym hasle administratora (hasła oddzielne). Użytkownik po wpisaniu swojego hasła jest w stanie zidentyfikować ustawienia BIOS. Możliwość ustawienia haseł użytkownika i administratora składających się z cyfr małych liter, dużych liter oraz znaków specjalnych. Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera SATA (w tym w szczególności pojedynczo), Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT” (podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB). Możliwość wyłączenia portów USB pojedynczo.</p>	
	<p>Dedykowane w BIOS pole Asset Tag/numeru inwentarzowego umożliwiająca wpisanie oznaczenia sprzętu bezpośrednio z poziomu BIOS bez konieczności wykorzystywania dodatkowego oprogramowania. Pole Asset Tag/numeru inwentarzowego po nadaniu numeru nie może być edytowalne w BIOS i nie może</p>	

	ulegać skasowaniu np. po aktualizacji BIOS	
	Możliwość dokonywania backup'u BIOS wraz z ustawieniami na dysku wewnętrznym.	
	Oferowany BIOS musi posiadać poza swoją wewnętrzną strukturą menu szybkiego boot'owania które umożliwia m.in.: uruchamianie systemu zainstalowanego na dysku twardym, uruchamianie systemu z urządzeń zewnętrznych, uruchamianie systemu z serwera za pośrednictwem zintegrowanej karty sieciowej, uruchomienie graficznego systemu diagnostycznego, wejście do BIOS, upgrade BIOS.	
	Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu).	
	Zainstalowany system operacyjny Windows 11 Professional , musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać reinstalację systemu operacyjnego na podstawie dołączonego nośnika bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego.	
	Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu	
	Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)	
	Producent musi posiadać normę ISO 50001	
	Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych (załączyć do oferty)	
	Wbudowane porty: 1 x DisplayPort 1.4 1 x HDMI 1.4	
	8 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz obudowy, w układzie:	
	Panel przedni: 2 x USB 3.2 Gen 1 Typu A oraz 2 x USB 2.0	
	Panel tylny: 2x USB 3.2 gen 1 Typu A, 2 x USB 2.0	
	1 x port audio typu combo (słuchawka/mikrofon) na przednim panelu panelu	
	1 x RJ – 45	
	Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) wszystkich wyżej wymienionych portów nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek lub przewodów połączeniowych itp. Zainstalowane porty nie mogą blokować instalacji kart rozszerzeń w złączach wymaganych w opisie płyty głównej.	
	Karta sieciowa 10/100/1000 zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika).	
	Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, trwale oznaczona na etapie produkcji logiem producenta oferowanej jednostki, dedykowana dla danego urządzenia, wyposażona w: 1 x PCIe x16 Gen.3, 1 x PCIe x1, 2 x DIMM z obsługą do 64 GB DDR4 RAM, 2 x SATA w tym min. 2 szt SATA 3.0.	
	Jedno złącze M.2 dla dysków oraz jedno złącze M.2 bezprzewodowej karty sieciowej.	
	Niskoprofilowa klawiatura przewodowa	
	Mysz optyczna USB z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll)	
	Opakowanie musi być wykonane z materiałów podlegających powtórnemu przetworzeniu.	
	Dedykowany portal techniczny producenta, umożliwiający Zamawiającemu zgłaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentów. Możliwość sprawdzenia kompletnych danych o urządzeniu na jednej witrynie internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja bieżąca, Rodzaj gwarancji, data wygaśnięcia gwarancji, data produkcji komputera,	

	aktualizacje, diagnostyka, dedykowane oprogramowanie, tworzenie dysku recovery systemu operacyjnego).	
	Firma serwisująca musi posiadać min. ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń – dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty.	
	Minimalny czas trwania wsparcia technicznego producenta wynosi 3 lata, z możliwością odpłatnego przedłużenia tego okresu do 4 lub 5 lat od daty dostawy	
	Sposób realizacji usług wsparcia technicznego: Telefoniczne zgłaszanie usterek w dni robocze w godzinach 8-17. Dedykowany bezpłatny portal online producenta do zgłaszania usterek i zarządzania zgłoszeniami serwisowymi. Opcjonalna pomoc techniczna za pośrednictwem czat online. Wsparcie techniczne dla sprzętu będzie dostarczane zdalnie lub w miejscu instalacji urządzenia, w zależności od rodzaju zgłaszanej awarii. W przypadku awarii zakwalifikowanej jako naprawa w miejscu instalacji urządzenia, część zamienna wymagana do naprawy i/lub technik serwisowy przybędzie na miejsce wskazane przez klienta.	
	Możliwość sprawdzenia aktualnego okresu i poziomu wsparcia technicznego dla urządzeń za pośrednictwem strony internetowej producenta.	
	Możliwość pobrania aktualnych wersji sterowników oraz firmware urządzenia za pośrednictwem strony internetowej producenta również dla urządzeń z nieaktywnym wsparciem technicznym.	
	Zamawiający wymaga dołączenia do oferty oświadczenia, że w przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wsparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego.	
	<p><u>1.2 Monitor</u></p> <p>Pochylenie (Tilt): -5° do 21° Obrotowa podstawa (Swivel): -45° do 45° Panel obrotowy (Pivot): -90° do 90° Certyfikaty: ENERGY STAR, TCO Certified Displays, RoHS Compliant, BFR/PVC free, EPEAT Gold Pobór mocy praca: 12 - 48 W Pobór mocy spoczynek: 0.3 W Montaż na ścianie: VESA 100 x 100 mm Wbudowane głośniki: Brak Obsługa Daisy Chain: Brak Kolor dominujący: Szary Wysokość: 36.4 - 49.61 cm Szerokość: 53.78 cm Głębokość: 17.95 cm Waga: 5.57 kg Akcesoria w zestawie: Przewód zasilający, Przewód DisplayPort - DisplayPort Gwarancja: 3 lata gwarancji producenta,</p> <p><u>1.3 Zestaw klawiatura i mysz</u></p> <p>Kolor: Czarny Łączność: Bezprzewodowa (Odbiornik bezprzewodowy USB) Interfejs: Wireless 2.4 GHz Klawiatura numeryczna: Tak Podświetlana klawiatura: Nie Mysz w zestawie: Tak</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sensor: Optyczny • Rozdzielczość: 1000 DPI • Liczba przycisków: 3 <p>Obsługiwane systemy: MacOS, Linux, Windows Wysokość: 3.89 cm Szerokość: 44.49 cm</p>	

Długość: 14.12 cm Waga: 497 g Akcesoria w zestawie: Baterie Gwarancja: 3 lata gwarancji producenta Wszystkie elementy zestawu komputerowego (komputer stacjonarny, monitor, zestaw klawiatury i myszy) powinny pochodzić od tego samego producenta	
--	--

ZAŁĄCZNIK NR 2
Do Formularza Oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)	Formularz cenowy
--------------------------------	-------------------------

Składając ofertę w trybie podstawowym na:

„Dzierżawę aparatów do laboratorium i dostawę odczynników na potrzeby Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A. w Polkowicach”, część/części nr

nr sprawy: DZP-19/2024

1) CZĘŚĆ I: Aparat do analizy moczu:

a) Czynnysz dzierżawny:

Lp.	Nazwa	Cena netto za 1 m-c dzierżawy	Cena brutto za 1 m-c dzierżawy	Ilość m-cy	Wartość netto	Wartość brutto
1.	Czynsz dzierżawny (NAZWA APARATU, MODEL, TYP, ITP.)					
RAZEM:						

b) dostawa testów:

Lp.	Nazwa badania	Szacunkowa ilość	Cena netto jednego oznaczenia	Cena brutto jednego oznaczenia	Cena brutto jednego oznaczenia po uwzględnieniu kosztów materiałów zużywalnych kalibratorów i kontrolek	Wartość netto	Wartość brutto
1.	Testy fizyko-chemiczne (9 parametrów)	36.000					
2.	Testy fizyko-chemiczne (11 parametrów)	36.000					
3.	Cytometryczna analiza elementów upostaciowanych moczu	72.000					

RAZEM;

2) CZĘŚĆ II: Aparat do badań koagulologicznych:**a) Czynsz dzierżawny:**

Lp.	Nazwa	Cena netto za 1 m-c dzierżawy	Cena brutto za 1 m-c dzierżawy	Ilość m-cy	Wartość netto	Wartość brutto
1.	Czynsz dzierżawny (NAZWA APARATU, MODEL, TYP, ITP.)					
RAZEM:						

b) dostawa oznaczeń:

Lp.	Oznaczenie	Ilość oznaczeń (wraz z kontrolami) na okres 36 miesiący	Jednostka miary	Wielkość opakowa nia jednostko wego	Ilość opakow ań na okres 36 miesiący	Cena netto jednego opakowa nia	Cena brutto jednego opakowa nia	Wartość netto	Wartość brutto
1.	PT + fibrynogen	8 295	ozn.	5 x 8 ml	22				
2.	APTT	4 695	ozn.	5 x 9 ml	8				
3.	D-Dimer	2 535	ozn.	Zestaw	26				
RAZEM:									

b) Materiały kontrolne (codziennie 1 poziom naprzemiennie):

Lp.	Oznaczenie	Jednostka miary	Wielkość opakowania jednostkowego	Ilość opakowań na okres 36 miesiący	Cena netto jednego opakowania	Cena brutto jednego opakowania	Wartość netto	Wartość brutto
1.	Kontrola poziom normalny	op.	10 x 1 ml	10				
2.	Kontrola poziom patologiczny niski	op.	10 x 1 ml	10				
3.	Kontrola poziom patologiczny wysoki	op.	10 x 1 ml	10				
4.	D-Dimer kontrola normalna	op.	5 x 1	12				

5.	D-Dimer kontrola patologiczna	op.	5 x 1	12				
RAZEM:								

c) Materiały zużywalne i płyny w ilości niezbędnej do wykonania w/w ilości badań

Lp.	Oznaczenie	Ilość oznaczeń (wraz z kontrolami) na okres 36 miesięcy	Jednostka miary	Wielkość opakowania jednostkowego	Ilość opakowań na okres 36 miesięcy	Cena netto jednego opakowania	Cena brutto jednego opakowania	Wartość netto	Wartość brutto
1.	Klibrator wieloparametrowy	X	op.	10 x 1 ml	1				
2.	D-Dimer kalibrator	X	op.	5 x 1 ml	1				
3.	Płyn płuczający	15 525	Butelka	2 000 ml	23				
4.	Płyn czyszczący P	15 525	Butelka	100 ml	23				
5.	Rozcieńczalnik	15 525	Butelka	50 ml	6				

6.	Kuwety Chrom	15 525	szt.	500 szt	32				
7.	Probówki typu Eppendorf	X	szt.	1 000 szt	3				
RAZEM:									

3) CZĘŚĆ III: Aparat do morfologii:

a) Czynsz dzierżawny:

L.p.	Nazwa	Cena netto za 1 m-c dzierżawy	Cena brutto za 1 m-c dzierżawy	Ilość m-cy	Wartość netto	Wartość brutto
1.	Czynsz dzierżawny (NAZWA APARATU, MODEL, TYP, ITP.)					
RAZEM:						

b) dostawa oznaczeń

Lp.	Oznaczenie	Jednostka miary	Wielkość opakowania jednostkowego	Ilość opakowań na okres 36 miesięcy	Cena netto jednego oznaczenia	Cena brutto jednego oznaczenia	Cena brutto jednego oznaczenia po uwzględnieniu kosztów materiałów zużywalnych kalibratorów i kontrolek	Wartość netto	Wartość brutto

1.	rozcieńczalnik do analizy krwi pełnej używany w analizatorach hematologicznych	Op.	20 l	180					
2.	bezcjankowy odczynnik do pomiaru hemoglobiny oraz jej pochodnych: dezyksohemoglobiny, oksyhemoglobiny, karboksychemoglobiny, Methemoglobiny	op.	3x500 ml	30					
3.	odczynnik lizujący krwinki czerwone do stosowania z odczynnikiem barwiącym	Op.	2 000 ml	90					
4.	odczynnik do barwienia leukocytów w rozcieńczonych i lizowanych próbkach krwi przy 4-częściowym zróżnicowaniu krwinek białych	Op.	2x22 ml	45 op.					
5.	rew kontrolna 1x3 x3ml (L,N,H)	Op.	1x3x3ml	20					
6.	detergent zapobiegający gromadzeniu się białek w układzie hydraulicznym, torze pomiarowym i torze aspiracji próbki	Op.	50 ml	20					
RAZEM:									

..... dnia

.....

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Wykonawca:

.....
.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....
.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia
na „Dzierżawę aparatów do laboratorium i dostawę odczynników na potrzeby Polkowickiego
Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A. w Polkowicach”, część/części nr
nr sprawy: DZP-19/2024

Oświadczam, co następuje:

1. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ustępie VIII SWZ.

..... (miejsowość), dnia r.
(podpis)

2. INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w SWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

.....
.....

....., w następującym zakresie:

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

..... (miejsowość), dnia r.
(podpis)

3. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejsowość), dnia r.
(podpis)

Wykonawca:

.....

.....
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

**Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia

na „Dzierżawę aparatów do laboratorium i dostawę odczynników na potrzeby Polkowickiego
Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A. w Polkowicach”, część/części nr

nr sprawy: DZP-19/2024

Oświadczam, co następuje:

1) INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie:

1) art. 108 ust. 1 Pzp;

2) art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 Pzp,

3) art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 507).

..... (miejscowość), dnia r.
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp) i/ oraz art. ust. pkt ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego od dnia (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 7 ust. 1 ww. ustawy) . Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp spełniam łącznie następujące przesłanki.....

..... (miejscowość), dnia r.
(podpis)

2) INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... (miejsowość), dnia r.
(podpis)

UWAGA! Proszę wypełnić jeżeli dotyczy!

3) OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejsowość), dnia r.
(podpis)

Załącznik nr 3 do SWZ

.....
pieczęćka firmowa podmiotu oddającego
do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby

**ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU/ÓW ODDAJĄCYCH DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY
NIEZBĘDNE ZASOBY**

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

.....
nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby (tj. innego podmiotu) nr KRS/ CEiDG NIP/PESEL

zobowiązuję się do oddania do dyspozycji na rzecz:

.....
nazwa i adres Wykonawcy składającego Ofertę

niezbędnych zasobów:

zdolności techniczne lub zawodowe

przy wykonaniu zamówienia: „Dzierżawa aparatów do laboratorium i dostawa odczynników na potrzeby Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A. w Polkowicach”, część/części

nr

nr sprawy: DZP-19/2024

Oświadczam, że:

a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:

.....
b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący, przy wykonywaniu zamówienia publicznego:

.....
c) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący:

.....
d) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

.....
e) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

.....
f) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje prace, których wskazane zdolności dotyczą:

właściwe zaznaczyć

..... dnia

.....
podpisy osób uprawnionych
do reprezentacji podmiotu oddającego do dyspozycji
Wykonawcy niezbędne zasoby

Załącznik nr 4 do SWZ

<i>(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)</i>	INFORMACJA WYKONAWCY
---------------------------------------	-----------------------------

Nazwa Wykonawcy.....

NIP REGON

Adres

Powiat..... Województwo

Niniejszym, składając ofertę na realizację zamówienia pn.:

„Dzierżawa aparatów do laboratorium i dostawa odczynników na potrzeby Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A. w Polkowicach”, część/części nr
nr sprawy: DZP-19/2024

po zapoznaniu się z treścią art. 4 pkt 1, pkt 4 i pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów oraz z treścią art. 24 ust. 1 pkt 23 oraz art. art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, oświadczamy, że:

1. **przynależymy*** do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 594) z:

1)

2)

2. **nie przynależymy*** do tej samej* / do żadnej* grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 594).

....., dn.

.....
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

* *niepotrzebne skreślić*

UWAGA! W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu

Załącznik nr 5 do SWZ

<p>(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)</p>	<p>WYKAZ DOSTAW</p>
---------------------------------------	----------------------------

Ja (My), niżej podpisany (ni)

działając w imieniu i na rzecz :

(pełna nazwa wykonawcy)

.....

(adres siedziby wykonawcy)

składając ofertę w trybie podstawowym na:

„Dzierżawę aparatów do laboratorium i dostawę odczynników na potrzeby Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A. w Polkowicach”, część/części nr

nr sprawy: DZP-19/2024

oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma zrealizowała (rozpoczęła i zakończyła) w ciągu ostatnich 3 lat następujące usługi rodzajowo porównywalne z zakresem niniejszego przetargu:

1) CZĘŚĆ I: Aparat do analizy moczu:

Lp.	Opis przedmiotu dostaw	Termin wykonania dostaw	Wartość brutto dostaw	Zamawiający, na rzecz którego wykonano daną dostawę - nazwa, adres

2) CZĘŚĆ II: Aparat do badań koagulologicznych:

Lp.	Opis przedmiotu dostaw	Termin wykonania dostaw	Wartość brutto dostaw	Zamawiający, na rzecz którego wykonano daną dostawę - nazwa, adres

3) CZĘŚĆ III: Aparat do morfologii:

Lp.	Opis przedmiotu dostaw	Termin wykonania dostaw	Wartość brutto usług	Zamawiający, na rzecz którego wykonano daną dostawę - nazwa, adres

--	--	--	--	--

Załączamy dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wyszczególnionych w tabeli zamówień.

....., dn.

.....
(podpis Wykonawcy/Wykonawców

UMOWA DZIERŻAWY
- projekt umowy dla części I, II, III

zawarta w dniu w Polkowicach pomiędzy:

Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A. z siedzibą w Polkowicach **ul. K.B. Kominka 7, 59-100 Polkowice**, NIP: 6922246830, REGON: 390760852, wpisanym do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000081911, wysokość kapitału zakładowego 16.785.100,00 zł w całości wpłacony, zwanym dalej „*Dzierżawcą*”, reprezentowanym przez:

.....

przy kontrasygnacie

a

.....

zwanym dalej „*Wydzierżawiającym*”,

w rezultacie dokonania przez *Zamawiającego* wyboru oferty *Wykonawcy*, w trybie podstawowym na podstawie art. 275 i następne ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), została zawarta umowa o następującej treści :

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest **dzierżawa** (*producent, model*) i **dostawa odczynników na potrzeby Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A. w Polkowicach**, zgodnych z warunkami zawartymi w SWZ z dnia oraz w ofercie ***Wydzierżawiającego***, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jak w ust. 1 obejmuje **dzierżawę** i **dostawę odczynników** o minimalnych wymaganiach:

.....

3. Ilości wskazane w punkcie IV tabeli, o której mowa w ust. 2 są prognozowanym zapotrzebowaniem ***Dzierżawcy*** w okresie realizacji, tj. **od dnia podpisania umowy na okres 36 miesięcy**.

4. Rozliczenia pomiędzy ***Wydzierżawiającym*** a ***Dzierżawcą*** dokonywane będą na podstawie faktycznie zakupionych przez ***Dzierżawcę*** badań.

5. Serwis:

a) w przypadku awarii analizatora zastępczy w ciągu maks. pięciu dni roboczych, lub pokrycie kosztów wykonania analizy w innym laboratorium;

b) autoryzowany Serwis zlokalizowany na terenie Polski;

c) możliwość zdalnej diagnostyki serwisowej za pośrednictwem łącza internetowego;

- d) instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i/lub elektronicznej - dostarczona przy dostawie;
 - e) raporty serwisowe i karty pracy w języku polskim;
 - f) dostępność części zamiennych i serwisu min. 10 lat od dnia instalacji;
 - g) bezpłatny serwis na czas trwania umowy, obejmujący również terminowe przeglądy techniczne, wszelkie naprawy na koszt **Wydierżawiającego**;
 - h) podłączenie aparatu do systemu informatycznego na koszt firmy **Wydierżawiającego**;
6. Termin ważności stosowanych odczynników min. miesięcy, a materiałów kontrolnych.....miesiący.
7. Realizacja częściowych zamówień w miarę potrzeb **Dzierżawcy**.
8. W trakcie trwania umowy **Wydierżawiający** zobowiązuje się do utrzymania aparatu wraz z wszelkim oprzyrządowaniem w stanie gotowym do pracy i ponosi wszelkie koszty związane z przeglądami technicznymi, bieżącą konserwacją oraz naprawami nie wynikającymi z winy **Dzierżawcy** (w trakcie trwania umowy – w ramach czynszu dzierżawnego).
9. Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako kontakt telefoniczny lub rozpoczęcie interwencji zdalnej) h od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy – awaria zgłoszona po godzinie 17.00 będzie podjęta następnego dnia roboczego.
10. Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu) h - działanie podjęte w momencie, kiedy czynność serwisowana zdalna nie przynosi efektu, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
11. Czas skutecznej naprawy nie więcej niż 3 dni roboczy od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczony od momentu przyjazdu serwisu, chyba że naprawa wymaga zamówienia części zamiennych od producenta, wówczas maksymalny czas skutecznej naprawy wyniesie nie więcej niż **5 dni roboczych** od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
12. Aparat i elementy wyposażenia – wyroby medyczne oznaczone znakiem CE i dopuszczone do obrotu i użytkowania.
13. Oferowane oprogramowania, systemy operacyjne, aplikacyjne będą dostarczone w najnowszej wersji obowiązujące w r., a następnie w wersjach aktualizujących - w okresie udzielonej gwarancji.
14. Przeprowadzenie szkolenia personelu w zakresie obsługi zaoferowanego sprzętu w zakresie dostosowanym do potrzeb **Wydierżawiającego** wg harmonogramu ustalonego najdalej 2 tygodnie po dniu podpisania umowy dostawy.
15. Dostarczenie bezterminowych licencji na oprogramowanie.
16. Gwarancja na cały oferowany system i sprzęt do **miesiący**. W tym okresie przeglądy wymagane przez producenta dla zachowania gwarancji na koszt **Dzierżawcy** wraz z dojazdem (min. 1 przegląd rocznie) wraz z wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych, ups itd. W przypadku usterki nośnika danych (dysku twardego) w trakcie trwania gwarancji uniemożliwiającej bezpowrotne usunięcie danych bez trwałego zniszczenia nośnika (dysku twardego), przed oddaniem

go do serwisu, **Wydierżawiający** zatrzymuje uszkodzony nośnik oraz otrzymuje nowy o parametrach zgodnych z uszkodzonym – wymóg podyktowany koniecznością wyeliminowania możliwości wycieku danych wrażliwych, które mogą być na ww. nośniku przechowywane.

17. W trakcie trwania zamówienia **Dzierżawca** przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp w wysokości do 20% zamówienia podstawowego określonego w umowie z **Wydierżawiającym**.

18. Sprzęt podlegający dzierżawie jak w ust. 1 winien spełniać normy w zakresie bezpieczeństwa użytkowania i być dopuszczony do obrotu i stosowania w zakładach opieki zdrowotnej.

§ 2

Wydierżawiający dostarczy przedmiot zamówienia jak w § 1 na adres: Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych - ZOZ S.A., ul. K.B. Kominka 7, 59-101 Polkowice.

§ 3

1. Umowa zostanie zawarta na okres **od dnia podpisania umowy na okres 36 miesięcy**.

2. **Wydierżawiający** dostarczy aparat do siedziby **Dzierżawcy** w terminie do tygodni od podpisania umowy.

3. **Dzierżawca** będzie realizował zamówienie odczynników w partiach, wg złożonego zamówienia (dopuszcza się składanie zamówień w formie pisemnej, faxem, e-mailem). Zamówienie należy realizować w ciągu ...dni roboczych od daty otrzymania zamówienia.

4. **Wydierżawiający** zobowiązuje się dostarczać odczynniki w ramach zamówienia bezpośrednio do siedziby **Dzierżawcy**, tj. Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A., przy ul. K. B. Kominka 7 w Polkowicach, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7⁰⁰ do 14³⁰.

5. O każdej realizacji zamówienia **Wydierżawiający** ma obowiązek powiadomić **Dzierżawcę** z 1 dniowym wyprzedzeniem przed planowanym terminem dostawy.

6. **Wydierżawiający** ponosi pełną odpowiedzialność za ilość i jakość dostarczanych odczynników. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych **Wydierżawiający** ponosi odpowiedzialność za wyroby na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.

7. Odczynniki w ramach zamówienia należy dostarczyć do siedziby **Dzierżawcy** na własny koszt.

§ 4

1. Za dzierżawę przedmiotu zamówienia jak w § 1 ust. 2 **Dzierżawca** zapłaci **Wydierżawiającemu** czynsz dzierżawny w wysokości zł. netto + % podatku VAT, tj. zł. brutto za okres objęty umową jak w § 3 ust. 1 umowy.

2. Czynsz dzierżawny jak w ust. 1 płatny będzie przez **Dzierżawcę** przelewem w okresach miesięcznych w wysokości 1/36 kwoty czynszu, o której mowa w ust. 1, tj. kwocie zł. brutto, za okres, w którym czynsz przysługuje, na konto **Wydierżawiającego** w Banku nr konta, zgodnie z ofertą **Wydierżawiającego**, stanowiącą załącznik nr 1 do umowy.

3. Cena czynszu dzierżawnego jak w ust. 2, obejmuje m. in.: dzierżawę aparatu, koszty związane z przeglądami technicznymi, bieżącą konserwacją oraz naprawami nie wynikającymi z winy **Dzierżawcy**

(w trakcie trwania umowy – w ramach czynszu dzierżawnego) oraz koszty transportu do siedziby **Dzierżawcy**, koszty ubezpieczenia, szkolenia, odpraw celnych, koszty materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych, itp.

4. Zapłata należności jak w ust. 2 nastąpi przelewem na konto **Wydzierżawiającego** jak w ust. 2, w terminie do 14 dni od daty doręczenia faktury do **Dzierżawcy**.

5. **Wydzierżawiający** zobowiązany jest do dostarczania odczynników, dla zapewnienia prawidłowego i zgodnego funkcjonowania sprzętu objętego niniejszą umową w ilości zgodnej z § 3 ust. 3 umowy za cenę zgodną ze złożoną ofertą **Wydzierżawiającego** z dnia i przyjętą przez **Dzierżawcę** w kwocie za 1 badanie zgodnie wykazem jak w załączniku nr 1 do umowy.

6. Jeżeli **Wydzierżawiający** nie uwzględni w złożonej ofercie zużycia jakiegoś artykułu lub materiału zużywalnego, który jest niezbędny do pracy aparatu i wykonania planowego asortymentu oraz ilości badań, to każdorazowo jeden z w/w produktów zostanie dostarczony bezpłatnie przez **Wydzierżawiającego**.

7. **Dzierżawca** dokona zapłaty z tytułu dostarczonych odczynników w terminie do 30 dni od daty ich odbioru na konto wskazane przez **Wydzierżawiającego**, na podstawie faktury wystawionej przez **Wydzierżawiającego** każdorazowo po dokonaniu dostawy.

8. Ceny określone przez **Wydzierżawiającego** w złożonej ofercie, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy, nie będą zmieniane w toku realizacji zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji, z zastrzeżeniem jak w ust. 9 oraz w § 9 ust. 1 pkt 4 lit a) – d).

9. **Dzierżawca** przewiduje przeprowadzenie z **Wydzierżawiającym** negocjacji w przedmiocie podwyższenia lub obniżenia cen jednostkowych ze względu na zmianę wysokości:

- 1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
- 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
- 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
- 4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 427),

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

10. Negocjacje, o których mowa w ust. 9 będą przeprowadzone:

- 1) w przypadku zmiany o której mowa w ust. 9 pkt 1), 3) i 4) zarówno z inicjatywy **Dzierżawcy** jak i na wniosek **Wydzierżawiającego**;
- 2) w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 9 pkt 2) wyłącznie na pisemny wniosek **Wydzierżawiającego**.

11. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 9 pkt 1) podwyższenie lub obniżenie cen jednostkowych następuje jedynie w zakresie wartości należnego podatku od towaru i usług. Negocjacje nie będą obejmować zmiany ceny stanowiącej podstawę ustalenia wymiaru podatku od towaru i usług, czyli tzw. ceny netto.

12. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 9 pkt 2), 3) i 4) **Wydzierżawiający** zobowiązany jest do załączenia do wniosku, o którym mowa w ust. 10 następujących dokumentów:

1) analizy wpływu zmian na koszty realizowanego zamówienia wraz z strukturą ponoszonych kosztów wynagrodzeń jednostkowych.

2) struktury zatrudnienia z podaniem stanowisk pracy oraz wysokości zarobków z wyłączeniem danych osobowych pracowników.

13. W przypadku, uwzględnienia wniosku **Wydzierżawiającego** w zakresie zwiększenia cen jednostkowych wynagrodzenie **Wydzierżawiającego** zostanie przeliczone proporcjonalnie do wzrostu tych kosztów.

14. Miejscem zapłaty jest bank **Dzierżawcy**.

15. Przelew wierzytelności wymaga uprzedniej zgody stron wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności.

§ 5

1. **Wydzierżawiający** gwarantuje, że będzie dostarczał odczynniki w ilościach i jakości wynikających z przesyłanych zamówień.

2. Wszelkie reklamacje zarówno ilościowe jak i jakościowe zgłaszane będą w ciągu godzin po dostawie. Odczynniki o niepełnej jakości będą wymieniane przez **Wydzierżawiającego** w ciągu godzin od momentu rozpatrzenia przez **Wydzierżawiającego** reklamacji. Jednocześnie **Wydzierżawiający** pisemnie potwierdza przyjęcie zgłoszenia.

3. Dostarczenie nowych odczynników nastąpi na koszt i ryzyko **Wydzierżawiającego**.

4. **Wydzierżawiający** upoważni swojego przedstawiciela do stałych kontaktów z **Dzierżawcą**, do przyjmowania zamówień, nadzorowania dostaw i przyjmowania reklamacji, itp.

§ 6

1. Oprócz przypadków określonych w kodeksie cywilnym **Dzierżawca** może odstąpić od umowy na zasadach określonych w Pzp, a w szczególności:

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym;

2) jeżeli **Wydzierżawiający** wykonuje ją wadliwie lub w sposób sprzeczny z ofertą.

2. Odstąpienie od umowy w przypadku określonym w ust. 1 powinno nastąpić w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. Umowa może zostać rozwiązana:

1) w każdym czasie, za porozumieniem stron,

2) bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym, z przyczyn leżących po stronie **Wydzierżawiającego**, w następujących przypadkach:

a) **Wydzierżawiający** przerwie dostawy,

b) **Wydzierżawiający** w trakcie realizacji umowy nie wykona z własnej winy części umowy,

c) w trzech kolejno następujących po sobie dostawach zaistnieją braki ilościowe lub wady jakościowe produktów,

d) w trzech kolejno następujących po sobie dostawach nastąpi zwłoka wynosząca co najmniej 5 dni roboczych.

5. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony ustanawiają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych z następujących tytułów i w następujących wysokościach:

a) za zwłokę w realizacji zamówienia - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego danego zamówienia, za każdy dzień zwłoki,

b) za odstąpienia od umowy przez **Wydzierżawiającego** z winy **Dzierżawcy** w wysokości 10% wynagrodzenia umownego jak w § 4 ust. 1.

c) za odstąpienia od umowy przez **Dzierżawcę** z winy **Wydzierżawiającego** w wysokości 10% wynagrodzenia umownego jak w § 4 ust. 1.

2. Stronom przysługuje prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość ww. kary umownej zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.) i ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.).

§ 9

1. **Dzierżawca** przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy na zasadach określonych w Pzp, a w szczególności wtedy, gdy:

1) termin realizacji ulegnie wydłużeniu z przyczyn leżących po stronie **Dzierżawcy**.

2) jakieś zdarzenie bądź ciąg zdarzeń obiektywnie niezależnych od **Dzierżawcy** lub **Wydzierżawiającego** (których **Dzierżawca** i **Wydzierżawiający** nie mogli przewidzieć i którym nie mogli zapobiec ani ich przewyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działania z należytą starannością) zasadniczo utrudni wykonanie części zobowiązań umowy, bądź wpłynie na brzmienie zapisów w umowie;

3) wystąpi wzrost ilości i wartości zamówienia jak w § 1 ust. 17 umowy.

4) wystąpi zmiana wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 427),

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez **Wydzierżawiającego**.

2. Na okoliczność, o których mowa w ust. 1 zostanie sporządzony aneks do umowy z **Wydzierżawiającym**.

§ 10

Spory jakie mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby **Dzierżawcy**.

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje **Dzierżawca** i jeden **Wydzierżawiający**.

§ 12

Integralną część umowy stanowią:

2. Oferta **Wydzierżawiającego** – Załącznik nr 1 do umowy,
3. Wykaz i szacunkowa ilość badań – Załącznik nr 2 umowy.

DZIERŻAWCA:

WYDZIERŻAWIAJĄCY:

Wykaz i szacunkowa ilość badań

Nazwa badania	Szacunkowa ilość badań na rok	Szacunkowa ilość badań na 3 lata

DZIERŻAWCA:

WYDZIERŻAWIAJĄCY:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ):

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest **dzierżawa aparatów do laboratorium i dostawa odczynników na potrzeby Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A. w Polkowicach**.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jak w ust. 1:

I CZĘŚĆ I. APARAT DO ANALIZY MOCZU.	
1.	Rok produkcji nie starszy niż 2022
Wymogi graniczne systemu oceny parametrów fizykochemicznych i oceny osadu moczu oraz wyposażenia dodatkowego	
2.	W pełni zautomatyzowany, zintegrowany system do oznaczeń parametrów fizykochemicznych moczu oraz analizy ilościowej elementów upostaciowanych, wraz z sukcesywną dostawą odczynników, materiałów zużywalnych i kontrolnych potrzebnych do wykonania 72 tys. oznaczeń pełnego badania ogólnego moczu (w okresie 36 miesięcy) oraz z oprogramowaniem zarządzającym pracą systemu oraz UPS podtrzymującym pracę analizatora na czas wykonania oznaczenia. Analizator wraz z dodatkowym wyposażeniem fabrycznie nowy - rok produkcji - nie starszy niż 2022
3.	Pełna modułowość aparatów wchodzących w skład systemu - jeden wspólny podajnik (stosowanie tych samych statywów na próbki moczu).
4.	Analizator wyposażony w zewnętrzny oraz wbudowany czytnik kodów kreskowych.
5.	Pojemność podajnika dla każdego modułu/ aparatu - nie mniej niż 8 statywów.
6.	Oprogramowanie spinające moduły/ aparaty pozwalające na zarządzanie pracą przy wykonywaniu badania ogólnego moczu.
7.	Możliwość wpisywania własnych reguł zarządzających pracą połączonych modułów/ analizatorów i decydujących o konieczności wykonania dodatkowych oznaczeń.
8.	Możliwość zarządzania odczynnikami i czynnościami konserwacyjnymi niezbędnymi dla wszystkich modułów/ analizatorów.
9.	Integracja programów kontroli jakości z wszystkich modułów/ analizatorów.
10.	Możliwość ostatecznej walidacji wyników badania ogólnego moczu przed wysłaniem do LIS
11.	Podłączenie zintegrowanego systemu do analizy moczu, złożonego z dwóch modułów/ analizatorów wraz z oprogramowaniem do sieci komputerowej szpitala (dwustronna komunikacja LIS) i skonfigurowanie ich z systemem informatycznym, na koszt Wykonawcy.
12.	Instrukcja obsługi, ulotki odczynników, karty charakterystyk odczynników oraz materiały edukacyjne niezbędne do interpretacji wyników badań - w wersji papierowej w języku polskim, dostarczone wraz z analizatorem.
Wymagania graniczne dla modułu do analizy parametrów fizykochemicznych moczu	
13.	W pełni automatyczny analizator do półilościowych badań fizykochemicznych w moczu przy użyciu testów paskowych (mocz aspirowany bezpośrednio z próbki).
14.	Wymagane parametry pomiarowe: pH, glukoza, białko, krew, leukocyty, urobilinogen, bilirubina, ciała ketonowe, azotyny, barwa i przejrzystość moczu, ciężar właściwy.
15.	Pomiar parametrów fizykochemicznych w oparciu o metodę fotometrii odbiciowej.
16.	Ocena barwy i przejrzystości moczu metodą kolorymetryczną.
17.	Ciężar właściwy mierzony metodą refraktometrii.
18.	Automatyczny podajnik próbek z możliwością dostawienia statywów w trakcie pracy, bez konieczności wstrzymywania pracy analizatora.
19.	Wymagana analiza próbki o objętości nie większej niż 1ml.
20.	Aspiracja próbek z funkcją wykrywania powierzchni płynu.
21.	Różnicowanie krwinek czerwonych i wolnej hemoglobiny.
22.	Analizator posiadający łączną pamięć pozwalającą na przechowywanie minimum 10 000 wyników.
Wymagania graniczne dla modułu do analizy elementów upostaciowanych moczu	
23.	W pełni zautomatyzowany analizator przeznaczony do dokładnego ilościowego zliczania elementów upostaciowanych w moczu.
24.	Metody pomiaru – fluorescencyjna cytometria przepływową, wykorzystująca jako źródło światła błękitny laser półprzewodnikowy, konduktometria z ogniskowaniem hydrodynamicznym.
25.	Wyniki podawane w ilościach elementów upostaciowanych w mikrolitrze (µl) moczu, prezentowane na skategramach i histogramach.

26.	Wymagane parametry raportowane na wyniku: erytrocyty, leukocyty, nabłonki, wałeczki, kryształki, bakterie, drożdże, pasma śluzu, plemniki, bakterie
27.	Różnicowanie nabłonków na płaskie, przejściowe i pochodzenia nerkowego z ich dokładnym ilościowym pomiarem.
28.	Różnicowanie wałeczków na szkliste i patologiczne z ich dokładnym ilościowym pomiarem.
29.	Liniowość min. dla leukocytów i erytrocytów do 10 000/μl moczu
30.	Ilościowe zliczanie bakterii (oflagowanie rodzaju bakterii Gram + i Gram - na podstawie wyglądu skategramów).
31.	Kontrola jakości w oparciu o materiał kontrolny na co najmniej dwóch różnych poziomach.
32.	Automatyczny podajnik próbek z możliwością dostawienia statywów w trakcie pracy, bez konieczności wstrzymywania pracy analizatora.
33.	Wydajność do 80 oznaczeń na godzinę dla moczu.
34.	Minimalna wymagana objętość moczu - 2 ml (tryb podajnikowy).
35.	Możliwość analizy próbek pediatrycznych z objętości nie większej niż 0,7 ml w trybie manualnym.
36.	Ilościowy pomiar agregatów leukocytarnych/zlepek leukocytarnych w jednostce objętości (na μl)
INNE WYMAGANIA + WARUNKI GWARANCJI	
37.	Dostawa wraz z rozładunkiem, montażem oraz uruchomieniem i przeszkoleniem personelu.
38.	Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i/lub elektronicznej - dostarczona przy dostawie.
39.	Certyfikaty dopuszczające aparat do użytkowania na terenie UE i Polski, tj.: - Certyfikat CE/ Deklaracja Zgodności - Potwierdzenie / Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych
40.	Paszport techniczny uzupełniony o dane aparatu/sprzętu oraz zawierający wpis o pierwszym uruchomieniu oraz terminie następnego przeglądu technicznego wraz z pieczęcią firmy i czytelnym podpisem serwisanta. Wraz z paszportem Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć kartę gwarancyjną i podpisany protokół zdawczo-odbiorczy (dostarczony przy dostawie sprzętu)
41.	Oferent dokona instalacji oferowanego sprzętu medycznego i przeprowadzi szkolenie bez dodatkowych opłat w zakresie obsługi tego sprzętu w terminie uzgodnionym z Zamawiającym Zamawiający ma prawo do wezwania na dodatkowe szkolenie bez dodatkowych opłat w trakcie trwania gwarancji.
42.	Maksymalny czas reakcji serwisu na zgłoszenie w dni robocze do 24 godzin. (przyjazd na wezwanie zgodnie z ustaleniami lub zdalna diagnostyka i naprawa (możliwość połączenia zdalnego).
43.	Doświadczenie inżyniera w pracy z takimi modelami analizatorów - min 2 lata.
DODATKOWE INFORMACJE:	
44.	<u>Wydzierżawiający dostarczy aparat do siedziby Dzierżawcy w terminie do 8 tygodni od podpisania umowy.</u>
45.	Wydzierżawiający zapewni meble pod aparat ,na swój koszt

Wymagane parametry techniczne komputera niezbędnego do współpracy analizatora z posiadanym przez laboratorium system Kamssoft,

46.	Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.	
47.	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna.	
48.	Procesor dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych. Procesor osiągający w teście Passmark CPU Mark, w kategorii Average CPU Mark wynik co najmniej 32350 pkt. według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php	
49.	16 GB DDR4 3200MHz. Możliwość rozbudowy do min 64 GB. Jeden slot DIMM wolny.	
48.	Dysk M.2 SSD 256 GB PCIe NVMe	
50.	Obudowa musi umożliwiać montaż dodatkowego dysku 2.5" lub 3.5"	
51.	Zintegrowana karta graficzna	
52.	Karta dźwiękowa min. dwukanałowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition. Port słuchawek i mikrofonu na przednim panelu, dopuszcza się rozwiązanie port combo.	
53.	Typu Small Form Factor z obsługą kart wyłącznie o niskim profilu. Umożliwiająca montaż 1 x dysku 3.5" lub 2 x dysków 2.5" wewnątrz obudowy. Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji poziomej i pionowej. Otwory wentylacyjne usytuowane	

	wyłącznie na przednim oraz tylnym panelu obudowy. Suma wymiarów obudowy nieprzekraczająca 700 mm.	
54.	Zasilacz o mocy min. 180W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego.	
55.	<u>Zasilacz w oferowanym komputerze musi się znajdować na stronie http://www.plugloadsolutions.com/80pluspowersupplies.aspx, do oferty należy dołączyć wydruk potwierdzający spełnienie wymogu 80plus, w przypadku, kiedy u producenta występuje kilka zasilaczy które są montowane na etapie produkcji w fabryce załączyć wydruki dla wszystkich zasilaczy. Wydruki 80plus muszą być potwierdzone przez producenta lub dołączone oświadczenie producenta komputera, iż wskazane zasilacze przez wykonawcę spełniają 80plus.</u>	
56.	Wbudowany wizualny system diagnostyczny oparty o sygnalizację LED np. włącznik POWER, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, sygnalizacja oparta na zmianie statusów diody LED (zmiana barw oraz miganie). System usytuowany na przednim panelu. System diagnostyczny musi sygnalizować: uszkodzenie lub brak pamięci RAM, uszkodzenie płyty głównej, awarię BIOS'u, awarię procesora. Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów na płycie głównej, wymaganych wnek zewnętrznych w specyfikacji i dodatkowych oferowanych przez wykonawcę, oraz nie może być uzyskany przez konwertowanie, przerabianie innych złączy na płycie głównej nie wymienionych w specyfikacji a które nie są dedykowane dla systemu diagnostycznego. Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszczonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS.	
57.	Ukryty w laminacie płyty głównej układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Próba usunięcia dedykowanego układu doprowadzi do uszkodzenia całej płyty głównej. System diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika zaszyty w tej samej pamięci flash co BIOS, dostępny z poziomu szybkiego menu boot lub BIOS, umożliwiający przetestowanie komputera a w szczególności jego składowych. System zapewniający pełną funkcjonalność, a także zachowujący interfejs graficzny nawet w przypadku braku dysku twardego oraz jego uszkodzenia, nie wymagający stosowania zewnętrznych nośników pamięci masowej oraz dostępu do internetu i sieci lokalnej.	
58.	Procedura POST traktowana jest jako oddzielna funkcjonalność.	
59.	BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierający logo producenta komputera lub nazwę producenta komputera lub nazwę modelu oferowanego komputera. Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy oraz samej myszy. BIOS wyposażony w automatyczną detekcję zmiany konfiguracji, automatycznie nanoszący zmiany w konfiguracji w szczególności: procesor, wielkość pamięci, pojemność dysku. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, bez dodatkowego oprogramowania (w tym również systemu diagnostycznego) i podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS	

<p>informacji o: wersji BIOS, nr seryjnym komputera, ilości zainstalowanej pamięci RAM, prędkości zainstalowanych pamięci RAM, technologii wykonania pamięci, sposobie obsadzeniu slotów pamięci z rozbićm na wielkości pamłęci i banki, typie zainstalowanego procesora, ilości rdzeni zainstalowanego procesora, typowej prędkości zainstalowanego procesora, minimalnej i maksymalnej osiąganęj prędkości zainstalowanego procesora, pojemności zainstalowanego lub zainstalowanych dysków twardych, wszystkich urządzeniach podpiętych do dostępnych na płycie głównej portów SATA, MAC adresie zintegrowanęj karty sieciowęj, zintegrowanym układzie graficznym, kontrolerze audio.</p>	
<p>Do odczytu wskazanych informacji nie mogą być stosowane rozwiązania oparte o pamięć masową (wewnętrzną lub zewnętrzną), zaimplementowane poza systemem BIOS narzędzia, np. system diagnostyczny, dodatkowe oprogramowanie.</p>	
<p>Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń, Możliwość ustawienia z poziomu BIOS hasła użytkownika umożliwiającego uruchomienie komputera (zabezpieczenie przed nieautoryzowanym uruchomieniem) przy jednoczesnym zdefiniowanym hasle administratora (hasła oddzielne). Użytkownik po wpisaniu swojego hasła jest w stanie zidentyfikować ustawienia BIOS. Możliwość ustawienia haseł użytkownika i administratora składających się z cyfr małych liter, dużych liter oraz znaków specjalnych. Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera SATA (w tym w szczególności pojedynczo), Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT” (podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB). Możliwość wyłączania portów USB pojedynczo.</p>	
<p>Do odczytu wskazanych informacji nie mogą być stosowane rozwiązania oparte o pamięć masową (wewnętrzną lub zewnętrzną), zaimplementowane poza systemem BIOS narzędzia, np. system diagnostyczny, dodatkowe oprogramowanie</p>	
<p>Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń, Możliwość ustawienia z poziomu BIOS hasła użytkownika umożliwiającego uruchomienie komputera (zabezpieczenie przed nieautoryzowanym uruchomieniem) przy jednoczesnym zdefiniowanym hasle administratora (hasła oddzielne). Użytkownik po wpisaniu swojego hasła jest w stanie zidentyfikować ustawienia BIOS. Możliwość ustawienia haseł użytkownika i administratora składających się z cyfr małych liter, dużych liter oraz znaków specjalnych. Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera SATA (w tym w szczególności pojedynczo), Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT” (podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB). Możliwość wyłączania portów USB pojedynczo.</p>	
<p>Dedykowane w BIOS pole Asset Tag/numeru inwentarzowego umożliwiające wpisanie oznaczenia sprzętu bezpośrednio z poziomu BIOS bez konieczności wykorzystywania dodatkowego oprogramowania. Pole Asset Tag/numeru inwentarzowego po nadaniu numeru nie może być edytowalne w BIOS i nie może ulegać skasowaniu np. po aktualizacji BIOS</p>	
<p>Możliwość dokonywania backup'u BIOS wraz z ustawieniami na dysku wewnętrznym.</p>	

	Oferowany BIOS musi posiadać poza swoją wewnętrzną strukturą menu szybkiego boot'owania które umożliwia m.in.: uruchamianie systemu zainstalowanego na dysku twardym, uruchamianie systemu z urządzeń zewnętrznych, uruchamianie systemu z serwera za pośrednictwem zintegrowanej karty sieciowej, uruchomienie graficznego systemu diagnostycznego, wejście do BIOS, upgrade BIOS.	
	Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu).	
	Zainstalowany system operacyjny Windows 11 Professional , musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać reinstalację systemu operacyjnego na podstawie dołączonego nośnika bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego.	
	Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu	
	Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)	
	Producent musi posiadać normę ISO 50001	
	Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych (załączyć do oferty)	
	Wbudowane porty: 1 x DisplayPort 1.4 1 x HDMI 1.4	
	8 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz obudowy, w układzie:	
	Panel przedni: 2 x USB 3.2 Gen 1 Typu A oraz 2 x USB 2.0	
	Panel tylny: 2x USB 3.2 gen 1 Typu A, 2 x USB 2.0	
	1 x port audio typu combo (słuchawka/mikrofon) na przednim panelu panelu	
	1 x RJ – 45	
	Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) wszystkich wyżej wymienionych portów nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek lub przewodów połączeniowych itp. Zainstalowane porty nie mogą blokować instalacji kart rozszerzeń w złączach wymaganych w opisie płyty głównej.	
	Karta sieciowa 10/100/1000 zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika).	
	Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, trwale oznaczona na etapie produkcji logiem producenta oferowanej jednostki, dedykowana dla danego urządzenia, wyposażona w: 1 x PCIe x16 Gen.3, 1 x PCIe x1, 2 x DIMM z obsługą do 64 GB DDR4 RAM, 2 x SATA w tym min. 2 szt SATA 3.0.	
	Jedno złącze M.2 dla dysków oraz jedno złącze M.2 bezprzewodowej karty sieciowej.	
	Niskoprofilowa klawiatura przewodowa	
	Mysz optyczna USB z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll)	
	Opakowanie musi być wykonane z materiałów podlegających powtórnemu przetworzeniu.	
	Dedykowany portal techniczny producenta, umożliwiający	

<p>Zamawiającemu zgłaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentów. Możliwość sprawdzenia kompletnych danych o urządzeniu na jednej witrynie internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja bieżąca, Rodzaj gwarancji, data wygaśnięcia gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka, dedykowane oprogramowanie, tworzenie dysku recovery systemu operacyjnego).</p>	
<p>Firma serwisująca musi posiadać min. ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta urządzeń – dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty.</p>	
<p>Minimalny czas trwania wsparcia technicznego producenta wynosi 3 lata, z możliwością odpłatnego przedłużenia tego okresu do 4 lub 5 lat od daty dostawy</p>	
<p>Sposób realizacji usług wsparcia technicznego: Telefoniczne zgłaszanie usterek w dni robocze w godzinach 8-17.</p> <p>Dedykowany bezpłatny portal online producenta do zgłaszania usterek i zarządzania zgłoszeniami serwisowymi.</p> <p>Opcjonalna pomoc techniczna za pośrednictwem czat online.</p> <p>Wsparcie techniczne dla sprzętu będzie dostarczane zdalnie lub w miejscu instalacji urządzenia, w zależności od rodzaju zgłaszanej awarii.</p> <p>W przypadku awarii zakwalifikowanej jako naprawa w miejscu instalacji urządzenia, część zamienna wymagana do naprawy i/lub technik serwisowy przybędzie na miejsce wskazane przez klienta.</p>	
<p>Możliwość sprawdzenia aktualnego okresu i poziomu wsparcia technicznego dla urządzeń za pośrednictwem strony internetowej producenta.</p>	
<p>Możliwość pobrania aktualnych wersji sterowników oraz firmware urządzenia za pośrednictwem strony internetowej producenta również dla urządzeń z nieaktywnym wsparciem technicznym.</p>	
<p>Zamawiający wymaga dołączenia do oferty oświadczenia, że w przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wsparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego.</p>	
<p>1.2 Monitor</p> <p>Pochylenie (Tilt): -5° do 21° Obrotowa podstawa (Swivel): -45° do 45° Panel obrotowy (Pivot): -90° do 90° Certyfikaty: ENERGY STAR, TCO Certified Displays, RoHS Compliant, BFR/PVC free, EPEAT Gold Pobór mocy praca: 12 - 48 W Pobór mocy spoczynek: 0,3 W Montaż na ścianie: VESA 100 x 100 mm Wbudowane głośniki: Brak Obsługa Daisy Chain: Brak Kolor dominujący: Szary Wysokość: 36.4 - 49.61 cm Szerokość: 53.78 cm Głębokość: 17.95 cm Waga: 5.57 kg Akcesoria w zestawie: Przewód zasilający, Przewód DisplayPort - DisplayPort Gwarancja: 3 lata gwarancji producenta,</p> <p>1.3 Zestaw klawiatura i mysz</p>	

<p>Kolor: Czarny Łączność: Bezprzewodowa (Odbiornik bezprzewodowy USB) Interfejs: Wireless 2.4 GHz Klawiatura numeryczna: Tak Podświetlana klawiatura: Nie Mysz w zestawie: Tak</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sensor: Optyczny • Rozdzielczość: 1000 DPI • Liczba przycisków: 3 <p>Obsługiwane systemy: MacOS, Linux, Windows Wysokość: 3.89 cm Szerokość: 44.49 cm Długość: 14.12 cm Waga: 497 g Akcesoria w zestawie: Baterie Gwarancja: 3 lata gwarancji producenta Wszystkie elementy zestawu komputerowego (komputer stacjonarny, monitor, zestaw klawiatury i myszy) powinny pochodzić od tego samego producenta</p>	
--	--

Badanie

Ilość testów (w okresie 36 miesięcy)

Testy fizyko-chemiczne (9 parametrów)	36 000
Testy fizyko-chemiczne (11 parametrów)	36 000
Cytometryczna analiza elementów upostaciowanych moczu	72 000

II. CZĘŚĆ II. APARAT DO BADAŃ KOAGULOLOGICZNYCH

L.p.	Parametry
1.	Rodzaj analizatora: w pełni automatyczny analizator typu random-access do badań koagulologicznych
2.	Możliwość swobodnego dostawiania próbek w trakcie pracy analizatora. 3 podajniki po 10 próbek
3.	Obsługa poprzez kolorowy, dotykowy panel sterujący lub zewnętrzną klawiaturę i myszkę
4.	Ilość ścieżek pomiarowych: 3 – chronometryczna, chromogenna, turbidymetryczna
5.	Zakres badań: PT + Fibrynogen, APTT, Fibrynogen Clauss, TT, ATIII, D-Dimer, Białko C, czynniki od II do XII, czynnik VIII metodą chromogenną plazminogen, alfa-2-antyplazmina, antykoagulant tocznia, białko S i inne
6.	Możliwość oznaczenia każdej próbki jako pilne – CITO
7.	Podgląd przebiegu reakcji
8.	Wydajność: 75 ozn./godz dla PT, 45 ozn./godz dla APTT
9.	Pomiar stężenia fibrynogenu podczas pomiaru PT
10.	Pomiar stężenia fibrynogenu metodą Claussa
11.	Podawanie automatycznie wartości INR wyliczane przez aparat z PT
12.	Pobieranie materiału z próbki pierwotnej (próbówka wyjęta z wirówki bez przelewania i naczynek pośredniczących) bez potrzeby wstępnego przygotowania
13.	Automatyczne pobieranie próbek, odczynników i rozcieńczalników potrzebnych do wykonania pomiaru
14.	Podajniki na próbki przystosowane do różnego rodzaju próbek w tym pediatrycznych
15.	Oddzielne igły dozujące do osoczy i odczynników
16.	Automatyczne układy kompensacji zmętnienia pierwotnego (możliwość pomiaru osoczy lipemicznych, zhemolizowanych, żółtaczkowych)
17.	Automatyczna kompensacja zanieczyszczenia toru pomiarowego i kuwety
18.	Możliwość samodzielnego programowania pomiarów w tym wybór: oznaczenie pojedyncze lub dublet lub dowolna ilość powtórzeń
19.	Możliwość automatycznego powtórzenia pomiaru przy wyniku poza zakresem referencyjnym lub będącym w zakresie wartości krytycznych
20.	Indeksowanie wyników poza zakresem referencyjnym lub w zakresie wartości krytycznych
21.	Automatyczne rozcieńczanie próbek po przekroczeniu zakresu pomiarowego
22.	Automatyczna kalibracja z pamięcią krzywych - stabilna dla danej serii odczynników
23.	Drukowanie graficzne krzywych kalibracyjnych
24.	Program „Kontrola Jakości” z pamięcią wyników i możliwością wydrukowania (wykres Levey-Jenningsa)
25.	Wbudowany czytnik kodów kreskowych dla próbek pacjentów
26.	Możliwość podłączenia zewnętrznego czytnika kodów kreskowych
27.	Możliwość podłączenia do sieci komputerowej LIS – komunikacja dwukierunkowa z zewnętrznym zlecaniem badań
28.	Drukowanie lub przesyłanie wyników pomiarów - zbiorczych i zarchiwizowanych z podaną datą i godziną wykonania, zlecającym, wykonującym, peselem, zakresem wartości referencyjnych
29.	Oprogramowania w j. polskim z możliwością podawania wyniku w dowolnej formie i dowolnych jednostkach
30.	Aplikacje odczynnikowe na aparat w j. polskim
31.	Warunki produkcji, przechowywania i transportu: nadzorowane przez posiadany system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 13485:2016

Wymagane parametry techniczne komputera niezbędnego do współpracy analizatora z posiadanym przez laboratorium system Kamssoft,

32.	Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.	
33.	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna.	
34.	Procesor dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych. Procesor osiągający w teście Passmark CPU Mark, w kategorii Average CPU Mark wynik co najmniej 32350 pkt. według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php	
35.	16 GB DDR4 3200MHz. Możliwość rozbudowy do min 64 GB. Jeden slot DIMM wolny.	
36.	Dysk M.2 SSD 256 GB PCIe NVMe	
37.	Obudowa musi umożliwiać montaż dodatkowego dysku 2.5" lub 3.5"	
38.	Zintegrowana karta graficzna	
39.	Karta dźwiękowa min. dwukanałowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition. Port słuchawek i mikrofonu na przednim panelu, dopuszcza się rozwiązanie port combo.	
40.	Typu Small Form Factor z obsługą kart wyłącznie o niskim profilu. Umożliwiająca montaż 1 x dysku 3.5" lub 2 x dysków 2.5" wewnątrz obudowy. Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji poziomej i pionowej. Otwory wentylacyjne usytuowane wyłącznie na przednim oraz tylnym panelu obudowy. Suma wymiarów obudowy nieprzekraczająca 700 mm.	
41.	Zasilacz o mocy min. 180W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego.	

42.	<p>Zasilacz w oferowanym komputerze musi się znajdować na stronie http://www.plugloadsolutions.com/80pluspowersupplies.aspx, do oferty należy dołączyć wydruk potwierdzający spełnienie wymogu 80plus. w przypadku, kiedy u producenta występuje kilka zasilaczy które są montowane na etapie produkcji w fabryce załączyć wydruki dla wszystkich zasilaczy. Wydruki 80plus muszą być potwierdzone przez producenta lub dołączone oświadczenie producenta komputera, iż wskazane zasilacze przez wykonawcę spełniają 80plus.</p>	
43.	<p>Wbudowany wizualny system diagnostyczny oparty o sygnalizację LED np. włącznik POWER, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, sygnalizacja oparta na zmianie statusów diody LED (zmiana barw oraz miganie). System usytuowany na przednim panelu. System diagnostyczny musi sygnalizować: uszkodzenie lub brak pamięci RAM, uszkodzenie płyty głównej, awarię BIOS'u, awarię procesora. Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów na płycie głównej, wymaganych wnek zewnętrznych w specyfikacji i dodatkowych oferowanych przez wykonawcę, oraz nie może być uzyskany przez konwertowanie, przerabianie innych złączy na płycie głównej nie wymienionych w specyfikacji a które nie są dedykowane dla systemu diagnostycznego. Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszczonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS.</p>	
44.	<p>Ukryty w laminacie płyty głównej układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Próba usunięcia dedykowanego układu doprowadzi do uszkodzenia całej płyty głównej. System diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika zaszyty w tej samej pamięci flash co BIOS, dostępny z poziomu szybkiego menu boot lub BIOS, umożliwiający przetestowanie komputera a w szczególności jego składowych. System zapewniający pełną funkcjonalność, a także zachowujący interfejs graficzny nawet w przypadku braku dysku twardego oraz jego uszkodzenia, nie wymagający stosowania zewnętrznych nośników pamięci masowej oraz dostępu do internetu i sieci lokalnej.</p>	
45.	<p>Procedura POST traktowana jest jako oddzielna funkcjonalność.</p>	
46.	<p>BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierający logo producenta komputera lub nazwę producenta komputera lub nazwę modelu oferowanego komputera. Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy oraz samej myszy. BIOS wyposażony w automatyczną detekcję zmiany konfiguracji, automatycznie nanoszący zmiany w konfiguracji w szczególności: procesor, wielkość pamięci, pojemność dysku. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, bez dodatkowego oprogramowania (w tym również systemu diagnostycznego) i podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, nr seryjnym komputera, ilości zainstalowanej pamięci RAM, prędkości zainstalowanych pamięci RAM, technologii wykonania pamięci, sposobie obsadzeniu slotów pamięci z rozbiciem na wielkości pamięci i banki, typie zainstalowanego procesora, ilości rdzeni zainstalowanego procesora, typowej prędkości zainstalowanego procesora, minimalnej i maksymalnej osiągniętej prędkości zainstalowanego procesora, pojemności zainstalowanego lub zainstalowanych dysków twardego, wszystkich urządzeniach podpiętych do dostępnych na płycie głównej portów SATA, MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej, zintegrowanym układzie graficznym, kontrolerze audio.</p>	
	<p>Do odczytu wskazanych informacji nie mogą być stosowane rozwiązania oparte o pamięć masową (wewnętrzna lub zewnętrzna), zaimplementowane poza systemem BIOS narzędzia, np. system diagnostyczny, dodatkowe oprogramowanie.</p>	
	<p>Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń, Możliwość ustawienia z poziomu BIOS hasła użytkownika umożliwiającego uruchomienie komputera (zabezpieczenie przed nieautoryzowanym uruchomieniem) przy jednoczesnym zdefiniowanym hasle administratora (hasła oddzielne). Użytkownik po wpisaniu swojego hasła jest w stanie zidentyfikować ustawienia BIOS. Możliwość ustawienia hasel użytkownika i administratora składających się z cyfr małych liter, dużych liter oraz znaków specjalnych. Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera SATA (w tym w szczególności pojedynczo), Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT” (podczas startu komputer nie</p>	

	wykrywa urządzeń bootujących typu USB). Możliwość wyłączenia portów USB pojedynczo.	
	Do odczytu wskazanych informacji nie mogą być stosowane rozwiązania oparte o pamięć masową (wewnętrzną lub zewnętrzną), zaimplementowane poza systemem BIOS narzędzia, np. system diagnostyczny, dodatkowe oprogramowanie	
	Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń, Możliwość ustawienia z poziomu BIOS hasła użytkownika umożliwiającego uruchomienie komputera (zabezpieczenie przed nieautoryzowanym uruchomieniem) przy jednoczesnym zdefiniowanym hasle administratora (hasła oddzielne). Użytkownik po wpisaniu swojego hasła jest w stanie zidentyfikować ustawienia BIOS. Możliwość ustawienia haseł użytkownika i administratora składających się z cyfr małych liter, dużych liter oraz znaków specjalnych. Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera SATA (w tym w szczególności pojedynczo), Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT” (podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB). Możliwość wyłączenia portów USB pojedynczo.	
	Dedykowane w BIOS pole Asset Tag/numeru inwentarzowego umożliwiające wpisanie oznaczenia sprzętu bezpośrednio z poziomu BIOS bez konieczności wykorzystywania dodatkowego oprogramowania. Pole Asset Tag/numeru inwentarzowego po nadaniu numeru nie może być edytowalne w BIOS i nie może ulegać skasowaniu np. po aktualizacji BIOS	
	Możliwość dokonywania backup'u BIOS wraz z ustawieniami na dysku wewnętrznym.	
	Oferowany BIOS musi posiadać poza swoją wewnętrzną strukturą menu szybkiego boot'owania które umożliwia m.in.: uruchamianie systemu zainstalowanego na dysku twardym, uruchamianie systemu z urządzeń zewnętrznych, uruchamianie systemu z serwera za pośrednictwem zintegrowanej karty sieciowej, uruchomienie graficznego systemu diagnostycznego, wejście do BIOS, upgrade BIOS.	
	Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu).	
	Zainstalowany system operacyjny Windows 11 Professional , musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać reinstalację systemu operacyjnego na podstawie dołączonego nośnika bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego.	
	Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu)	
	Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)	
	Producent musi posiadać normę ISO 50001	
	Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych (załączyć do oferty)	
	Wbudowane porty: 1 x DisplayPort 1.4 1 x HDMI 1.4	
	8 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz obudowy, w układzie:	
	Panel przedni: 2 x USB 3.2 Gen 1 Typu A oraz 2 x USB 2.0	
	Panel tylny: 2x USB 3.2 gen 1 Typu A, 2 x USB 2.0	
	1 x port audio typu combo (słuchawka/mikrofon) na przednim panelu panelu	
	1 x RJ – 45	
	Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) wszystkich wyżej wymienionych portów nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek lub przewodów połączeniowych itp. Zainstalowane porty nie mogą blokować instalacji	

	kart rozszerzeń w złączach wymaganych w opisie płyty głównej.	
	Karta sieciowa 10/100/1000 zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika).	
	Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, trwale oznaczona na etapie produkcji logiem producenta oferowanej jednostki, dedykowana dla danego urządzenia, wyposażona w: 1 x PCIe x16 Gen.3, 1 x PCIe x1, 2 x DIMM z obsługą do 64 GB DDR4 RAM, 2 x SATA w tym min. 2 szt SATA 3.0.	
	Jedno złącze M.2 dla dysków oraz jedno złącze M.2 bezprzewodowej karty sieciowej.	
	Niskoprofilowa klawiatura przewodowa	
	Mysz optyczna USB z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll)	
	Opakowanie musi być wykonane z materiałów podlegających powtórnemu przetworzeniu.	
	Dedykowany portal techniczny producenta, umożliwiający Zamawiającemu zgłaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentów. Możliwość sprawdzenia kompletnych danych o urządzeniu na jednej witrynie internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja bieżąca, Rodzaj gwarancji, data wygaśnięcia gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka, dedykowane oprogramowanie, tworzenie dysku recovery systemu operacyjnego).	
	Firma serwisująca musi posiadać min. ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta urządzeń – dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty.	
	Minimalny czas trwania wsparcia technicznego producenta wynosi 3 lata, z możliwością odpłatnego przedłużenia tego okresu do 4 lub 5 lat od daty dostawy	
	Sposób realizacji usług wsparcia technicznego: Telefoniczne zgłaszanie usterek w dni robocze w godzinach 8-17. Dedykowany bezpłatny portal online producenta do zgłaszania usterek i zarządzania zgłoszeniami serwisowymi. Opcjonalna pomoc techniczna za pośrednictwem czat online. Wsparcie techniczne dla sprzętu będzie dostarczane zdalnie lub w miejscu instalacji urządzenia, w zależności od rodzaju zgłaszanej awarii. W przypadku awarii zakwalifikowanej jako naprawa w miejscu instalacji urządzenia, część zamienna wymagana do naprawy i/lub technik serwisowy przybędzie na miejsce wskazane przez klienta.	
	Możliwość sprawdzenia aktualnego okresu i poziomu wsparcia technicznego dla urządzeń za pośrednictwem strony internetowej producenta.	
	Możliwość pobrania aktualnych wersji sterowników oraz firmware urządzenia za pośrednictwem strony internetowej producenta również dla urządzeń z nieaktywnym wsparciem technicznym.	
	Zamawiający wymaga dołączenia do oferty oświadczenia, że w przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wsparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego.	
	1.2 Monitor Pochylenie (Tilt): -5° do 21° Obrotowa podstawa (Swivel): -45° do 45° Panel obrotowy (Pivot): -90° do 90° Certyfikaty: ENERGY STAR, TCO Certified Displays, RoHS Compliant, BFR/PVC free, EPEAT Gold Pobór mocy praca: 12 - 48 W Pobór mocy spoczynek: 0.3 W	

Montaż na ścianie: VESA 100 x 100 mm
 Wbudowane głośniki: Brak
 Obsługa Daisy Chain: Brak
 Kolor dominujący: Szary
 Wysokość: 36.4 - 49.61 cm
 Szerokość: 53.78 cm
 Głębokość: 17.95 cm
 Waga: 5.57 kg
 Akcesoria w zestawie: Przewód zasilający, Przewód DisplayPort - DisplayPort
 Gwarancja: 3 lata gwarancji producenta,

1.3 Zestaw klawiatura i mysz

Kolor: Czarny
 Łączność: Bezprzewodowa (Odbiornik bezprzewodowy USB)
 Interfejs: Wireless 2.4 GHz
 Klawiatura numeryczna: Tak
 Podświetlana klawiatura: Nie
 Mysz w zestawie: Tak

- Sensor: Optyczny
- Rozdzielczość: 1000 DPI
- Liczba przycisków: 3

Obsługiwane systemy: MacOS, Linux, Windows
 Wysokość: 3.89 cm
 Szerokość: 44.49 cm
 Długość: 14.12 cm
 Waga: 497 g
 Akcesoria w zestawie: Baterie
 Gwarancja: 3 lata gwarancji producenta
 Wszystkie elementy zestawu komputerowego (komputer stacjonarny, monitor, zestaw klawiatury i myszy) powinny pochodzić od tego samego producenta

SWITCH ZARZĄDZALNY:

	CECHY ZARZĄDZANIA	
47	Typ przełącznika: Zarządzany	
48	Przełącznik wielowarstwowy: L2/L3	
49	Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak	
50	Zarządzany w chmurze: Tak	
51	Zarządzanie przez stronę www: Tak	
52	Inspekcja ARP: Tak	
53	Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI): Tak	
54	Obsługa MIB: Y	
55	PORTY I INTERFEJSY	
56	Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 8	
57	Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)	
58	Liczba portów SFP Combo: 2	
59	Liczba portów USB 2.0: 1	
60	SIEĆ	
61	Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ad	
62	Obsługa 10G: Tak	
63	Dublowanie portów: Tak	
64	Protokół drzewa rozpinającego: Tak	
65	Blokowanie head-of-line (HOL): Tak	
66	Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s	
67	Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak	
68	Automatyczne MDI/MDI-X: Tak	
69	Podpora kontroli przepływu: Tak	
70	Agregator połączenia: Tak	
71	Obsługa sieci VLAN: Tak	
72	Liczba VLANs: 4094	
73	PRZESYŁANIE DANYCH	
74	Wielkość tabeli adresów: 16000 wejścia	
75	Zgodny z Jumbo Frames: Tak	

76	Rozszerzenie Jumbo Frames: 9000	
77	OCHRONA	
78	Funkcje DHCP: DHCP relay, DHCP server, DHCPv6 client	
79	Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak	
80	Zasady Listy Kontroli Dostępu (ACL): 1024	
81	IGMP snooping: Tak	
82	Ochrona hasłem: Tak	
83	obsługuje SSH/SSL: Tak	
84	Filtrowanie adresów MAC: Tak	
85	Szyfrowanie / bezpieczeństwo: HTTPS, SSH, SSL/TLS	
86	FUNKCJE MULTICAST	
87	Obsługa Multicast: Tak	
88	PROTOKOŁY	
89	Protokoły zarządzające: SNMP	
90	KONSTRUKCJA	
91	Przycisk reset: Tak	
92	WYDAJNOŚĆ	
93	Procesor wbudowany: Tak	
94	Taktowanie procesora: 800 MHz	
95	Pojemność pamięci wewnętrznej: 512 MB	
96	Wielkość pamięci flash: 256 MB	
97	Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Tak	

Urządzenie musi być kompatybilne z systemem centralnego zarządzania przełącznikami użytym w PCUZ

LICENCJA

Urządzenie musi być kompatybilne z posiadanym oprogramowaniem KS-Solab ,wykonawca dostarczy wszystkie niezbędne licencje do funkcjonowania aparatu. Licencja po zakończeniu przechodzi na własność zamawiającego.

Wykonawca na własny koszt dokona integracji dostarczonego oprogramowania i zintegruje z posiadanym systemem KS Solab. Proces odczytu wysyłki zleceń i badań ma być zautomatyzowany. Aparat sam wysyła i odbiera wyniki pacjentów i zapisuje w systemie KS Solab.

Lp.	Oznaczenie	Ilość oznaczeń (wraz z kontrolami) na okres 36 miesięcy	Jednostka miary	Wielkość opakowania jednostkowego	Ilość opakowań na okres 36 miesięcy
1.	PT + fibrynogen	8 295	ozn.	5 x 8 ml	22
2.	APTT	4 695	ozn.	5 x 9 ml	8
3.	D-Dimer	2 535	ozn.	Zestaw	26

Materiały kontrolne (codziennie 1 poziom naprzemiennie)

Lp.	Oznaczenie	Ilość oznaczeń na okres 36 miesięcy	Jednostka miary	Wielkość opakowania jednostkowego	Ilość opakowań na okres 36 miesięcy
1.	Kontrola poziom normalny	X	op.	10 x 1 ml	10
2.	Kontrola poziom patologiczny niski	X	op.	10 x 1 ml	10
3.	Kontrola poziom patologiczny wysoki	X	op.	10 x 1 ml	10
4.	D-Dimer kontrola normalna	X	op.	5 x 1	12
5.	D-Dimer kontrola patologiczna	X	op.	5 x 1	12

Materiały zużywalne i płyny w ilości niezbędnej do wykonania w/w ilości badań

Lp.	Oznaczenie	Ilość oznaczeń na okres 36 miesięcy	Jednostka miary	Wielkość opakowania jednostkowego	Ilość opakowań na okres 36 miesięcy
1.	Klibrator wieloparametrowy	X	op.	10 x 1 ml	1
2.	D-Dimer kalibrator	X	op.	5 x 1ml	1
3.	Płyn płuczący	15 525	Butelka	2 000 ml	23
4.	Płyn czyszczący P	15 525	Butelka	100 ml	23
5.	Rozcieńczalnik	15 525	Butelka	50 ml	6
6.	Kuwety Chrom	15 525	szt.	500 szt	32
7.	Probówki typu Eppendorf	X	szt.	1 000 szt	3

III. CZĘŚĆ III – APARAT DO MORFOLOGII:

L.p.	Parametry techniczne:	
1.	Minimum 24 parametry raportowane na wyniku:	
2.	WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, NEUT(%,#), LYMPH(%,#), MONO(%,#), EO(%,#), BASO(%,#), RDW-SD, RDW-CV, MPV, P-LCR, PDW, PCT, IG (niedojrzałe granulocyty) (%,#), MicroR, MacroR	
3.	Wydajność około 60 oznaczeń na godzinę	
4.	Objętość aspirowanej próbki w trybie CBC oraz CBC+DIFF: max. 30µl	
5.	Aparat dostosowany do pracy z próbkami różnych systemów zamkniętych bez potrzeby ich otwierania jak i otwartego systemu pobierania krwi	
6.	Dowolność trybu oznaczania dla każdej próbki (CBC lub CBC+DIFF)	
7.	Flagowanie wyników patologicznych wraz z komunikatami opisującymi typowe patologie oraz informacja o stopniu zaawansowania patologii	
8.	Możliwość automatycznego przeszukiwania bazy danych w celu odnalezienia i porównania wyników wybranego pacjenta	
9.	Wewnętrzny czytnik kodów paskowych dla próbek krwi i krwi kontrolnej	
10.	Kontrola poziomu odczynników z graficzną informacją o poziomie zużycia, opakowania z kodami do automatycznego wczytywania na pokładzie	
11.	Przystosowanie analizatora do pracy w systemie całodobowym	
12.	Krew kontrolna dla parametrów krwi obwodowej na trzech poziomach (H, N, L), zgodnie z datą przydatności na opakowaniu i w ilości gwarantującej codzienne wykonywanie oznaczeń kontrolnych na analizatorze	
13.	Archiwizacja wyników w pamięci analizatora min. 10 000 wyników wraz z prezentacją graficzną i danymi pacjenta	
14.	Aparat wykorzystujący odczynniki nie zawierające cyjanków. Wszystkie odczynniki potrzebne do wykonania morfologii w trybie CBC+ DIFF w 100% bezcyjankowe	
15.	System kontroli jakości z zastosowaniem reguł Westgarda, wykresy Levey-Jennigsa, z graficzną i statystyczną oceną wyników kontroli.	
16.	Analizator wyposażony w automatyczny podajnik wraz z mieszalnikiem mieszczący minimum 20 próbek (możliwość włożenia do automatycznego pojemnika nawet pojedynczej próbki z krwią)	
17.	Jeden materiał kontrolny do wszystkich oferowanych parametrów krwi obwodowej.	
18.	wpięcie do systemu LIS	
19.	szkolenie z obsługi i interpretacji wyników dla pracowników	
	PARAMETRY JAKOŚCIOWE	
20.	Liniowość parametrów:	
21.	RBC od 0 do min 7 mln/µl,	
22.	WBC od 0 do min 400 tys./µl,	10%
23.	PLT od 0 do min 5 mln/µl,	
24.	HGB od 0 do min 25 g/dl	
25.	Możliwość wykorzystania krwi kontrolnej służącej do codziennej kontroli analizatorów jednocześnie jako kontroli międzynarodowej (potwierdzonej certyfikatem) , z dostępem do jej wyników typu on-line, gdzie wyniki kontroli dostępne są w Internecie chwilę po ich wykonaniu, z natychmiastową informacją w przypadku błędów	10%
26.	Możliwość oceny frakcji niedojrzałych granulocytów (promielocyty, mielocyty, metamielocyty) jako odrębnej populacji wyrażonej w wartościach bezwzględnych i procentach (IG%, IG#)- parametr raportowany	10%
27.	Automatyczny pomiar oraz różnicowanie WBC dokonywane przy zastosowaniu technologii fluorescencyjnej cytometrii przepływowej z wykorzystaniem światła lasera półprzewodnikowego	10%
28.	Analizator posiadający osobny tryb dla próbek leukopenicznych, z wydłużonym czasem zliczania leukocytów	10%

Wymagane parametry techniczne komputera niezbędnego do współpracy analizatora z posiadanym przez laboratorium system Kamssoft,

29.	Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.
30.	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna.
31.	Procesor dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych. Procesor osiągający w teście Passmark CPU Mark, w kategorii Average CPU Mark wynik co najmniej 32350 pkt. według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
32.	16 GB DDR4 3200MHz. Możliwość rozbudowy do min 64 GB. Jeden slot DIMM wolny.
33.	Dysk M.2 SSD 256 GB PCIe NVMe
34.	Obudowa musi umożliwiać montaż dodatkowego dysku 2.5" lub 3.5"
35.	Zintegrowana karta graficzna

36.	Karta dźwiękowa min. dwukanałowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition. Port słuchawek i mikrofonu na przednim panelu, dopuszcza się rozwiązanie port combo.
37.	Typu Small Form Factor z obsługą kart wyłącznie o niskim profilu. Umożliwiająca montaż 1 x dysku 3.5" lub 2 x dysków 2.5" wewnątrz obudowy. Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji poziomej i pionowej. Otwory wentylacyjne usytuowane wyłącznie na przednim oraz tylnym panelu obudowy. Suma wymiarów obudowy nieprzekraczająca 700 mm.
38.	Zasilacz o mocy min. 180W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego.
39.	<u>Zasilacz w oferowanym komputerze musi się znajdować na stronie http://www.plugloadolutions.com/80pluspowersupplies.aspx, do oferty należy dołączyć wydruk potwierdzający spełnienie wymogu 80plus, w przypadku, kiedy u producenta występuje kilka zasilaczy które są montowane na etapie produkcji w fabryce załączyć wydruki dla wszystkich zasilaczy. Wydruki 80plus muszą być potwierdzone przez producenta lub dołączone oświadczenie producenta komputera, iż wskazane zasilacze przez wykonawcę spełniają 80plus.</u>
40.	Wbudowany wizualny system diagnostyczny oparty o sygnalizację LED np. włącznik POWER, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, sygnalizacja oparta na zmianie statusów diody LED (zmiana barw oraz miganie). System usytuowany na przednim panelu. System diagnostyczny musi sygnalizować: uszkodzenie lub brak pamięci RAM, uszkodzenie płyty głównej, awarię BIOS'u, awarię procesora. Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów na płycie głównej, wymaganych wewnątrz w specyfikacji i dodatkowych oferowanych przez wykonawcę, oraz nie może być uzyskany przez konwertowanie, przerabianie innych złączy na płycie głównej nie wymienionych w specyfikacji a które nie są dedykowane dla systemu diagnostycznego. Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszczonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS.
41.	Ukryty w laminacie płyty głównej układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Próba usunięcia dedykowanego układu doprowadzi do uszkodzenia całej płyty głównej. System diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika zaszyty w tej samej pamięci flash co BIOS, dostępny z poziomu szybkiego menu boot lub BIOS, umożliwiający przetestowanie komputera a w szczególności jego składowych. System zapewniający pełną funkcjonalność, a także zachowujący interfejs graficzny nawet w przypadku braku dysku twardego oraz jego uszkodzenia, nie wymagający stosowania zewnętrznych nośników pamięci masowej oraz dostępu do internetu i sieci lokalnej.
42.	Procedura POST traktowana jest jako oddzielna funkcjonalność.
43.	BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierający logo producenta komputera lub nazwę producenta komputera lub nazwę modelu oferowanego komputera. Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy oraz samej myszy. BIOS wyposażony w automatyczną detekcję zmiany konfiguracji, automatycznie nanoszący zmiany w konfiguracji w szczególności: procesor, wielkość pamięci, pojemność dysku. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, bez dodatkowego oprogramowania (w tym również systemu diagnostycznego) i podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, nr seryjnym komputera, ilości zainstalowanej pamięci RAM, prędkości zainstalowanych pamięci RAM, technologii wykonania pamięci, sposobie obsadzeniu slotów pamięci z rozbięciem na wielkości pamięci i banki, typie zainstalowanego procesora, ilości rdzeni zainstalowanego procesora, typowej prędkości zainstalowanego procesora, minimalnej i maksymalnej osiąganey prędkości zainstalowanego procesora, pojemności zainstalowanego lub zainstalowanych dysków twardego, wszystkich urządzeniach podpiętych do dostępnych na płycie głównej portów SATA, MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej, zintegrowanym układzie graficznym, kontrolerze audio.
	Do odczytu wskazanych informacji nie mogą być stosowane rozwiązania oparte o pamięć masową (wewnętrzną lub zewnętrzną), zaimplementowane poza systemem BIOS narzędzia, np. system diagnostyczny, dodatkowe oprogramowanie.
	Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń, Możliwość ustawienia z poziomu BIOS hasła użytkownika umożliwiającego uruchomienie komputera (zabezpieczenie przed nieautoryzowanym uruchomieniem) przy jednoczesnym zdefiniowanym hasle administratora (hasła oddzielne).

	<p>Użytkownik po wpisaniu swojego hasła jest w stanie zidentyfikować ustawienia BIOS. Możliwość ustawienia hasła użytkownika i administratora składających się z cyfr małych liter, dużych liter oraz znaków specjalnych.</p> <p>Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera SATA (w tym w szczególności pojedynczo),</p> <p>Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT” (podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB). Możliwość wyłączenia portów USB pojedynczo.</p>
	<p>Do odczytu wskazanych informacji nie mogą być stosowane rozwiązania oparte o pamięć masową (wewnętrzna lub zewnętrzna),</p> <p>zaimplementowane poza systemem BIOS narzędzia, np. system diagnostyczny, dodatkowe oprogramowanie</p>
	<p>Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń, Możliwość ustawienia z poziomu BIOS hasła użytkownika umożliwiającego uruchomienie komputera (zabezpieczenie przed nieautoryzowanym uruchomieniem) przy jednoczesnym zdefiniowanym hasle administratora (hasła oddzielne).</p> <p>Użytkownik po wpisaniu swojego hasła jest w stanie zidentyfikować ustawienia BIOS. Możliwość ustawienia hasła użytkownika i administratora składających się z cyfr małych liter, dużych liter oraz znaków specjalnych.</p> <p>Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera SATA (w tym w szczególności pojedynczo),</p> <p>Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT” (podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB). Możliwość wyłączenia portów USB pojedynczo.</p>
	<p>Dedykowane w BIOS pole Asset Tag/numeru inwentarzowego umożliwia wpisanie oznaczenia sprzętu bezpośrednio z poziomu BIOS bez konieczności wykorzystywania dodatkowego oprogramowania.</p> <p>Pole Asset Tag/numeru inwentarzowego po nadaniu numeru nie może być edytowalne w BIOS i nie może ulegać skasowaniu np. po aktualizacji BIOS</p>
	<p>Możliwość dokonywania backup'u BIOS wraz z ustawieniami na dysku wewnętrznym.</p>
	<p>Oferowany BIOS musi posiadać poza swoją wewnętrzną strukturą menu szybkiego boot'owania które umożliwia m.in.: uruchamianie systemu zainstalowanego na dysku twardym, uruchamianie systemu z urządzeń zewnętrznych, uruchamianie systemu z serwera za pośrednictwem zintegrowanej karty sieciowej,</p> <p>uruchomienie graficznego systemu diagnostycznego, wejście do BIOS, upgrade BIOS.</p>
	<p>Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu).</p>
	<p>Zainstalowany system operacyjny Windows 11 Professional, musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać reinstalację systemu operacyjnego na podstawie dołączonego nośnika bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego.</p>
	<p>Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu)</p>
	<p>Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)</p>
	<p>Producent musi posiadać normę ISO 50001</p>
	<p>Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych (załączyć do oferty)</p>
	<p>Wbudowane porty: 1 x DisplayPort 1.4 1 x HDMI 1.4</p>
	<p>8 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz obudowy, w układzie:</p>
	<p>Panel przedni: 2 x USB 3.2 Gen 1 Typu A oraz 2 x USB 2.0</p>
	<p>Panel tylny: 2x USB 3.2 gen 1 Typu A, 2 x USB 2.0</p>
	<p>1 x port audio typu combo (słuchawka/mikrofon)</p>

	na przednim panelu panelu
	1 x RJ – 45
	Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) wszystkich wyżej wymienionych portów nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek lub przewodów połączeniowych itp. Zainstalowane porty nie mogą blokować instalacji kart rozszerzeń w złączach wymaganych w opisie płyty głównej.
	Karta sieciowa 10/100/1000 zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika).
	Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, trwale oznaczona na etapie produkcji logiem producenta oferowanej jednostki, dedykowana dla danego urządzenia, wyposażona w: 1 x PCIe x16 Gen.3, 1 x PCIe x1, 2 x DIMM z obsługą do 64 GB DDR4 RAM, 2 x SATA w tym min. 2 szt SATA 3.0.
	Jedno złącze M.2 dla dysków oraz jedno złącze M.2 bezprzewodowej karty sieciowej.
	Niskoprofilowa klawiatura przewodowa
	Mysz optyczna USB z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll)
	Opakowanie musi być wykonane z materiałów podlegających powtórному przetworzeniu.
	Dedykowany portal techniczny producenta, umożliwiający Zamawiającemu zgłaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentów. Możliwość sprawdzenia kompletnych danych o urządzeniu na jednej witrynie internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna Identyfikacja komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja bieżąca, Rodzaj gwarancji, data wygaśnięcia gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka, dedykowane oprogramowanie, tworzenie dysku recovery systemu operacyjnego).
	Firma serwisująca musi posiadać min. ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta urządzeń – dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty.
	Minimalny czas trwania wsparcia technicznego producenta wynosi 3 lata, z możliwością odpłatnego przedłużenia tego okresu do 4 lub 5 lat od daty dostawy
	Sposób realizacji usług wsparcia technicznego: Telefoniczne zgłaszanie usterek w dni robocze w godzinach 8-17. Dedykowany bezpłatny portal online producenta do zgłaszania usterek i zarządzania zgłoszeniami serwisowymi. Opcjonalna pomoc techniczna za pośrednictwem czat online. Wsparcie techniczne dla sprzętu będzie dostarczane zdalnie lub w miejscu instalacji urządzenia, w zależności od rodzaju zgłaszanej awarii. W przypadku awarii zakwalifikowanej jako naprawa w miejscu instalacji urządzenia, część zamienna wymagana do naprawy i/lub technik serwisowy przybędzie na miejsce wskazane przez klienta.
	Możliwość sprawdzenia aktualnego okresu i poziomu wsparcia technicznego dla urządzeń za pośrednictwem strony internetowej producenta.
	Możliwość pobrania aktualnych wersji sterowników oraz firmware urządzenia za pośrednictwem strony internetowej producenta również dla urządzeń z nieaktywnym wsparciem technicznym.
	Zamawiający wymaga dołączenia do oferty oświadczenia, że w przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wsparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego.
	1.2 Monitor Pochylenie (Tilt): -5° do 21° Obrotowa podstawa (Swivel): -45° do 45°

Panel obrotowy (Pivot): -90° do 90°
 Certyfikaty: ENERGY STAR, TCO Certified Displays, RoHS Compliant, BFR/PVC free, EPEAT Gold
 Pobór mocy praca: 12 - 48 W
 Pobór mocy spoczynek: 0.3 W
 Montaż na ścianie: VESA 100 x 100 mm
 Wbudowane głośniki: Brak
 Obsługa Daisy Chain: Brak
 Kolor dominujący: Szary
 Wysokość: 36.4 - 49.61 cm
 Szerokość: 53.78 cm
 Głębokość: 17.95 cm
 Waga: 5.57 kg
 Akcesoria w zestawie: Przewód zasilający, Przewód DisplayPort - DisplayPort
 Gwarancja: 3 lata gwarancji producenta,

1.3 Zestaw klawiatura i mysz

Kolor: Czarny
 Łączność: Bezprzewodowa (Odbiornik bezprzewodowy USB)
 Interfejs: Wireless 2.4 GHz
 Klawiatura numeryczna: Tak
 Podświetlana klawiatura: Nie
 Mysz w zestawie: Tak

- Sensor: Optyczny
- Rozdzielczość: 1000 DPI
- Liczba przycisków: 3

 Obsługiwane systemy: MacOS, Linux, Windows
 Wysokość: 3.89 cm
 Szerokość: 44.49 cm
 Długość: 14.12 cm
 Waga: 497 g
 Akcesoria w zestawie: Baterie
 Gwarancja: 3 lata gwarancji producenta
 Wszystkie elementy zestawu komputerowego (komputer stacjonarny, monitor, zestaw klawiatury i myszy) powinny pochodzić od tego samego producenta

Odczynnik	opakowanie	36 m-c
rozcieńczalnik do analizy krwi pełnej używany w analizatorach hematologicznych	20 l	180 op.
bezcjankowy odczynnik do pomiaru hemoglobiny oraz jej pochodnych: dezoksyhemoglobiny, oksyhemoglobiny, karboksychemoglobiny, Methemoglobiny	3x 500 ml	30 op.
odczynnik lizujący krwinki czerwone do stosowania z odczynnikiem barwiącym	2l	90 op.
odczynnik do barwienia leukocytów w rozcieńczonych i lizowanych próbkach krwi przy 4-częściowym zróżnicowaniu krwinek białych	2x22 ml	45 op.
krew kontrolna 1x3 x3ml (L,N,H)	1x3x3ml	20 op.
detergent zapobiegający gromadzeniu się białek w układzie hydraulicznym, torze pomiarowym	50 ml	20op

i torze aspiracji próbki

