

Polkowice, dnia 28.05.2024 r.

DZP-19/2024

**Do wszystkich Wykonawców**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2024/BZP 00333603/01 w dniu 21.05.2024, zmienionego ogłoszeniem nr 2024/BZP 00340965/01 z dnia 27.05.2024 r., na:

„Dzierżawę aparatów do laboratorium i dostawę odczynników na potrzeby Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A. w Polkowicach”

**WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚĆ SWZ**

Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S. A. w Polkowicach, działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), **wyjaśnia i zmienia treść SWZ w zakresie przedmiotu zamówienia:**

**Pytanie nr 1:**

**Dotyczy Załącznika nr 1 i Załącznika nr 2 do SWZ:**

*Czy w celu większej przejrzystości formularza, Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie tylko tych części, do których Wykonawca przystępuje?*

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

**Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie tylko tych części, do których Wykonawca przystępuje.**

**Pytanie nr 2:**

**Dotyczy Załącznik nr 7 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia Części I (Aparat do analizy moczu) L.p. 38:**

*Czy Zamawiający dopuści przesłanie ulotek odczynnikowych oraz kart charakterystyki w ślad za podpisana umową z biura Wykonawcy?*

*Wykonawca motywuje swoją prośbę względami organizacyjnymi.*

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy Załącznika nr 7 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia Części I (Aparat do analizy moczu) l.p. 38.**

**Pytanie nr 3:**

**Dotyczy Umowy:**

*Czy Zamawiający dopuści możliwość podpisania umowy w formie elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy*

określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione?

**Odpowiedź na pytanie nr 3:**

**Zamawiający dopuści możliwość podpisania umowy w formie elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.**

**Pytanie nr 4:**

**Dotyczy Załącznika nr 6 – Wzór umowy §1 ust. 5 lit. d):**

*Uprzejmie prosimy o ujednoczenie zapisu z Załącznika nr 7 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia Części I (Aparat do analizy moczu), Inne Wymagania + Warunki Gwarancji L.p 38 i zastąpienie wskazanego w §1 ust. 5 lit. d) wyrażenia zapisem w brzmieniu: „Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i/lub elektronicznej - dostarczona przy dostawie”.*

**Odpowiedź na pytanie nr 4:**

**Zamawiający ujednoczył zapis**

**W związku z powyższym w załączniku nr 6 wzór umowy zmienia się §1 ust. 5 lit. d), który otrzymuje brzmienie:**

**„d) Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i/lub elektronicznej - dostarczona przy dostawie”.**

**Pytanie nr 5:**

**Dotyczy Załącznika nr 6 – Wzór umowy §1 ust. 6:**

*Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dla Części nr I analizatorów, do których materiały posiadają minimalny termin ważności 5 miesięcy od daty dostarczenia, z wyłączeniem kontroli i kalibratorów, które ze względu na rodzaj materiału posiadają krótszy termin ważności? Kontrole i kalibratory zostaną policzone z uwzględnieniem potrzeb Laboratorium i terminu ważności.*

*Jeżeli tak, prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia umowy dla Części nr I zapisem w brzmieniu:*

*„Termin ważności odczynników dla Części nr I wynosi 5 miesięcy od daty dostarczenia z wyłączeniem materiału kontrolnego, dla której termin ważności wynosi do 2 miesięcy, ze względu na specyfikę produktu”.*

**Odpowiedź na pytanie nr 5:**

**Zamawiający dopuści zaproponowaną zmianę.**

**W związku z powyższym w załączniku nr 6 wzór umowy zmienia się §1 ust. 6, który otrzymuje brzmienie:**

**„6. Termin ważności stosowanych odczynników min. .... miesięcy, a materiałów kontrolnych.....miesiący”.**

**Pytanie nr 6:**

**Dotyczy Załącznika nr 6 – Wzór umowy §1 ust. 6:**

*Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin ważności odczynników do badań hematologicznych wynosił co najmniej 6 miesięcy, z wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której termin ważności jest zgodny z*

harmonogramem dostaw materiału kontrolnego dostępnym na stronie internetowej Wykonawcy? Jeżeli tak prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia umowy dla Części nr III o treść:

„z wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której termin ważności wynosi do 2 miesięcy, w przypadku, gdy ta będzie rozdysponowana wg harmonogramu dostaw materiału kontrolnego, dostępnym na stronie www.....pl”.

Odczynniki do analizatorów hematologicznych najnowszej technologii są odczynnikami specjalistycznymi, które nie posiadają aż tak długich okresów ważności jak wymaga Zamawiający. Dodatkowo Zamawiający zamawiał będzie odczynniki partiami, co gwarantuje nawet przy ważności odczynników min. 6 miesięcy, że odczynniki zawsze będą miały długi okres ważności. Krew kontrolna jest natomiast materiałem o krótkim okresie ważności ze względu na rodzaj materiału, dostarczana jest zgodnie z harmonogramem tak, aby Zamawiający miał zawsze ważną krew.

**Odpowiedź na pytanie nr 6:**

**Zamawiający dopuści proponowaną zmianę.**

**W związku z powyższym w załączniku nr 6 wzór umowy zmienia się §1 ust. 6 lit. d), który otrzymuje brzmienie:**

„6. Termin ważności stosowanych odczynników min. .... miesięcy, a materiałów kontrolnych.....miesiący”.

**Pytanie nr 7:**

**Dotyczy Załącznika nr 6 – Wzór umowy §1 ust. 15:**

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że §1 ust. 15 nie dotyczy Części nr I i III.

W Załączniku nr 7 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia Zamawiający wskazał, iż przejście na własność Zamawiającego licencji niezbędnych do funkcjonowania aparatu dotyczy Części nr II (Część II: Aparat do badań koagulologicznych L.p. 32).

Dla Części nr I i III nie został wskazany wymóg przeniesienia na Zamawiającego własności licencji po zakończeniu umowy związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że §1 ust. 15 nie dotyczy Części I (Aparat do analizy moczu) i Części III (Aparat do Morfologii).

**Odpowiedź na pytanie nr 7:**

**Tak, §1 ust. 15 we wzorze umowy nie dotyczy części I i III.**

**Pytanie nr 8:**

**Dotyczy Załącznika nr 6 – Wzór umowy §3 ust. 3:**

Prosimy o wykreślenie zwrotu „przez telefon” i usunięcie możliwości składania zamówień telefonicznie jako nieodpowiedniej formy, biorąc pod uwagę brak możliwości po stronie Wykonawcy weryfikacji poprawności składanych zamówień i osoby składającej te zamówienia.

**Odpowiedź na pytanie nr 8:**

**Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zwrotu „przez telefon”**

**W związku z powyższym w załączniku nr 6 wzór umowy zmienia się §3 ust. 3, który otrzymuje brzmienie:**

„3. Dzierżawca będzie realizował zamówienie odczynników w partiach, wg złożonego

zamówienia (dopuszcza się składanie zamówień w formie pisemnej, faxem, e-mailem).  
Zamówienie należy realizować w ciągu ...dni roboczych od daty otrzymania zamówienia.”

**Pytanie nr 9:**

**Dotyczy Załącznika nr 6 – Wzór umowy §3 ust. 5:**

*Uprzejmie prosimy o usunięcie zapisu lub zastąpienie wyrażenia: „ma obowiązek powiadomić” słowem „może powiadomić”.*

*Profesjonalny Wykonawca realizuje zamówienia w krótszym czasie niż 2 dni – przy tak szybkiej realizacji, wywiązanie się z ww. zapisu jest niemożliwe.*

**Odpowiedź na pytanie nr 9:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy §3 ust. 5 wzoru umowy**

**Pytanie nr 10**

**Dotyczy Załącznika nr 6 – Wzór umowy §4 ust. 3:**

*Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że pod pojęciem materiały zużywalne i eksploatacyjnych wskazanymi w §4 ust. 3 Zamawiający rozumie materiały podlegające wymianie w trakcie dokonywania napraw oraz przeglądów.*

**Odpowiedź na pytanie nr 10:**

**Zamawiający potwierdza że pod pojęciem materiały zużywalne i eksploatacyjnych wskazanymi w §4 ust. 3 Zamawiający rozumie materiały podlegające wymianie w trakcie dokonywania napraw oraz przeglądów.**

**Pytanie nr 11:**

**Dotyczy Załącznika nr 6 – Wzór umowy §4 ust. 6:**

*Zamawiający wskazuje na obowiązek Wykonawcy dostarczania na swój koszt odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych w przypadku niedoszacowania ich ilości w ofercie. Prosimy o usunięcie ww. zapisu, ze względu na fakt, iż Wykonawca szacuje ilości odczynników biorąc pod uwagę wskazane przez Zamawiającego ilości przewidywanych badań i średnią ilość zużycia odczynnika na 1 badanie. Wykonawca nie ma wpływu i kontroli na faktyczną ilość zużycia odczynników przez Zamawiającego.*

*Ewentualnie prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia zapisem w brzmieniu: „z wyłączeniem sytuacji, w której wzrost wykorzystania odczynników będzie spowodowany wzrostem ilości badań, niż deklarowano w SWZ bądź użytkowaniem analizatorów w sposób niezgodny z instrukcją obsługi analizatorów”.*

**Odpowiedź na pytanie nr 11:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę §4 ust. 6.**

**Pytanie nr 12:**

**Dotyczy Załącznika nr 6 – Wzór umowy §4 ust. 7:**

*Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie przez dodanie wyrażenia „na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę każdorazowo po dokonaniu dostawy”.*

**Odpowiedź na pytanie nr 12:**

**Zamawiający dopuści proponowaną zmianę.**

**W związku z powyższym w załączniku nr 6 wzór umowy zmienia się §4 ust.7, który otrzymuje brzmienie:**

**„7. Dzierżawca dokona zapłaty z tytułu dostarczonych odczynników w terminie do 30 dni od daty ich odbioru na konto wskazane przez Wydzierżawiającego, na podstawie faktury wystawionej przez Wydzierżawiającego każdorazowo po dokonaniu dostawy.”**

**Pytanie nr 13:**

**Dotyczy Załącznika nr 6 – Wzór umowy §4 ust. 9 oraz §4 ust. 10:**

*Uprzejmie prosimy o zastąpienie wyrażenia „negocjacje” zwrotem „zmiany”.*

*W przypadku zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego Wykonawca będzie zobowiązany do dostosowania się do tych zmian np. w przypadku braku możliwości dalszego stosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT. W związku z powyższym negocjacje nie będą mogły mieć miejsca, ponieważ Strony będą zobligowane do zmiany ceny brutto stosownie do tych przepisów.*

**Odpowiedź na pytanie nr 13:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w §4 ust. 9 oraz §4 ust. 10,.**

**Pytanie nr 14:**

**Dotyczy Załącznika nr 6 – Wzór umowy § 7 ust. 1 lit. a):**

*Prosimy zastąpienie słowa: „opóźnienie” na „zwłokę”.*

*Zapis w obecnym brzmieniu stanowi klauzulę abuzywną zgodnie z Art. 433 pkt 1) oraz 2) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.*

*Uprzejmie prosimy o tożsamą modyfikację w §6 ust. 4 pkt 2) lit. d).*

**Odpowiedź na pytanie nr 14:**

**Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmian w § 7 ust. 1 lit. a) oraz § 6 ust. 4 pkt 2) lit. d).**

**W związku z powyższym w załączniku nr 6 wzór umowy zmienia się § 6 ust. 4 pkt 2) lit. d) oraz § 7 ust. 1 lit. a), które otrzymują kolejno brzmienie:**

**„d) w trzech kolejno następujących po sobie dostawach nastąpi zwłoka wynosząca co najmniej 5 dni roboczych.”**

**„a) za zwłokę w realizacji zamówienia - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego danego zamówienia, za każdy dzień zwłoki.”**

**Pytanie nr 15:**

**Dotyczy Załącznika nr 6 – Wzór umowy §9 ust. 3:**

W związku z Art. 439 ustawy Prawo Zamówień Publicznych uprzejmie prosimy o dodanie §9 ust. 3 który będzie regulował zmianę wysokości Wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.

Proponujemy następujący zapis:

- „1) Strony dopuszczają zmianę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.
  - 2) Za podstawę do żądania zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy i określenia wysokości takiej zmiany, Strony przyjmują zmiany kwartalnego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
  - 3) Poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów uprawniający Strony do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi minimum 15% względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy w ofercie.
  - 4) Wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji przedmiotu umowy nie może być złożony wcześniej niż po 6 miesiącach liczonych od dnia zawarcia niniejszej umowy, a każdy kolejny nie może być złożony wcześniej niż po 6 miesiącach od daty ostatniej zmiany.
  - 5) Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak również i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.
  - 6) Maksymalna wysokość wszystkich zmian wynagrodzenia jaką Zamawiający dopuszcza w efekcie zastosowanych regulacja z §9 ust. 3 umowy, wynosi 15% wartości umowy podstawowej
  - 7) Na okoliczność zmiany wynagrodzenia zgodnie §9 ust. 3 pkt 1) sporządzony zostanie aneks”.
- Uprzejmie prosimy o odpowiednią modyfikację w §4 ust. 8.

**Odpowiedź na pytanie nr 15:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie dodatkowych zapisów w §9.**

**Pytanie nr 16:**

**Dotyczy Załącznika 1 do formularza oferty, OPZ, Część 1: Aparat do analizy moczu, tabela 1, pkt 8:**

Czy Zamawiający dopuści, aby zarządzanie ilością pasków odbywało się na ekranie analizatora do badań fizykochemicznych, a w systemie była dostępna możliwość zarządzania odczynnikami i czynnościami konserwacyjnymi dla pozostałych modułów?

**Odpowiedź na pytanie nr 16:**

**Zamawiający dopuści, aby zarządzanie ilością pasków odbywało się na ekranie analizatora do badań fizykochemicznych, a w systemie była dostępna możliwość zarządzania odczynnikami i czynnościami konserwacyjnymi dla pozostałych modułów**

**Pytanie nr 17:**

**Dotyczy Załącznika 1 do formularza oferty, OPZ, część 1: Aparat do analizy moczu, tabela 1, pkt 36:**

*Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym pomiar agregatów leukocytarnych jest dokonywany metodą półilościową, ale wynik jest prezentowany w formie ilościowej?*

**Odpowiedź na pytanie nr 17:**

**Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym pomiar agregatów leukocytarnych jest dokonywany metodą półilościową, ale wynik jest prezentowany w formie ilościowej.**

**Pytanie nr 18:**

**Dotyczy Załącznika 1 do formularza oferty, OPZ, część 3: Aparat do morfologii, pkt 15:**

*Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kontrola jakości była oparta na wyznaczonych przez producenta dopuszczalnych limitach dla każdej partii materiału kontrolnego z graficzną prezentacją i statystyczną oceną wyników kontroli - wykresy Levey-Jenningas oraz X-Bar?*

**Odpowiedź na pytanie nr 18:**

**Zamawiający dopuści, aby kontrola jakości była oparta na wyznaczonych przez producenta dopuszczalnych limitach dla każdej partii materiału kontrolnego z graficzną prezentacją i statystyczną oceną wyników kontroli - wykresy Levey-Jenningas oraz X-Bar**

Jednocześnie Zamawiający potwierdza termin składania i otwarcia ofert:

1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do dnia **03 czerwca 2024 r. do godziny 12:00.**
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **03 czerwca 2024 r. o godzinie 12:30.**

W pozostałym zakresie treść SWZ zostaje niezmieniona.

*E. H. S. S. S.*

PREZES ZARZĄDU  
*Pawel Gambal*  
Pawel Gambal

